



SZPITAL SPECJALISTYCZNY
w PILE
im. Stanisława Staszica
64-920 Pila, ul. Rydygiera 1



System
zarządzania
ISO 9001:2015
ISO 27001:2013

www.tuv.com
ID 9108628147

Dyrektor (067) 210 62 00
Centrala (067) 210 66 66
Fax (067) 212 40 85
e-mail: wspila@pi.onet.pl
www.szpitalpila.pl

Piła, 07.02.2020 roku

NZP.II – 240/01/20

Uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „**Implanty kostne**”. Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica informuje, że w do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

1. Pytanie

zadanie 4:

Czy zamawiający w zadaniu nr 4 dopuści klatkę posiadająca randomizowaną wielkość porów w zakresie wielkości 200 – 900 mikrometrów, średnim zakresie porów 450-700 mikrometrów i o średniej porowatość wynoszącej 55-75%? Parametry proponowanej klatki nieznacznie różnią się od podanych w opisie zadania i zapewniają takie same parametry osteointegracji.

Należy również zaznaczyć, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym. Nadto dopuszczenie powyższego pozwoli złożyć konkurencyjne oferty, na czym Zamawiającemu, jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Pytanie

zadanie 4:

Czy zamawiający w zadaniu nr 4 dopuści klatkę o większym zakresie wielkości implantów wynoszącym 10x12mm, 12x14mm, 14x16mm, lordotyzacji 0 oraz 5 stopni, i zakresie wysokości od 4-9 mm?

Należy również zaznaczyć, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym. Nadto dopuszczenie powyższego pozwoli złożyć konkurencyjne oferty, na czym Zamawiającemu, jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. Pytanie

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Odpowiedź: TAK

4. Pytanie

Zadanie nr 6:

System tytanowy do stabilizacji przemasadowej kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym
Czy Zamawiający ze względu na małą liczbę procedur dopuści warunek aby zestaw był każdorazowo dosyłany na zamówienie w ciągu 24h od zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

5. Pytanie

Zadanie nr 7:

Płytki do rekonstrukcji kręgosłupa szyjnego z dostępu przedniego
Czy Zamawiający ze względu na małą liczbę procedur dopuści warunek aby zestaw był każdorazowo dosyłany na zamówienie w ciągu 24h od zamówienia ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

6. Pytanie

Dotyczy zad. nr 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania **Systemu tytanowego do stabilizacji przemasadowej kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym** o następujących parametrach:

Śruby monoaksjalne i poliaksjalne o stożkowym rdzeniu gwintu kostnego i cylindrycznym kształcie powierzchni zewnętrznej gwintu kostnego, trapezowym zarysie gwintu kostnego oraz wyposażone w dwa zacięcia samogwintujące. Śruby atraumatyczne (z zaokrąglonym końcem), umożliwiające osadzenie pręta od góry (główa tulipanowa), współpracujące z jednoelementowym, wewnętrznym wkrętem blokującym o specjalnym podciętych (ujemnym) zarysie gwintu, zapobiegającym rozchylaniu się ramion śruby i zmniejszającym ryzyko przekoszenia gwintu. Śruby dostępne w rozmiarach średnic 4,0mm - 6,5mm; 7,5mm; 8,5mm-10,5mm skok co 0,5mm, w zakresie długości od 25mm do 100mm, skok co 5mm – długość dostępna w zależności od średnicy. Średnice kodowane kolorami. Śruby poliaksjalne posiadają specjalne żłobienia na obwodzie części kulistej przegubu, zwiększającą stabilność kątową śruby po zablokowaniu.

Pręty proste o średnicy 6mm, w zakresie długości od 40 do 500mm. Dostępność prętów zakrzywionych wygiętych lordotycznie o średnicy 6mm dostępnych w dwóch głębokościach wygięcia, długość od 35 do 85mm. Pręty obustronnie posiadają zakończenia sześciokątne. W zestawie łączniki poprzeczne prętowe klamrowe, dostępne łączniki poprzeczne regulowane wzdłużnie i kątowno.

Materiał stop tytanu.

Nieskomplikowane, ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium, w skład którego wchodzi intuicyjne w obsłudze narzędzia, w zestawie klucze do śrub zapewniające sztywne, gwintowe mocowanie śrub w chwytaku i posiadające mechanizm zapadkowy zapobiegający przypadkowemu poluzowaniu śruby w chwytaku podczas implantacji. W zestawie dwie rękojeści dynamometryczne, jedna z momentem 12Nm do blokowania śrub, druga z momentem 3,5Nm do blokowania łączników. Dostępność zestawu tulei i klem szybkiego montażu, do segmentalnej korekcji deformacji.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

7. Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie implantów niesterylnych w zakresie Zadania nr 6?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

8. Pytanie

Zapytania dot. zapisów projektu umowy:

Czy Zamawiający dookreśli, że w trakcie obowiązywania umowy cena netto jest niezmienna (§4 ust. 2) oraz, że Zamawiający dopuszcza urzędową zmianę stawki VAT? W obecnych zapisach Zamawiający nie dookreślił, iż cena netto jest niezmienna. Taki zapis jest konieczny gdyż w trakcie obowiązywania umowy mogą ulegać zmianie czynniki cenotwórcze takie jak np. zmiana wysokości podatków. Taki zapis spowoduje, iż niezależnie od wysokości podatków cena będzie stała i niezmienna.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

9. Pytanie

Zapytania dot. zapisów projektu umowy:

Czy Zamawiający w §5 ust. 2 zmieni na postanowienie, iż termin zapłaty będzie liczony od dnia wystawienia faktury oraz obowiązek dostarczenia faktury do Zamawiającego w terminie 2 dni od dnia wystawienia? Określenie terminu zapłaty liczonego od dnia dostarczenia faktury powoduje znaczny problem z określeniem terminu płatności na fakturze. Zastosowanie proponowanego rozwiązania powoduje, iż w przypadku przesyłek faktury będą dostarczane z jednodniową zwłoką.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

10. Pytanie

Zapytania dot. zapisów projektu umowy:

Czy Zamawiający dookreśli w §6 ust. 5, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

11. Pytanie

Zapytania dot. zapisów projektu umowy:

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §8 ust. 1 z 1% wartości faktury na 0,2% wartości niedostarczonego w terminie towaru?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

12. Pytanie

Czy Zamawiający dookreśli w §14, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty bez potrzeby wszczynania innych oddzielnych i kosztownych postępowań mediacyjnych? Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

13. Pytanie

Czy Zamawiający dookreśli w §5 umowy depozytu, iż własność towaru przechodzi na Zamawiającego z momentem pobrania towaru z depozytu i jego zaimplantowania – dot. produktów oddanych w depozyt oraz że faktura zostanie wystawiona na podstawie przesłanego protokołu? Obecny zapis pozwala dookreślić przejście własności nad towarem oraz moment i podstawę wystawienia faktury.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

14. Pytanie

Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 punkt 2a dopuści urządzenie mieszająco - podające mechaniczne, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.