



**SZPITAL ŚW. ŁUKASZA**  
w Bolesławcu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu  
ul. Jeleniogórska 4  
59-700 Bolesławiec

NIP: 6121542507  
KRS: 0000024307  
REGON: 000310338

T.: 75 738 00 00  
E: sekretariat@szpitalboleslawiec.pl

Forma prawna:  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej

Nr w rej. ZOZ:  
000000001137

Bolesławiec, 3 listopada 2022 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**  
**e-mail: platforma zakupowa**

**Dotyczy: zapytań do treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) na „Dostawa sprzętu medycznego: kompletu pomp infuzyjnych oraz bronchoskopu ultrasonograficznego EBUS w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności do diagnostyki i leczenia chorób zakaźnych w tym COVID-19 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu””. Znak sprawy 41/PN/2022.**

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści specyfikacji warunków zamówienia. Działając zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść wniesionych pytań oraz odpowiedzi w tym zakresie.

**1) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 12**

Czy Zamawiający wymaga dostawy demontowalnego przewodu do podłączenia EBUS/EUS z aparatem USG, czy może wymagana jest współpraca z posiadany przewodem do podłączenia EBUS/EUS z aparatem USG?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **wymaga** współpracy z posiadany przewodem do podłączenia EBUS/EUS z aparatem USG.

**2) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 84**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie w pkt. 84 czasu oczekiwania na usunięcie uszkodzenia do maksymalnie 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maksymalnie 14 dni roboczych, co stanowić będzie spójne zapisy z punktem 4 §6 projektu umowy?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **wyraża zgodę** na wydłużenie w pkt. 84 czasu oczekiwania na usunięcie uszkodzenia do maksymalnie 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maksymalnie 14 dni roboczych.

**3) Dotyczy zapisów §1 ust. 2 projektu umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §1 ust. 2 na zapis następującej treści:

„Wykonawca zapewnia, że sprzęt medyczny będzie fabrycznie nowy z produkcji min. 2021 r.”

co stanowić będzie spójne zapisy z punktem 4 zał. nr 3.2 do SWZ dla zadania nr 2?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **wyraża zgodę** na zmianę zapisu §1 ust. 2 na zapis następującej treści:

„Wykonawca zapewnia, że sprzęt medyczny będzie fabrycznie nowy z produkcji min. 2021 r.”.

**4) Dotyczy zapisów §7 ust. 1a) projektu umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §7 ust. 1a) na zapis następującej treści:

„za zwłokę w dostarczeniu sprzętu medycznego w wysokości 0,5% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do maksymalnej wysokości 20% wartości brutto umowy. W razie odstąpienia od umowy Zamawiający będzie uprawniony również do nałożenia kary wynikającej z zapisu §7 ust. 1 lit. b)”?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na zmianę zapisu §7 ust. 1a).

**5) Dotyczy zapisów §7 ust. 1c) projektu umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §7 ust. 1c) na zapis następującej treści:

„w przypadku zwłoki z wykonaniem naprawy gwarancyjnej w terminie określonym w § 6 ust. 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250,00 zł (słownie dwieście pięćdziesiąt złotych) za każdy dzień przekroczenia terminu określonego w §6 ust. 4 niniejszej umowy do maksymalnej kwoty 5 000 zł (słownie pięć tysięcy złotych). W razie odstąpienia od umowy Zamawiający będzie uprawniony również do nałożenia kary wynikającej z zapisu §7 ust. 1 lit. b)”?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na zmianę zapisu §7 ust. 1c).

## 6) Dotyczy zapisów projektu umowy

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **wyraża zgodę** na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy. Zamawiający informuje, że sposób dostarczania faktur został opisany w §5 WARUNKI PŁATNOŚCI projektu umowy.

## 7) Dotyczy zapisów §7 ust. 1 pkt a-c) projektu umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1 pkt a-c):

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań umownych:
  - a) za zwłokę w dostarczeniu sprzętu medycznego w wysokości **0,5%** wartości brutto **niedostarczonej części przedmiotu** umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do maksymalnej wysokości **10%** wartości brutto **niedostarczonej części przedmiotu** umowy. W razie odstąpienia od umowy Zamawiający będzie uprawniony również do nałożenia kary wynikającej z zapisu §7 ust. 1 lit. b);
  - b) odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10% wartości brutto **niezrealizowanej części** wynagrodzenia umownego;
  - c) w przypadku zwłoki z wykonaniem naprawy gwarancyjnej w terminie określonym w § 6 ust. 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **50,00 zł (słownie pięćdziesiąt złotych)** za każdy dzień przekroczenia terminu określonego w §6 ust. 4 niniejszej umowy do maksymalnej kwoty **10% wartości brutto wadliwej części przedmiotu umowy**. (...)
  - d) w przypadku nie złożenia w terminie dokumentów, wymaganych zapisami §1 ust. 7, 8 niniejszej umowy, w wysokości 50,00 zł za każdy przypadek, za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy którego dotyczą niedostarczone w terminie dokumenty**

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **wyraża zgodę** na modyfikacje postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §7 ust. 1 pkt a-c) na następujące:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań umownych:
  - a) za zwłokę w dostarczeniu sprzętu medycznego w wysokości **1%** wartości brutto **niedostarczonej części przedmiotu** umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do maksymalnej wysokości **20%** wartości brutto **niedostarczonej części przedmiotu** umowy. W razie odstąpienia od umowy Zamawiający będzie uprawniony również do nałożenia kary wynikającej z zapisu §7 ust. 1 lit. b);
  - b) odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10% wartości brutto **niezrealizowanej części** wynagrodzenia umownego;
  - c) w przypadku zwłoki z wykonaniem naprawy gwarancyjnej w terminie określonym w § 6 ust. 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **500,00 zł (słownie pięćset złotych)** za każdy dzień przekroczenia terminu określonego w §6 ust. 4 niniejszej umowy do maksymalnej kwoty **10 000 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych)**. (...)
  - d) w przypadku nie złożenia w terminie dokumentów, wymaganych zapisami §1 ust. 7, 8 niniejszej umowy, w wysokości 100,00 zł za każdy przypadek, za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy którego dotyczą niedostarczone w terminie dokumenty**

### **8) Dotyczy Zadania nr 1, poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę strzykawkową dostosowaną do obsługi za pomocą kontekstowego menu ekranowego, wyświetlającego tylko te informacje i przyciski , które są aktualnie niezbędne? Takie nowocześniejsze rozwiązanie pozwala na zmniejszenie wagi i gabarytów urządzenia przy jednoczesnym zwiększeniu jego niezawodności nie wpływając na komfort jego obsługi. Dodatkowo taki zapis sztucznie ogranicza konkurencję i wskazuje na model konkretnego producenta.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** do przetargu wysokiej klasy pompę strzykawkową dostosowaną do obsługi za pomocą kontekstowego menu ekranowego, wyświetlającego tylko te informacje i przyciski, które są aktualnie niezbędne.

### **9) Dotyczy Zadania nr 1, poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę strzykawkową z programowaniem parametrów infuzji w jednostkach: ml, ng, µg, mg, mIU, IU, kIU, mIE, IE, kIE, Kcal oraz jednostkami

molowymi z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie na min, godz oraz 24h? Są to jednostki powszechnie stosowane podczas infuzji i w pełni wystarczające do poprawnej podaży leków pacjentowi.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** do przetargu wysokiej klasy pompę strzykawkową z programowaniem parametrów infuzji w jednostkach: ml, ng, µg, mg, mIU, IU, kIU, mIE, IE, kIE, Kcal oraz jednostkami molowymi z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie na min, godz oraz 24h.

**10) Dotyczy Zadania nr 1, poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę strzykawkową z infuzją profilową składającą się z 5 faz infuzji ? Taka ilość profili jest zdecydowanie wystarczająca do poprawnej infuzji, większa ilość nie ma zastosowania klinicznego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **nie dopuszcza** do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowej z infuzją profilową składającą się z 5 faz infuzji.

**11) Dotyczy Zadania nr 1, poz. 19**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę strzykawkową wyświetlającą jednocześnie następujące informacje:

- Nazwę leku
- Koncentrację leku
- Ilość leku do podania
- szybkość infuzji
- podaną objętość
- pozostały czas infuzji
- aktualne ciśnienie w linii pacjenta w formie graficznej i liczbowej
- ustawiony poziom ciśnienia okluzji
- stan akumulatora /pozostały czas pracy pompy na akumulatorze

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** do przetargu wysokiej klasy pompę strzykawkową wyświetlającą jednocześnie ww. informacje.

**12) Dotyczy Zadania nr 1, poz. 21**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę strzykawkową , która nie jest przewidziana do stosowania przy żywieniu dojelitowym (jest to raczej zadanie realizowane przez pompy objętościowe z uwagi wielkość wlewu) i w związku z tym nie posiada osobnego ekranu związanego z taką funkcjonalnością?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** do przetargu wysokiej klasy pompę strzykawkową, która nie jest przewidziana do stosowania przy żywieniu dojelitowym i w związku z tym nie posiada osobnego ekranu związanego z taką funkcjonalnością.

**13) Dotyczy Zadania nr 1, poz. 28**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową z możliwością mocowania do stacji dokującej za pomocą pojedynczej śruby będącej częścią stacji dokującej? Takie rozwiązanie zmniejsza potrzebę serwisowania urządzenia, gdyż nie posiada elementów zatrzaskowych, które po dłuższym użytkowaniu mogą się wyłamać.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **nie dopuszcza** do przetargu pompy strzykawkowej z możliwością mocowania do stacji dokującej za pomocą pojedynczej śruby będącej częścią stacji dokującej.

**14) Dotyczy Zadania nr 1, poz. 29, 30, 44**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową z możliwością mocowania do statywów lub pionowych kolumn przy użyciu elementu przykręcanego do pompy? Takie rozwiązanie zmniejsza potrzebę serwisowania urządzenia, gdyż nie posiada elementów zatrzaskowych, które po dłuższym użytkowaniu mogą się wyłamać.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** do przetargu pompę strzykawkową z możliwością mocowania do statywów lub pionowych kolumn przy użyciu elementu przykręcanego do pompy.

**15) Dotyczy Zadania nr 1, poz. 34**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę strzykawkową z klasą ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1: Klasa I, typ CF, odporność na defibrylację oraz wyższą klasą ochrony obudowy IP 24 ? Klasa ochrony II w praktyce różni się jedynie możliwością zasilania za pomocą przewodu dwużyłowego zamiast trzyżyłowego (trzeci przewód ochronno-neutralny PEN), co w świetle wymogów dotyczących instalacji elektrycznych w obiektów szpitalnych jest normą.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** do przetargu wysokiej klasy pompę strzykawkową z klasą ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1: Klasa I, typ CF, odporność na defibrylację oraz wyższą klasą ochrony obudowy IP 24.

**16) Dotyczy Zadania nr 1, poz. 36**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z zasilaniem wewnętrznym akumulatorowym wytrzymującym ponad 12 godzin pracy przy przepływie 5 ml/h ? Taka ilość czasu w zupełności wystarczy do poprawnej pracy urządzenia w budynku użyteczności publicznej typu szpital, w którym występują liczne gniazdka elektryczne, agregaty.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** do przetargu pompy strzykawkowe z zasilaniem wewnętrznym akumulatorowym wytrzymującym ponad 12 godzin pracy przy przepływie 5 ml/h.

**17) Dotyczy Zadania nr 1, poz. 40**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu stację dokującą wykonaną z aluminium?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **nie dopuszcza** do przetargu stacji dokującej wykonanej z aluminium.

**18) Dotyczy Zadania nr 1, poz. 41**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu stację dokującą o wadze całkowitej 6,2kg?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** do przetargu stację dokującą o wadze całkowitej 6,2 kg.

**19) Dotyczy Zadania nr 1, poz. 49**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu stację nie wyposażoną w wysięgnik – który z kolei, jest na wyposażeniu wymaganej w specyfikacji podstawy jezdnej?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** do przetargu stację nie wyposażoną w wysięgnik – który z kolei, jest na wyposażeniu wymaganej w specyfikacji podstawy jezdnej.