



Znak: AE/ZP-27-46/23

Tarnów, 2023-07-21

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 215.000 EURO) na dostawy artykułów medycznych (m.in. kaniule, igły, strzykawki, wkłucia centralne, porty naczyniowe, igły specjalistyczne), parafiny granulowanej, chłonnych gąbek żelatynowych.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

- Dotyczy Pakietu Nr 26 poz. 1** - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 26 poz. 1: Cewnik do żyły centralnych 2-kanalowy 7 Fr x 200 mm. Skład zestawu: Cewnik wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi i oznaczonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock; oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o długości i średnicy cewnika; skalpel; igła prowadząca; strzykawka 5ml; prowadnica z końcówką „J” ze znacznikami głębokości z aplikatorem; rozszerzało; ruchome skrzydełko mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą; koreczki z portami heparynizowanymi do każdego światła/przedłużenia.
- Dotyczy Pakietu Nr 26 poz. 2** - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 26 poz. 2: Cewnik do żyły centralnych 3-kanalowy 7 Fr x 200 mm. Skład zestawu: Cewnik wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi i oznaczonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock; oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o długości i średnicy cewnika; skalpel; igła prowadząca; strzykawka 5ml; prowadnica z końcówką „J” ze znacznikami głębokości z aplikatorem; rozszerzało; ruchome skrzydełko mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą; koreczki z portami heparynizowanymi do każdego światła/przedłużenia.
- Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści kaniule z poniższymi właściwościami w rozmiarze 26G 0,6x19mm przepływ 17 ml/min:
 - Igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut
 - Cewnik kaniuli wykonany z teflonu (FEP), wyposażony w 4 paski kontrastujące w RTG
 - Kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełko mocujące, bez portu górnego
 - Uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką
 - Zastawka zabezpieczająca przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia
 - Komora wypływu zwrotnego zabezpieczona koreczkiem luer lock
 - Dostępna w dwóch rozmiarach: 24 g i 26 g
 - Jednorazowego użytku
 - Nie zawiera lateksu
 - Nie zawiera ftalanów
 - Sterylizowana tlenkiem etylenu
 - Pakowanie: 1 sztuka – twardy blister (PVC + lakierowany papier) z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru?
- Dotyczy Pakietu Nr 7** - Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z poliuretanu, spełniające pozostałe wymagania SWZ?
- Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 6,7** - Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne standard długo ścięte LB/BL?
- Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 6,7** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.



7. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z drenem o długości 150 cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 2** - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w komorę kroplową o długości min. 55mm w części przezroczystej, w której widoczność poziomu płynu oraz szybkości infuzji, jest zdecydowanie lepsza niż w przyrządach wyposażonych w krótszą komorę?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 2** - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z zaciskiem rolkowym wyposażonym w pochewkę na igłę biorczą, która umożliwi prawidłowe zabezpieczenie kolca biorczego po wyciągnięciu z opakowania z płynem, chroniąc personel przed ryzykiem zakłucia?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 2** - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z komorą kroplową zaopatrzoną w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania płynu z butelek z filtrem 0,1µm?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 36 poz. 1 – 2, 4-5** - Czy Zamawiający dopuści igły do znieczulania z igłą prowadzącą w rozmiarze 20Gx34mm?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 36 poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści igły do znieczulania z igłą prowadzącą w rozmiarze 22Gx34mm?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 36 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Pencil Point 25G/88mm?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 36 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści długość trzonka igły prowadzącej ok. 25 mm?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 36 poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Pencil Point 26G/88mm?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 36 poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści długość trzonka igły prowadzącej ok. 25 mm?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 36 poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Pencil Point 27G/88mm?
19. **Dotyczy Pakietu Nr 36 poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści długość trzonka igły prowadzącej ok. 25 mm?
20. **Dotyczy Pakietu Nr 36 poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Quincke 26G/88mm?
21. **Dotyczy Pakietu Nr 36 poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści długość trzonka igły prowadzącej ok. 25 mm?
22. **Dotyczy Pakietu Nr 36 poz. 5** - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania igły do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Pencil Point 26G/120mm?
23. **Dotyczy Pakietu Nr 36 poz. 5** - Czy Zamawiający dopuści długość trzonka igły prowadzącej ok. 25 mm?
24. **Dotyczy Pakietu Nr 36 poz. 6** - Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Quincke 25G/88mm?
25. **Dotyczy Pakietu Nr 36 poz. 7** - Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Quincke 22G/88mm?
26. **Dotyczy Pakietu Nr 37 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania standardowego zestawu do znieczuleń zewnątrzoponowych o składzie:
 - Strzykawka niskooporowa o pojemności 10ml, skalowana
 - Igła Touhy 18G x 80mm
 - Cewnik epiduralny 0,8mm o długości 90cm z znacznikami głębokości oraz otworami bocznymi, wykonany z miękkiego materiału, z nitką radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach RTG, skalowany
 - Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Touhy
 - Płaski filtr epiduralny 0,2µm
 - Zatrzaskowy łącznik do cewnika epiduralnego
 - Mocowanie cewnika
 - Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny?



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następujących odpowiedzi:

Ad 1.

Zamawiający w Pakiecie Nr 26 poz. 1 podtrzymuje wymagania SWZ.

Ad 2.

Zamawiający w Pakiecie Nr 26 poz. 2 podtrzymuje wymagania SWZ

Ad 3.

Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 1 podtrzymuje wymagania SWZ.

Ad 4.

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 1 podtrzymuje wymagania SWZ.

Ad 5.

Zamawiający w Pakiecie Nr 8 poz. 6-7 podtrzymuje wymagania SWZ.

Ad 6.

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 8 poz. 6-7.

Ad 7.

Zamawiający w Pakiecie Nr 12 poz. 1 (według pytania Pakiet Nr 11 poz. 1) podtrzymuje wymagania SWZ.

Ad 8.

Zamawiający w Pakiecie Nr 12 poz. 2 (według pytania Pakiet Nr 11 poz. 2) nie wymaga ale dopuszcza również, aby zaoferowany przyrząd wyposażony był w komorę kroplową o długości 55mm w części przezroczystej. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Ad 9.

Zamawiający w Pakiecie Nr 12 poz. 2 (według pytania Pakiet Nr 11 poz. 2) nie wymaga ale dopuszcza również zaoferowanie przyrządu z zaciskiem rolkowym wyposażonym w pochewkę na igłę biorczą. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Ad 10.

Zamawiający w Pakiecie Nr 12 poz. 2 (według pytania Pakiet Nr 11 poz. 2) nie wymaga ale dopuszcza również zaoferowanie przyrządu do infuzji z komorą kroplową zaopatrzoną w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemnik z płynami. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Ad 11.

Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1 podtrzymuje wymagania SWZ.

Ad 12.

Zamawiający w Pakiecie Nr 36 poz. 1-2, 4-5 podtrzymuje wymagania SWZ.

Ad 13.

Zamawiający w Pakiecie Nr 36 poz. 3 podtrzymuje wymagania SWZ.

Ad 14.

Zamawiający w Pakiecie Nr 36 poz. 1 podtrzymuje wymagania SWZ

Ad 15.

Zamawiający w Pakiecie Nr 36 poz. 1 podtrzymuje wymagania SWZ

Ad 16.

Zamawiający w Pakiecie Nr 36 poz. 2 podtrzymuje wymagania SWZ.

Ad 17.

Zamawiający w Pakiecie Nr 36 poz. 2 podtrzymuje wymagania SWZ.

Ad 18.

Zamawiający w Pakiecie Nr 36 poz. 3 podtrzymuje wymagania SWZ.

Ad 19.

Zamawiający w Pakiecie Nr 36 poz. 3 podtrzymuje wymagania SWZ.

Ad 20.

Zamawiający w Pakiecie Nr 36 poz. 4 podtrzymuje wymagania SWZ.

Ad 21.

Zamawiający w Pakiecie Nr 36 poz. 4 podtrzymuje wymagania SWZ.

Ad 22.

Zamawiający w Pakiecie Nr 36 poz. 5 dopuszcza również zaoferowanie igły do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Pencil Point 26G/120mm pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.



Ad 23.

Zamawiający w Pakiecie Nr 36 poz. 5 podtrzymuje wymagania SWZ.

Ad 24.

Zamawiający w Pakiecie Nr 36 poz. 6 podtrzymuje wymagania SWZ.

Ad 25.

Zamawiający w Pakiecie Nr 36 poz. 7 podtrzymuje wymagania SWZ.

Ad 26.

Zamawiający w Pakiecie Nr 37 poz. 1 dopuszcza również zaoferowanie zestawu do znieczuleń zewnątrzoponowych o składzie:

- Strzykawka niskooporowa o pojemności 10ml, skalowana,
- Igła Touhy 18G x 80mm,
- Cewnik epiduralny 0,8mm o długości 90cm z znacznikami głębokości oraz otworami bocznymi, wykonany z miękkiego materiału, z nitką radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach RTG, skalowany
- Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Touhy,
- Płaski filtr epiduralny 0,2µm,
- Zatrzaskowy łącznik do cewnika epiduralnego,
- Mocowanie cewnika,
- Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny.

Otrzymują:
Platforma Zamawiającego
a/a



Zastępca Dyrektora
mgr Danuta Nosok

