

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
**Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji**  
**w Poznaniu**



im. prof. Ludwika Bierkowskiego



**Dział Zamówień Publicznych**

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań  
tel. 61-846-47-70

www.szpitalmswia.poznan.pl  
zamowienia@szpitalmswia.poznan.pl

Poznań, dnia 10.09.2021 roku

ZP/p/14/2021

**Do wszystkich Wykonawców**  
**ubiegających się udzielenie**  
**zamówienia publicznego**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa opatrunków i innych jednorazowych wyrobów medycznych”.

Nr postępowania: Zp/p/14/2021.

**ZMIANA TREŚCI SIWZ (udzielonych wyjaśnień)**

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Poznaniu, im. prof. Ludwika Bierkowskiego działając na zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), dokonuje zmiany treści SWZ.

Zamawiający dokonuje zmiany w treści wyjaśnień SWZ opublikowanych w dniu 01.09.2021r., zestaw pytań nr 1 odpowiedź nr 1-3, który otrzymuje poniższe brzmienie:

**Zestaw zapytań nr 1**

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający w **Części 8** w pozycjach 1 i 2 oczekuje, aby zestawy (tak, jak stosowane dotychczas przez Zamawiającego) były wyposażone w łącznik typu „martwa przestrzeń”.

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający oczekuje, aby zestawy były wyposażone w łącznik typu „martwa przestrzeń”**

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający w **Części 9** w pozycji 1 dopuści (stosowany dotychczas przez Zamawiającego) zestaw do drenażu opłucnej dla dorosłych, z mechaniczną zastawką zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym (bez filtra); z samouszczelniającym portem bezigłowym do pobierania próbek drenowanego płynu usytuowanym na tylnej ścianie zestawu; zestaw z drenem łączącym, bezłateksowym zabezpieczonym przed zagięciem, poprzez specjalną konstrukcję drenu (bez metalowej sprężyny); zestaw spełniający wszystkie pozostałe wymagania SWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający dopuści zestaw do drenażu opłucnej dla dorosłych, z mechaniczną zastawką zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym (bez filtra); z samouszczelniającym portem bezigłowym do pobierania próbek drenowanego płynu usytuowanym na tylnej ścianie zestawu; zestaw z drenem łączącym, bezłateksowym zabezpieczonym przed zagięciem, poprzez specjalną konstrukcję drenu (bez metalowej sprężyny); zestaw spełniający wszystkie pozostałe wymagania SWZ.**

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający w **Części 9** w pozycji 2 mógłby doprecyzować, czy zestaw będzie oparty na użyciu kleszczyków rozszerzających (peana) wielorazowego użytku, które to kleszczyki nie są elementem opisanego zestawu uzupełniającego.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający oczekuje, aby zestaw był oparty na użyciu kleszczyków rozszerzających (peana) wielorazowego użytku, które to kleszczyki nie są elementem opisanego zestawu uzupełniającego.

**Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.**

1/ strona internetowa  
1/ a/a  
Druk: M. Flis

Z-ca Kierownika  
Działu Zamówień Publicznych  
*M. Flis*  
mgr Michał Flis

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
w Poznaniu, m. prof. Ludwika Bierkowskiego  
*W. Pstrąg-Bieleński*  
dr n. med. Witold Pstrąg-Bieleński