

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 4 Aparat do zabiegów CXL – 1szt.

Lp.	Opis parametru, funkcji
1.	Lampa UVA do stosowania w terapii stożka rogówki
2.	Długość fali – 365nm
3.	Natężenie regulowane w zakresie od 1 – 30 mW/cm ²
4.	Ciągła i pulsacyjna emisja UV
5.	Wielkość ogniska regulowana regulowana płynnie za pomocą pokrętki w zakresie 3 – 12mm
6.	Kamera do podglądu procedury na monitorze
7.	Zarządzanie każdą operacją za pomocą monitora dotykowego 10'' o rozdzielczości 1920x1200
8.	Menu urządzenia w języku polskim
9.	Protokoły procedur: Dresden Epi-OFF, CXL-CustomFast Epi-ON, Jontoforeza, zakażne zapalenie rogówki, protokoły indywidualne z preferowanymi ustawieniami
10.	Możliwość generowania raportu po zabiegu
11.	Urządzenie wyposażone w system, który umożliwia operatorowi określenie powierzchni roboczej.
12.	Możliwość przygotowania indywidualnych ustawień dla dowolnego operatora
13.	Wewnętrzna baza danych
14.	Zintegrowany port USB do eksportu raportów
15.	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024r.