



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM

NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271



32 281 02 71
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 19.06.2023 r.

DZP – 18/2023

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej oraz Zakładu Radiologii

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 3, poz. 5

Czy w Pakiecie nr 3 poz.5 Zamawiający dopuści koszulkę o profilu 12 Fr (pozostałe parametry bez zmian) ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 – dot. Pakietu nr 5, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 1 pakietu 5 formularza cenowego stentgraftów stalowych do aorty piersiowej o dostępnych rozmiarach 22 do 42mm średnicy oraz 79 do 218mm długości z możliwością zamiany na stentgrfat piersiowy nitinolowy w dostępnych rozmiarach od 24 do 46mm średnicy oraz 105 do 233mm długości. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 – dot. Pakietu nr 5, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 2 pakietu 5 formularza cenowego stentgraftów stalowych do aorty brzusznej w rozmiarach 22 – 36mm średnicy i 82 do 149 mm długości [MB] oraz nogawek w dostępnych rozmiarach 9-24mm średnicy oraz 39, 56, 74, 90, 107 lub 122mm długości. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 – dot. Pakietu nr 5, poz. 16

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 16 pakietu 5 formularza cenowego stentgraftów aortalnych rozprężanych na balonie o dostępowych długościach: 29, 38, 48mm dla śr. 18mm; 27, 37, 48mm dla śr. 20mm oraz 37, 48mm dla śr. 22, 24mm. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Pytanie nr 5 – dot. Pakietu nr 5, poz. 20

Z uwagi na wycofanie produktu z oferty prosimy o odstąpienie od wymogu zaoferowania w pozycji 20 pakietu 5 formularza cenowego czterooczkowych pętli do usuwania ciał obcych.

Odp.: Zamawiający wykreśla z Pakietu 5 poz. 20. W załączeniu zmodyfikowany formularz asortymentowo- cenowy w zakresie Pakietu 5 poz. 20.

Pytanie nr 6 – dot. Pakietu nr 5, poz. 25

Z uwagi na wycofanie produktu z oferty prosimy o wykreślenie z pakietu 5 pozycji 25 – zestaw CO2 Angioset.

Odp.: Zamawiający wykreśla z Pakietu 5 poz. 25. W załączeniu zmodyfikowany formularz asortymentowo- cenowy w zakresie Pakietu 5 poz. 25.

Pytanie nr 7 – dot. Pakietu nr 5, poz. 29

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 29 pakietu 5 formularza cenowego przewodnika typu amplatz z miękką zagiętą końcówką o długości 3cm i temperowanym rdzeniem na dystalnej części przewodnika o długości 7cm. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 – dot. Pakietu nr 5, poz. 4

W związku z tym, że przedmiotem zamówienia w pozycji 4 pakietu 5 jest między innymi wyrób wytwarzany na zamówienie dla konkretnego pacjenta nie posiadający wystandaryzowanych kodów katalogowych prosimy o odstąpienie w zakresie tego pakietu od wymogu podania nr katalogowego / kodu GTIN oraz załączenia do oferty deklaracji zgodności i certyfikatu CE.

Odp.: Zamawiający odstępuje w zakresie Pakietu 5 poz. 4b) podawania nr katalogowego, kodu GTIN oraz załączenia do oferty deklaracji zgodności i certyfikatu CE.

Ww. dokument w zakresie Pakietu nr 5 poz. 4b) muszą zostać uzupełnione oraz dostarczone Zamawiającemu na etapie realizacji zamówienia.

Zamawiający informuje, iż w zakresie Pakietu nr 5, zostaje zmodyfikowany Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy oraz § 3 ust. 2 projektowanych postanowień umownych otrzymuje brzmienie:

„Dostawa zamówionego towaru następować będzie w terminie do ... godziny/dni roboczych licząc od dnia przesłania zamówienia faxem lub e-mailem (termin zgodny ze złożoną ofertą).

W zakresie Pakietu 5 poz. 4b) dostawa zamówionego towaru następować będzie w terminie do ... tygodni licząc od dnia przesłania zamówienia faxem lub e-mailem (termin zgodny ze złożoną ofertą).” Pozostałe zapisy projektowanych postanowień umowy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 9 – dot. Projektowanych postanowień umowy

Umowa – zał. 6 - kary - par. 8

Prosimy o obniżenie kar maksymalnych do 20 %.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgodny.

Pytanie nr 10 – dot. Projektowanych postanowień umowy

Czy Zamawiający zgadza się podawać dodatkowo w każdym zamówieniu lub informacji o pobraniu numer katalogowy zamawianych wyrobów, numer umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, na podstawie której Zamawiający składa zamówienie oraz adres poczty

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

elektronicznej Zamawiającego służący do odbierania faktur elektronicznych?

W przypadku uwzględnienia, prosimy o uzupełnienie wzoru umowy (załączonego do SWZ) zgodnie z art. 286 ust. 1 P.z.p., poprzez umieszczenie we wzorze postanowienia dotyczącego dodatkowych elementów podawanych w treści zamówienia.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 11 – dot. Projektowanych postanowień umowy

Czy Zamawiający akceptuje stosowanie faktur elektronicznych zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931)?

Odp.: Zgodnie z § 6 ust. 1 projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 12 – dot. Pakietu nr 7, poz. 27-30

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie wraz z cewnikiem specjalistycznego przewodnika, który jest niezbędny do wykonania danego zabiegu? Przewodnik zostanie wyszczególniony w formularzu cenowym w poz. 27-30 oraz uwzględniony w cenie wraz z cewnikiem do aterektomii.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13 – dot. Pakietu nr 7, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 punkt 2 Przewodnik z rdzeniem ze stali nierdzewnej pokrywany hydrofilnie w części dystalnej oraz PTFE w części proksymalnej. Szytywności końcówek 3g i 6g. Końcówka cieniująca o długości 2cm. Średnica 0,014” (0,37mm), długości 182 i 300cm. Kształtowalna końcówka: prosta i zagięta. Dystalna część taperowana na długości 8 oraz 11cm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14 – dot. Projektowanych postanowień umowy

Par. 3 ust. 8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od żądania każdorazowego zamówienia wyłącznie w ramach jednej dostawy? Biorąc pod uwagę istniejące okoliczności, mające wpływ na dostępność produktów na całym świecie, może się zdarzyć, że niektóre elementy zamówienia będą musiały być zrealizowane później. W takiej sytuacji zarówno dla Zamawiającego, jak i dla Wykonawcy byłoby niekorzystnie wstrzymać realizację całego zamówienia. W związku z tym prosimy o następującą modyfikację projektu Umowy:

„8. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości każdorazowego zamówienia w jednorazowej dostawie. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku braku dostępności pojedynczych pozycji z zamówienia, Wykonawca ma prawo zrealizować dostawę pozostałych pozycji z danego zamówienia i odpowiednio wystawić osobne faktury. W takim przypadku par. 8 ust. 1.8 nie ma zastosowania. Niezrealizowanie pojedynczej pozycji z zamówienia traktowane będzie jako zwłoka w realizacji dostawy częściowej.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15 – dot. Pakietu nr 8, poz. 2

W związku z wycofywaniem produktu -stentgraftu piersiowego z rynku oraz brakiem ważności certyfikatu na ten produkt czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w zadaniu 8 poz. 2 stentgraftu do zaopatrywania tetniaków aorty brzusznej bez możliwości wymiany na stentgraft do zaopatrywania tętniaków aorty piersiowej.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Odp.: Zamawiający wykreśla z Pakietu 8 poz. 2. W załączeniu zmodyfikowany formularz asortymentowo- cenowy w zakresie Pakietu 8 poz. 2.

Równocześnie Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w następującym zakresie:

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć (umieścić) na platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/szpital4_bytom_w_myśl_ustawy_p.z.p._na_stronie_prowadzonego_postępowania do dnia 30.06.2023 r. do godziny 09:00.
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2023 r. o godzinie 09:05.
- Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni tj. do dnia 27.09.2023 r.

Zamawiający w załączeniu do nn. pisma przekazuje:

- opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Sprostowanie/ Ogłoszenie zmiana lub dodatkowych informacji;
- Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy
- Załącznik Nr 1A – Formularz asortymentowo – cenowy

Podpisał:

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
dr n. med. Janusz Kuśmierz

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie