

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Poznaniu



im. prof. Ludwika Bierkowskiego

Dział Zamówień Publicznych

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
tel. 61-846-47-70,

www.szpitalmswia.poznan.pl
zamowienia@szpitalmswia.poznan.pl



ZP/p/2/2024

Poznań, dnia 13.03.2024 roku

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych”.

SPROSTOWANIE WYJAŚNIENI TREŚCI SWZ Nr 2

Z DNIA 13.03.2024 r.

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu, im. prof. Ludwika Bierkowskiego, publikuje treść zapytań wraz z sprostowaniem udzielonych wyjaśnień nr 2 z dnia 13.03.2024 r.

Zestaw pytań nr 2

Pytanie 2 – dotyczy części nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w następującym składzie:

1 serweta 80 cm x 100 cm (owinięcie zestawu)

1 ręcznik 30 cm x 40 cm

1 włókninowa taśma samoprzylepna 9 cm x 25 cm

1 serweta wzmocniona do angiografii 227 cm x 330 cm z dwoma samoprzylepnymi otworami 12 cm x 12 cm otoczonymi folią operacyjną umieszczonymi decentralnie, średnica każdego otworu 8 cm ze zintegrowanymi pasami z przezroczystej folii PE po obu stronach serwety przeznaczonymi do okrycia pulpitu pomiarowego stołu angiograficznego

1 serweta na stół instrumentariuszki Standard 150 cm x 190 cm pakowana osobno

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu trzywarstwowego (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o gramaturze laminatu 74 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowa mata chłonna o wymiarach 100 cm x 75 cm. Chłonność min. 330%, odporność na przenikanie cieczy 172 cm H₂O.

~~Serweta chirurgiczna dwuwarstwowa 75x90cm samoprzylepny otwór Ø 8cm – 1 szt.~~ (Wykreślono ostatnie zdanie, które omyłkowo zostało wpisane przez Zamawiającego).

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Pytanie 3 – dotyczy części nr 32 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w następującym składzie:

Papier 80x100cm (owinięcie zestawu) 1 szt.

Kaniuła jednorazowa różowa ze szlifem fasetkowym, 18 g (1,2 mm) 50 mm – 1 szt.

Kaniuła jednorazowa zielona ze szlifem fasetkowym, 21g (0,8 mm) 80 mm – 1 szt.

Skalpel jednorazowy nr. 10 – 1 szt.

Imadło chirurgiczne 14cm – 1 szt.

Pęseta standardowa, tworzywo sztuczne, niebieska 13 cm – 1 szt.
Strzykawka 2-częściowa 10ml – 1 szt.
Miska dwukomorowa 24x11x4,5cm – 1 szt.
Kompresy gazowe 10 × 10, 8-warstwowe 10 x 10 cm - 4 szt.
Tupfer gazowy z elementem RTG – 4 szt.
Włókninowy opatrunek do zabezpieczania ran z warstwą absorpcyjną 10x15cm – 1 szt.
Narzędzie plastikowe typu Kocher 19cm – 1 szt.
Serweta nieprzylepna 2-warstwowa 45x75cm – 1 szt.
Serweta chirurgiczna dwuwarstwowa 75x90cm, samoprzylepny otwór o śr. 8cm – 1szt.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt z zastrzeżeniem: igły max 40-50m, serweta może mieć większy rozmiar. (Zmieniono odpowiedź poprzez dodanie „serweta może mieć większy rozmiar”).

Zestaw pytań nr 3

Pytanie 3 – dotyczy części nr 20 - §1 ust. 3 Wzoru umowy.

Czy Zamawiający potwierdza, że zawierając umowę w zakresie części nr 20 dokona modyfikacji zapisu §1 ust. 3 pod kątem terminu ważności przedmiotu umowy na zgodny z terminem wymaganym w załączniku nr 2- Formularz asortymentowo-cenowy, Opis techniczny pkt 12?

Krótszy termin ważności związany jest z preparacją oferowanych próbek.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający potwierdza powyższe. (Zmieniono odpowiedź Zamawiającego z: „Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt” na „Zamawiający potwierdza powyższe”).

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych
A. Waraczewska
mgr inż. Aleksandra Waraczewska

Wyk. w 1 egz.
1/ strona internetowa
2/ a/a
Druk: A.Waraczewska