



Znak: AE/ZP-27-96/22

Tarnów, 2023-01-09

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 215.000 EURO) na dostawy: igieł do biopsji mammotomicznej i innych niezbędnych akcesoriów wraz z dzierżawą zamkniętego systemu do wykonywania biopsji mammotomicznej pod kontrolą USG**

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy pkt 6 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy Zamawiający wymaga aby obsługa urządzenia, wyświetlane polecenia, informacje o kolejnych etapach instalacji igły i ewentualnych błędach na ekranie dotykowym były w języku polskim?
2. **Dotyczy pkt 8 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w załączniku asortymentowo- cenowym niezbędnego asortymentu do prawidłowego wykonania zabiegu biopsyjnego tj. jednorazowych sterylnych kaset ssąco-płuczających? Są one niezbędne, aby wykonać procedurę. Zgodnie z instrukcją producenta stosowanie tego produktu jest 1:1 w stosunku do igieł biopsyjnych.
3. **Dotyczy pkt 19.2.2 SWZ - Projektowane postanowienia umowy.** Wykonawca wnosi, wydłużenie maksymalnego terminu realizacji reklamacji, będącego jednocześnie kryterium oceny ofert z 5 dni kalendarzowych do 6 dni roboczych liczonych od daty zgłoszenia.
4. **Dotyczy pkt 22.1 SWZ - Projektowane postanowienia umowy.** Wykonawca wnosi, wydłużenie terminu dostaw, z 7 dni kalendarzowych do 7 dni roboczych liczonych od daty zgłoszenia.
5. **Dotyczy pkt 22.1 SWZ - Projektowane postanowienia umowy oraz pkt 3 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Wykonawca wnosi, wydłużenie terminu dostawy systemu do wykonywania biopsji mammotomicznej do 21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
6. **Dotyczy pkt 22.12 a) SWZ - Projektowane postanowienia umowy.** Mając na uwadze miarkowanie kar umownych wnioskujemy o zmianę treści punktu 22.12 a) na: 0,3 % wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru, za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, po upływie 10 dni zwłoki Zamawiający będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania postanowień umowy, z zachowaniem prawa do kar umownych
7. **Dotyczy pkt 22.12 b) SWZ - Projektowane postanowienia umowy.** Mając na uwadze miarkowanie kar umownych wnioskujemy o zmniejszenie kary umownej do 0,3% wartości brutto zamówionej partii towaru - w przypadku dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości.
8. **Dotyczy pkt 22.12 c) SWZ - Projektowane postanowienia umowy.** Mając na uwadze miarkowanie kar umownych wnioskujemy o zmniejszenie kary umownej do 10% wartości wynikającej z różnicy pierwotnej wartości brutto umowy oraz zwaloryzowanego zgodnie pkt.22.33 – 22.38 SWZ wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy za każdy dzień zwłoki w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w pkt.22.33 SWZ.
9. **Dotyczy pkt 22.12 SWZ - Projektowane postanowienia umowy.** Mając na uwadze miarkowanie kar umownych wnioskujemy o zmniejszenie maksymalnej łącznej wysokości naliczanych kar umownych, o których mowa pkt.22.12 SWZ do 20% wartości brutto umowy.
10. **Dotyczy pkt 22.13 SWZ - Projektowane postanowienia umowy.** Mając na uwadze miarkowanie kar umownych wnioskujemy o zmniejszenie kary umownej do 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
11. **Dotyczy pkt 7 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Wnosimy o zmianę treści na: Wliczony w dzierżawę serwis na okres obowiązywania umowy: Wykonawca na czas naprawy urządzenia zapewnia sprzęt



zastępczy o takich samych lub lepszych parametrach. Sprzęt zastępczy jest dostarczony do Zamawiającego na koszt Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 Zamawiający wymaga zaoferowania w **pozycji 1** Formularza Cenowego zamkniętego systemu do wykonywania mammotomicznej biopsji pod kontrolą USG spełniającego wymagania określone w SWZ, w tym w Załączniku Nr 4 SWZ.

Ad 2 Zamawiający zgodnie z zapisem w pkt 8 Załącznika Nr 4 do SWZ wymaga zaoferowania wszystkich akcesoriów niezbędnych do prawidłowej pracy systemu. Jeżeli wymienione w pytaniu jednorazowe sterylne kasety ssąco-płuczące są niezbędne do prawidłowego wykonania zabiegu biopsyjnego to należy ująć je i wycenić je w Formularzu Cenowym dodając kolejne pozycje.

Ad 3 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie zmian w zapisach pkt 19.2.2 SWZ dotyczących

Ad 3-10 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie zmian w zapisach pkt 22 SWZ Projektowane postanowienia umowy. W sprawach nie uregulowanych w Umowie zastosowanie będą miały przepisy Prawa zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

Ad 11 Zamawiający podtrzymuje wymagania dla oferowanego przedmiotu zamówienia określone w pkt 7 Załącznika N4 do SWZ.

Otrzymują:

1. Platforma Zamawiającego
2. a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek

