



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.
19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 3
Sprostowanie z dnia 22.02.2023r. w zakresie Pytania 17 i 18

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/ 400 / 740 /23

Data: 20.02.2023r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na „Dostawę rękawic chirurgicznych i diagnostycznych na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o.” Znak Sprawy: 277 / 2023

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1 dot. Pakietu 1 poz. 1 – Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy Zamawiający dopuści rękawice teksturowane na palcach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 2 dot. Pakietu 2 poz. 1 – Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy Zamawiający dopuści rękawice w opak. a'200 szt. oraz ich wycenę z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 3 dot. Pakietu 2 poz. 1 – Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania rękawic czystych mikrobiologicznie, zbadanych zvalidowaną metodą badawczą - potwierdzone raportem wystawionym przez akredytowane laboratorium?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 4 dot. Pakietu 2 poz. 2-3 – Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz Asortymentowo-Cenowy

Prosimy o odstąpienie od dzierżawy.

Odpowiedź: Zamawiający nie odstąpi od dzierżawy dozowników.

PYTANIE nr 5 dot. Pakietu 3 poz. 1-2 – Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min 280mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 6 dot. Pakietu 3 poz. 1 – Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu $0,17\text{mm} \pm 0,01$, z poziomem protein poniżej $90 \mu\text{g/g}$?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 7 dot. Pakietu 3 poz. 1-2 – Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy Zamawiający dopuści rękawice z oznaczeniem rozmiaru rękawicy na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 8 dot. Pakietu 3 poz. 1-2 – Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz Asortymentowo-Cenowy
Czy Zamawiający dopuści rękawice składane na pół?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 9 dot. Pakietu 3 poz. 2 – Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz Asortymentowo-Cenowy
Czy Zamawiający dopuści rękawice polimerowane od wewnątrz?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 10 dot. Pakietu 3 poz. 2 – Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz Asortymentowo-Cenowy
Czy Zamawiający dopuści rękawice z poziomem protein poniżej 67 µg/g?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 11 dot. Pakietu 3 poz. 2 – Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz Asortymentowo-Cenowy
Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,17mm±0,01?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 12 dot. Pakietu 3 poz. 2 – Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz Asortymentowo-Cenowy
Czy Zamawiający dopuści rękawice z poziomem białek lateksowych: max 33µg/g?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 13 dot. Pakietu 3 poz. 2 – Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz Asortymentowo-Cenowy
Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,22mm±0,02?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 14 dot. Pakietu 3 poz. 3 – Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz Asortymentowo-Cenowy
Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne ginekologiczne o długości 480mm±10 mm, dostępne w rozmiarach:

- S (6,5),
- M (7,5),
- L (8,5)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 15 dot. Pakietu 3 poz. 4 – Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz Asortymentowo-Cenowy
Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne syntetyczne, które cechują się doskonałą chwytnością w warunkach suchych i mokrych – pewny chwyt dzięki specjalnej warstwie antypoślizgowej na całej powierzchni rękawic, długość minimum 280 mm, grubość pojedynczej ściany na palcu 0,20±0,02 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 16 dot. Pakietu 3 poz. 4 – Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz Asortymentowo-Cenowy
Czy Zamawiający dopuści rękawice z oznaczeniem rozmiaru rękawicy na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 17 dot. Pakietu 5 poz. 4 – Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz Asortymentowo-Cenowy
Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min 280mm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Pakiet 5 nie zawiera pozycji 4. Niemniej jednak Zamawiający domniemywa, że Wykonawca zadał pytanie do Pakietu 5 i udzieli odpowiedzi: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 18 dot. Pakietu 5 poz. 4 – Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz Asortymentowo-Cenowy
Czy Zamawiający dopuści rękawice w jednolitym kolorze brązowym wewnątrz i na zewnątrz?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Pakiet 5 nie zawiera pozycji 4. Niemniej jednak Zamawiający domniemywa, że Wykonawca zadał pytanie do Pakietu 5 i udzieli odpowiedzi: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 19 dot. Pakietu 6 poz. 1 – Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz Asortymentowo-Cenowy
Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane w opak. a'250 szt. dla rozm. S-L oraz a'240 szt. dla rozm. XL oraz ich wycenę z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 20 dot. Pakietu 6 poz. 1 – Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz Asortymentowo-Cenowy
Prosimy o odstąpienie od dzierżawy.

Odpowiedź: Zamawiający nie odstąpi od dzierżawy podajników.

PYTANIE nr 21 dot. Pakietu 6 poz. 1 – Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz Asortymentowo-Cenowy
Czy Zamawiający dopuści uchwyt wykonany z tworzywa sztucznego (kopolimer) o właściwościach antybakteryjnych, odporne na środki dezynfekcyjne?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 22 dot. Pakietu 7 poz. 1 – Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz Asortymentowo-Cenowy
Czy Zamawiający oczekuje rękawic diagnostycznych lateksowych pudrowanych?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający oczekuje rękawic lateksowych bezpudrowych. Zamawiający zmodyfikował Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy- Modyfikacja nr 1 z dnia 16.02.2023r.

PYTANIE nr 23 dot. Pakietu 8 poz. 1 – Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz Asortymentowo-Cenowy
Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu $0,17\text{mm} \pm 0,01$?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 24 dot. Pakietu 8 poz. 1 – Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz Asortymentowo-Cenowy
Czy Zamawiający dopuści rękawice z poziomem protein poniżej $90 \mu\text{g/g}$?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 25 dot. Pakietu 8 poz. 1-2 – Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz Asortymentowo-Cenowy
Czy Zamawiający dopuści rękawice składane na pół?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 26 dot. Pakietu 8 poz. 2 – Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz Asortymentowo-Cenowy
Czy Zamawiający dopuści rękawice polimerowane od wewnątrz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 27 dot. Pakietu 8 poz. 2 – Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz Asortymentowo-Cenowy
Czy Zamawiający dopuści rękawice z poziomem protein poniżej $67 \mu\text{g/g}$?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

