

## PAKIET NR 1

## PROWADNIKI DO KORONAROGRAFII

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto	Producent/ <u>Kategoria wyrobu medycznego</u>	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Prowadniki do koronarografii	1300 szt.	19,00	24.700,00	8%	26.676,00	Balton/ IIa	Prowadnik stalowy pokryty teflonem / np. PJ35150T

## OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

- długości 150 cm, 200 cm, 260 cm – wymagane
- różne dł. miękkich końcówek zakończonych w kształcie litery „J” oraz proste – wymagane
- doskonałe przeniesienie obrotu – 15% (~~TAK/NIE~~)\* (należy wykreślić !)
- dobrze widoczny w skopii, giętki – 15% (~~TAK/NIE~~)\* (należy wykreślić !)
- sztywna część proksymalna prowadnika zapewniająca dobrą sterowność – 10% (~~TAK/NIE~~)\* (należy wykreślić !)
- prowadnik pokryty teflonem - wymagane

**PAKIET NR 2**  
**KOSZULKI (INTRODUCERY) Z IGŁĄ W KOMPLECIE**

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto	Producent/ <u>Kategoria wyrobu medycznego</u>	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Koszulki (Introducery) udowe dł. 11 cm i 23 cm, w tym 20% długich	100 szt.	20,00	2.000,00	8%	2.160,00	Balton / IIa	Introduktor / np. INT6F INT6F23
2.	Koszulki (Introducery) promieniowe z atraumatyczną igłą i przewodnikiem 0,021''	1300 szt.	30,00	39.000,00	8%	42.120,00	Balton / IIa	Introduktor promieniowy / np. INT6F21KR P
3.	Koszulki (Introducery) promieniowe hydrofilne	20 szt	60,00	1.200,00	8%	1.296,00	Balton / IIa	Introduktor promieniowy hydrofilny / np. INT6FKRH
4.	Koszulki duże 12,14,16 F	10 szt	40,00	400,00	8%	432,00	Balton / IIa	Introduktor / np. INT12F
<b>RAZEM:</b>				<b>42.600,00</b>		<b>46.008,00</b>		

## OCENA JAKOŚCIOWA:

- zbrojone, atraumatyczne – 10% (~~TAK/NIE~~)\* (należy wykreślić !)
- szczelna zastawka zapewniająca optymalną hemostazę – 15% (~~TAK/NIE~~)\* (należy wykreślić !)
- niski opór wprowadzania cewnika - 15% (~~TAK/NIE~~)\* (należy wykreślić !)
- dot. pkt 2:
  - dostępne średnice 3,4,5,6,7 F (w rozmiarach 5F-7F możliwość produkcji rozmiarów co 0,5F) - wymagane
  - zastawka hemostatyczna i ramię boczne elastyczne zakończone kranikiem – wymagalne

- teleskopowy układ rozszerzający – wymagalne
- miękka część dystalna, sztywna proksymalna – wymagane
- długości 7,11,23 cm – wymagane
- dostępne dwie krzywizny: prosta i J (45 stopni) – wymagane

dot. pkt 3:

- dostępne średnice 5,6,7 F – wymagalne
- długość introduktora 11 cm – wymagalne
- dostępne dwie krzywizny: prosta i J (45 stopni) – wymagane
- zastawka hemostatyczna i ramię boczne elastyczne zakończone kranikiem – wymagane
- teleskopowy układ rozszerzający – wymagane
- miękka część dystalna, sztywna proksymalna – wymagane

## PAKIET NR 3

## ELEKTRODY DO CZASOWEJ STYMULACJI SERCA

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto	Producent/ <u>Kategoria</u> <u>wyrobu</u> <u>medycznego</u>	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Elektrody do czasowej stymulacji serca zagięte.	40 szt.	110,00	4.400,00	8%	4.752,00	Balton / III	Elektroda bipolarna do czasowej stymulacji serca / np. ECSS6FZ

## OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

- Dobrze widoczne w skopii – 20% (~~TAK/NIE~~)\* (należy wykreślić !)
- Łatwo sterowalne – 20% (~~TAK/NIE~~)\* (należy wykreślić !)

## PAKIET NR 10

## CEWNIKI BALONOWE ZE STENTEM KOBALTOWO-CHROMOWYM UWALNIAJĄCY PAKLITAKSEL LUB SIROLIMUS (lub pochodne) Z BIODEGRADOWALNYM POLIMEREM

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto	Producent/ <u>Kategoria</u> <u>wyrobu</u> <u>medycznego</u>	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Cewniki balonowe ze stentem kobaltowo – chromowym uwalniający sirolimus	300 szt.	380,00	114.000,00	8%	123.120,00	Balton / III	Stent kobaltowo-chromowy do naczyń wieńcowych uwalniający sirolimus Alex Plus / ZSTC2.00X0 814CFSP – ZSTC5.0X40 14CFSP

## OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

- biodegradowalny polimer z innowacyjną powłoką zapewniający płynne i kontrolowane dostarczanie leku – 10% (~~TAK/NIE~~)\* (należy wykreślić !)
- zalecany do wszystkich typów zmian naczyniowych– 10% (~~TAK/NIE~~)\* (należy wykreślić !)

- łatwość przechodzenia przez ciasne i kręte zmiany – 10% (**TAK/NIE**)\* (**należy wykreślić !**)
- długości 10,12,15,18,22,25,29,34,40 mm – wymagane,
- średnica stentu 2,0;2,25;2,5;2,75;3,0;3,25;3,5;3,75;4,0;4,5;5,0 – wymagane
- profil przejścia max 0,035” - 10% (**TAK/NIE**)\* (**należy wykreślić !**)

## PAKIET NR 13

**Y – CONNECTOR Z ZASTAWKĄ i Torquer**  
(niezakręcaną oraz z bocznym wężym długości min. 10 cm)

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto	Producent/ <u>Kategoria</u> <u>wyrobu</u> <u>medycznego</u>	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Y – Connector z zastawką ruchomą	1300 szt.	23,00	29.900,00	8%	32.292,00	Balton / IIa	Łącznik z dwoma zastawkami / RYVA
2.	Torquer	100 szt.	7,00	700,00	8%	756,00	Balton / IIa	Torquer / TORQUER
<b>RAZEM:</b>				<b>30.600,00</b>		<b>33.048,00</b>		

## OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

- światło wewnętrzne zastawki min. 8F – gdy większe 20% (~~TAK/NIE~~)\* (należy wykreślić !)
- kontrola stopnia otwarcia i zamknięcia zastawki przez operatora jedną ręką za pomocą przycisku – 20% (~~TAK/NIE~~)\* (należy wykreślić !)
- mechanizm zapadkowy zastawki hemostatycznej bez elementów przykręcanych – wymagane
- torquer przeznaczony do prowadników o średnicy od 0,014 do 0,038 cala – wymagane
- torquer z zakręcanym mechanizmem montażu na prowadniku - wymagane

**PAKIET NR 16  
RAMPY TRÓJDROŻNE**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa towaru</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena jedn. netto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>VAT (%)</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>Producent/ <u>Kategoria</u> <u>wyrobu</u> <u>medycznego</u></b>	<b>Nazwa handlowa / nr katalogowy</b>
<b>1.</b>	Rampy trójdrożne	1300 sztuk	7,00	9.100,00	8%	9.828,00	Balton / IIa	Rampa trójdrożna / RAM3

**OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:**

- rampy trójkranikowe – wymagane
- możliwość płynnego ustawienia zaworów – 10% (**TAK/NIE**)\* (**należy wykreślić !**)
- Wysokociśnieniowe 1000 psi wymagane, gdy większe – 15% (**TAK/NIE**)\* (**należy wykreślić !**)
- Z adaptorem rotacyjnym – 15% (**TAK/NIE**)\* (**należy wykreślić !**)



**PAKIET NR 21**

**PRZEWODY WYSOKOCIŚNIENIOWE MIĘKKIE**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa towaru</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena jedn. netto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>VAT (%)</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>Producent/ <u>Kategoria wyrobu medycznego</u></b>	<b>Nazwa handlowa / nr katalogowy</b>
<b>1.</b>	Przewody wysokociśnieniowe miękkie	1300 szt.	10,00	13.000,00	8%	14.040,00	Balton / IIa	Przedłużacz wysokociśnien iowy miękkie / np. PW120M

**OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:**

- przeźroczyste – 40% (~~TAK/NIE~~)\* (należy wykreślić !)
- długość min 120 cm – wymagane
- ruchoma końcówka typu Luer lock męska – wymagane
- przewód wysokociśnieniowy kompatybilny ze strzykawką automatyczną Illumena, wkłady o poj. 150 ml Mallinckrodt

## PAKIET NR 33

## CEWNIK BALONOWY DO WALWULOPLASTYKI AORTALNEJ

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto	Producent/ <u>Kategoria</u> <u>wyrobu</u> <u>medycznego</u>	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Cewnik balonowy do walwuloplastyki aortalnej	3 sztuki	1.800,00	5.400,00	8%	5.832,00	Balton/ III	Kateter do walwuloplastyki / np. VAL18x45110

## OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

- długość balonu 40-60 cm– 15 % (~~TAK/NIE~~)\* (należy wykreślić !)
- długość cewnika 110 cm - 15 % (~~TAK/NIE~~)\* (należy wykreślić !)
- dostępne średnice balonu 15 18 20 23 25 28 30 35 mm - 10 % (~~TAK/NIE~~)\* (należy wykreślić !)
- kompatybilny z przewodnikiem 0,035” - 0,038” – wymagane
- ciśnienie rozprężania do 6 Atm – wymagane

## PAKIET NR 40

## CEWNIKI BALONOWE NIEPODATNE NC DO DOPRĘŻEŃ

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto	Producent/ <u>Kategoria</u> <u>wyrobu</u> <u>medycznego</u>	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Cewniki balonowe niepodatne NC do doprężeń	100 sztuk	130,00	13.000,00	8%	14.040,00	Balton / III	Kateter do angioplastyk naczyń wieńcowych typu non-compliant RIVER NC / CBN2.00X08140 – CBN5.00X25140

## OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

- ciśnienie nominalne 12 atm – wymagalne
- długości 8,10,12,15,18,20,25 mm - wymagalne
- średnice 2,0;2,25;2,5;2,75;3,0;3,25;3,5;3,75;4,0;4,5;5,0 – wymagane
- RBP 20 ATM lub większe – (~~TAK/NIE~~)\* (należy wykreślić !)

