

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Postępowanie nr WZ.304.2024

**SPECYFIKACJA APARATURY WYKORZYSTYWANEJ W BADANIACH
ŚRODOWISKOWYCH**

1. Rejestrator: umożliwiający rejestrację w czasie rzeczywistym;
karta/y pomiarowa/e pozwalające na podłączenie co najmniej 14 czujników jednocześnie,
instrukcja obsługi, zasilacz sieciowy, świadectwo kontroli producenta - liczba sztuk 1.
2. Czujniki temperatury do badań w komorach klimatycznych o zakresie pracy w temperaturze
od -100°C do +250°C, klasa ochrony IP68, długość przewodów co najmniej 25 m. – liczba
sztuk 8.
3. Czujniki wilgotności o zakresie pracy w temperaturze od -40°C do +90°C, wilgotności
względna od 5% do 98%, dokładność 1,3% RH, długość przewodów co najmniej 25 m. –
liczba sztuk 4.