



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM

NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271



32 281 02 71  
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 31.01.2023 r.

DZP – 5/2023

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu i implantów do zabiegów neurochirurgicznych**

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęło pytanie dotyczące przedmiotowego postępowania, którego treść wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

### **Pytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 5**

Czy zamawiający dopuści implant międzytrzonowy do odcinka lędźwiowego z dojścia bocznego. Materiał syntetyczny (PEEK) bez elementów metalowych niepowodujący powstawania artefaktów w MRI, CT. Implanty posiadające znaczniki radiologiczne. Powierzchnia implantu żąbkowana, zapewniająca dobre zakotwiczenie i zapobiegające migracji. Specjalny kształt implantu ułatwiający jego implantację pomiędzy trzonami kręgow. Implant dostępny w wysokościach 9-17mm ze skokiem co 2 mm. Implant dostępny w wersjach lordotycznych 0°, 8°. Długość implantu od 40 mm do 55 mm. Możliwość wypełnienia implantu wórami kostnymi lub biomateriałem. Instrumentarium dostosowane do wszczepiania implantów z dostępu bocznego. Instrumentarium wyposażone w małoinwazyjny distraktor montowany do ramy stołu z możliwością dodatkowego zakotwiczenia w trzonie kręgu lub w przestrzeni międzytrzonowej.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza materiał syntetyczny (PEEK).

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
dr n. med. Janusz Kuśmierz

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



**Województwo  
Śląskie**