



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI
☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790
✉ zam.publ@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytania i odpowiedzi dot. postępowania pn.

„Dostawa sprzętu dla Radiologii Zabiegowej na potrzeby Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251”

Pytanie 1

dotyczy zapisów SWZ:

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o wyjaśnienie odnośnie punktacji przyznawanej za termin realizacji zamówienia.

W rozdziale XVIII SWZ waga kryterium „termin dostawy zamówień cząstkowych” wynosi 40% oceny. Następnie widnieje zapis „W tym kryterium oferta może uzyskać **maksymalnie 40 pkt**” oraz informacja: „**Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt** i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium Termin dostawy zamówień cząstkowych”. Przedstawiona w rozdziale XVII tabela nie odzwierciedla takiej rozpiętości punktowej i przewiduje maksymalnie 15 punktów.

Odpowiedź: Punktację podstawiamy do podanego wyżej wzoru do obliczeń. Dla przykładu: Wykonawca podaje w załączniku nr 2 termin dostaw cząstkowych- 3 dni. Obliczenie wygląda następująco: 3 dni – 10 pkt, podstawiam do wzoru $10\text{pkt}/15\text{pkt}(\text{minimalny termin dostawy, maksimum punktowe}) \times 100 \times 40\%(waga kryterium)$ ($10/15 \times 100 \times 40\% = 26,66$) Czyli 3 dniowy termin realizacji dostaw waży 26,66 pkt. Tak samo obliczamy punktację do pozostałych terminów.

Pytanie 2

Dotyczy pakietu nr. 3

Czy zamawiający w pakiecie nr 3 dopuści Jednorazowy pistolet do biopsji gruboigłowej z systemem koaxialnym (Półautomat bez opcji automat)

- W zestawie pistolet do biopsji oraz igła-trokar z mandrynem do uzyskania dostępu do wielokrotnej biopsji. Igła pozwala na wprowadzenie pistoletu w systemie koaxialnym

Pytanie - Pakiet 5:

Czy zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. 1. dopuści pistolet wielorazowy do biopsji gruboigłowej automatyczny z jednym przyciskiem zwalniającym na części tylnej urządzenia

- Pistolet posiada dwa przyciski zwalniające na obu końcach

- Pistolet posiada system zabezpieczający przed przypadkowym zwolnieniem igły

- Regulowana długość skoku igły.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3

Dot. formularza ofertowego

W związku z wątpliwościami prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka pisarska dot. terminu realizacji zamówienia: „12 miesięcy od dnia zawarcia umowy”?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza omyłkę pisarską.

Jest:

„12 miesięcy od dnia zawarcia umowy”

Winno być

„24 miesiące od dnia zawarcia umowy”

Pytanie 4

Dot. wzoru umowy

Zgodnie z licznymi obowiązującymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi podejmowania działań w ramach systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych, w tym z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1657 z późn. zm.) na wszystkich podmiotach leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych ciąży obowiązek podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych. W świetle obowiązującego prawa na Zamawiającym spoczywa obowiązek prawidłowej eksploatacji dostarczonego wyrobu, więc w przypadku potrzeby odesłania nabytego wyrobu do Wykonawcy, Zamawiający powinien przekazać informację o sterylności wyrobu. Ponieważ zarówno Zamawiający jak i Wykonawca są zobowiązani dbać o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, to celem formalnego potwierdzenia zapobiegania szerzeniu się zakażeń wnosimy o dodanie do wzoru umowy stanowiącej załącznik do SWZ poniższego zapisu precyzującego sposób postępowania w sprawach reklamacji i/lub zwrotów:

„Każdorazowe przesłanie wyrobu będącego przedmiotem umowy od Zamawiającego do Wykonawcy powinno być uprzednio zgłoszone na adres e-mail wraz załączonym poświadczeniem sterylności. Wyrób należy przesłać na adres korespondencyjny Wykonawcy wraz z tym dokumentem w oryginale i zgłoszeniem oczekiwanej usługi przez Wykonawcę.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie powyższego zapisu.

Pytanie 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 1 cewników do drenażu przezskórnego posiadające 5 dużych otworów bocznych zapewniających wydajny drenaż.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 1 cewników do drenażu przezskórnego w dostępnych rozmiarach: Średnice: 6F; 8F; 10F - Długość 25 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Dotyczy pakietu 3

Czy zamawiający w pakiecie nr 3 dopuści pistolet o średnicy 16G ale dwóch długościach 10 i 16cm - W zestawie pistolet do biopsji oraz igła-trokar z mandrynem do uzyskania dostępu do wielokrotnej biopsji. Igła pozwala na wprowadzenie pistoletu w systemie koaxialnym

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Dotyczy pakietu 5:

Czy zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. 2. Wyrazi zgodę na zmianę ilości zamawianych igieł na 10 lub 20 szt. (Igły pakowane są w pudełkach po 10 szt.).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9

Czy zamawiający w pakiecie nr 3 dopuści pistolet o średnicy 16G ale dwóch długościach 10 i 16cm - W zestawie pistolet do biopsji oraz igła-trokar z mandrynem do uzyskania dostępu do wielokrotnej biopsji. Igła pozwala na wprowadzenie pistoletu w systemie koaxialnym

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

Dotyczy pakietu nr 5:

Czy zamawiający w Pakiecie nr 5 poz 2. Wyrazi zgodę na zmianę ilości zamawianych igieł na 10 lub 20 szt. (Igły pakowane są w pudełkach po 10 szt).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Z poważaniem

Przewodnicząca komisji przetargowej

mgr. Kinga Miśkiewicz