

RCKiK.DOP.SZ-3321/50/20

Lublin dnia 29 października 2020 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego

W związku z zapytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły od Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

1. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu ciśnieniomierz z zakresem pomiaru ciśnienia 30-280 mmHg i puls: 40-200 uderzeń/min?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ciśnieniomierz z zakresem pomiaru ciśnienia 30-280 mmHg i puls: 40-200 uderzeń/min.

2. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu termometr bezdotykowy o wymiarach 150 x 40 x 39 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza termometr bezdotykowy o wymiarach 150 x 40 x 39 mm.

XX

Prosimy o dopuszczenie termometru o poniższych parametrach:

- Termometr bezdotykowy na podczerwień
- Odległość pomiaru: 2-3 cm
- Wymiary: 131,5 x 26 x 17,7 mm
- Niska waga: 39 g
- Czas pomiaru: poniżej 2 sekund
- Automatyczne wyłączenie: po 30 sekundach bezczynności
- Żywość baterii: 5000 pomiarów
- Zasilany baterijnie: bateria litowa CR2032; DC 3 V.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższy model termometru.

Zmiany wchodzą z dniem podpisania. Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Lublinie
mgr Grzegorz Fiedorowicz