



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 14.08.2019 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 20/2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 18

Zadanie 18 : Respirator – 2 kpl.

1. Pkt. 17 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z możliwością wentylacji nieinwazyjnej przez maskę ale tylko w wybranych trybach wentylacji: PCV, CPAP, PSV, PC-SIMV, APRV? Ze względu na fizjologię człowieka oraz funkcjonalność w/w trybów takie tryby są całkowicie wystarczające.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

2. Pkt. 18 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z możliwością ustawiania automatycznych westchnień z regulacją parametrów, natomiast bez możliwości zmian ustawień PEEP? Taki rodzaj ustawienia westchnień jest najbezpieczniejszy dla pacjenta.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

3. Pkt. 21 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator bez wydzielonej, automatycznej funkcji pre i post oxygenacji? Oferowane urządzenie ma manualną możliwość podaży 100% tlenu w czasie 2 minut w dowolnym momencie. Ustawienia manualne są najbezpieczniejsze dla pacjenta.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

4. Pkt. 22 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator bez funkcji automatycznej adaptacji przepływu wdechowego w celu uzyskania jak najniższego ciśnienia wdechowego w trybach wentylacji z kontrolowaną objętością? Na dzień dzisiejszy skuteczność takiego rozwiązania nie do końca jest zbadana i z tego powodu niebezpieczna.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

5. Pkt. 42 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z możliwością ustawienia stałego czasu trwania fazy Plateau zamiast możliwości monitorowania? Oferowany respirator posiada takie pomiary jak czas trwania fazy wydechu, czas trwania wdechu przy oddechach wspomaganych ciśnieniowo oraz stosunek czasu wdechu do czasu trwania cyklu oddechowego, które umożliwiają znacznie lepszą możliwość oceny stanu pacjenta niż czas trwania fazy Plateau.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

6. Pkt. 48- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator bez pomiaru temperatury gazów oddechowych wyświetlanych na ekranie sterującym respiratora? Jest to funkcja unikatowa jednej firmy jednak możliwa do realizacji poprzez urządzenie zewnętrzne typu nawilżacz.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

KOMENDANT

płk mgr inż. Krzysztof Pietraszko

M. J. 91/ 810 59 82