

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLSZTYNIE
SZPITAL IM. DR ROBERTA KOCHA



ul. Wschowska
3, 64-200 Wolsztyn
tel.: 68 347 73 00
fax: 68 384 25 90
e-mail:
sekretariat@spzozwolsztyn.pl
http://www.spzozwolsztyn.pl
NIP: 923-15-06-721, REGON:
970773426

Wolsztyn, dnia: 14.08.2024 r.

Wykonawcy

SPZOZ/DZPiZ/214/2024

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: „36 miesięczna usługa serwisowa okresowych przeglądów technicznych oraz konserwacji aparatury i sprzętu medycznego producenta: firmy Dräger”; znak: TP/15/2024

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2023.1605 t.j. z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

ZESTAW I

Uprzejmie proszę o udzielenie wyjaśnień:

1. W przedmiotowym pakiecie znajduje się aparat JM-103 i JM-105 do badania poziomu bilirubiny u noworodków. Podczas procedury przeglądowej należy wykonać kalibrację miernika by wskazania były na prawidłowym poziomie, co pozwoli na prawidłowe przeprowadzenie dalszej terapii. Czy Zamawiający będzie wymagał przeprowadzenia kalibracji podczas standardowej procedury przeglądowej, która wykonywana jest za pomocą specjalistycznej aparatury kontrolnej i oprogramowania serwisowego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający w powyższym zakresie wymaga przeprowadzenia kalibracji, która wykonywana jest za pomocą specjalistycznej aparatury kontrolnej i oprogramowania serwisowego.

2. W przedmiotowym pakiecie znajdują się respiratory Evita V300 oraz V500, w których podczas procedury przeglądowej należy wykonać sprawdzenie czasów reakcji zaworów, sprawdzenia ciśnień i przepływów między czujnikami, szczelności systemu M1V3, zaworu proporcjonalnego sprężonego powietrza i O2. Sprawdzenie i ewentualna kalibracja możliwa jest do wykonania z poziomu oprogramowania serwisowego. Czy Zamawiający w związku z powyższym by mieć pewność wykonania pełnej procedury przeglądowej będzie wymagał od Wykonawców legalnego oprogramowania serwisowego pozwalającego na przeprowadzenie kalibracji?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający w powyższym zakresie wymaga, aby kalibracja była przeprowadzona legalnym oprogramowaniem serwisowym, zgodnym z przepisami prawa.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i muszą być uwzględnione w treści składanej oferty.

Z wyrazami szacunku

2136404
Z-ca Dyrektora (S. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie
lek. Joanna Harbut

sporządziła: Bernadeta Kurp we współpracy z KP



WRANKING 20
SZPITALI 19

