



Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
ul. Doktora Jerzego Gerarda Koppa 1 E
87-400 Golub-Dobrzyń

NIP: 878-16-89-844

Regon: 871552334

Centrala - tel. 56 683 22 91 do 93

Sekretariat - tel./fax - 56 683 2205

e-mail: sekretariat@szpitalgolub.pl

Znak sprawy: DTZ.382.6.2022

Golub-Dobrzyń, dnia 24.03.2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa łóżek szpitalnych z wyposażeniem, stołów do badań oraz wózków inwalidzkich dla Szpitala Powiatowego Sp. o. o. w Golubiu-Dobrzyniu”. Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00091703/01 z dnia 18 marca 2022 r., stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalgolub>.

ZAWIADOMIENIE

W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień.

Pytanie 1 (dot. Zał. 3, pakiet nr 1, poz. 1, 2, 3)

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (poz. 1, poz. 2, poz. 3) o wysokości 875 mm i szerokości 434 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 (dot. Zał. 3, pakiet nr 1, poz. 1, 2)

Czy Zamawiający dopuści łóżka (poz. 1 i 2) z możliwością montażu wieszaka kroplówki w dwóch narożach?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 (dot. Zał. 3, pakiet nr 2, poz. 1, pkt 4)

Pkt.4. Czy zamawiający dopuści stół do badań o wymiarach blatu w zakresie 2005x651 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 (dot. Zał. 3, pakiet nr 2, poz. 1, pkt 8)

Pkt. 8. Czy Zamawiający dopuści stół do badań z elektryczną regulacją Trendelenburga w zakresie 15 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

„Przebudowa, nadbudowa pawilonu Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami oraz zakup sprzętu medycznego” w ramach konkursu RPKP.06.01.01-IZ.00-04-092/17 dla Osi priorytetowej RPKP.06.00.00 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania RPKP.06.01.00 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałania RPKP.06.01.01 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną w ramach RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020



Pytanie 5 (dot. Zał. 3, pakiet nr 2, poz. 1, pkt 9)

Pkt. 9. Czy Zamawiający dopuści stół do badań z elektryczną regulacją antyTrendelburga w zakresie 15 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 (dot. Zał. 3, pakiet nr 2, poz. 2, pkt 9)

Pkt. 9. Czy Zamawiający dopuści stół do badań z elektryczną regulacją Trendelburga w zakresie 15 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7 (dot. Zał. 3, pakiet nr 2, poz. 2, pkt 10)

Pkt. 10. Czy Zamawiający dopuści stół do badań z elektryczną regulacją antyTrendelburga w zakresie 15 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Prezes Zarządu
Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

Michał Kamiński
/podpis na oryginale/

Wykonano w 1 egz., umieszczono na stronie internetowej

„Przebudowa, nadbudowa pawilonu Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami oraz zakup sprzętu medycznego” w ramach konkursu RPKP.06.01.01-IZ.00-04-092/17 dla Osi priorytetowej RPKP.06.00.00 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania RPKP.06.01.00 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałania RPKP.06.01.01 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną w ramach RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020