

Dreźnie, dnia 3 kwietnia 2024 roku

**Zarząd  
Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  
w Dreźnie**

**P1**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę gazów do zastosowań medycznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Dreźnie, nr sprawy: PCZSzp/ZP/ZO/130/6/2024**

### WYJAŚNIENIA

**Pytanie 1**

**pakiet nr 3**

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę zapisów w załączniku „3 dodatek nr 2 06 2024” (dodatek nr 2 do Zapytania ofertowego/Załącznik nr 1 do oferty na dostawę gazów do zastosowań medycznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Dreźnie, nr sprawy PCZSzp/ZP/ZO/130/6/2024 ) w części „pakiet 3 – dostawy wg harmonogramu Wykonawcy; w przypadku awarii dostawy w trybie "cito" do 24 godzin od złożenia zamówienia”, a dokładnie modyfikację całej tabeli poprzez dodanie osobnych pozycji dla poszczególnych pojemności butli, tj. zmiana z:

przedmiot zamówienia: tlen medyczny sprężony w butlach, zawartość tlenu nie mniejsza niż 99,5%

szacowane zapotrzebowanie: 400m<sup>3</sup>

**zmiana na:**

- przedmiot zamówienia: tlen medyczny sprężony w butlach 2 litrowych, zawartość tlenu nie mniejsza niż 99,5%, ciśnienie napełniania do 200 barów - szacowane zapotrzebowanie: ilość sztuk 55 sztuk

- *przedmiot zamówienia*: tlen medyczny sprężony w butlach 10 litrowych, zawartość tlenu nie mniejsza niż 99,5%, ciśnienie napełniania do 200 barów - *szacowane zapotrzebowanie*: ilość sztuk 40 sztuk

- przedmiot zamówienia: tlen medyczny sprężony w butlach 40/50 litrowych, zawartość tlenu nie mniejsza niż 99,5%, ciśnienie napełniania do 200 barów - szacowane zapotrzebowanie: ilość m<sup>3</sup>.....

Zmiana w tabeli musi wskazywać na ilość sztuk butli 2 litrowych i 10 litrowych i ich jednostkową wycenę, aby można było skorelować to z jednostką dzierżawy tj. „butlodni” w odniesieniu do każdej wymaganej pojemności butli. Ponadto podanie jednostki m<sup>3</sup> we wszystkich pojemnościach butli jest niemożliwe do prawidłowego skalkulowania.

**Odp. do pytania 1**

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

W dodatku nr 2 wprowadza się zmianę w zakresie opisu butli dla pakietu 3 – w załączeniu zmieniony dodatek.

**Pytanie 2**

**pakiet nr 1**

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę zapisów załącznika „3 dodatek nr 2 06 2024” (dodatek nr 2 do Zapytania ofertowego / Załącznik nr 1 do oferty na dostawę gazów do zastosowań medycznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Dreźnie, nr sprawy PCZSzp/ZP/ZO/130/6/2024 ) w części „pakiet 1 – termin dostaw wynikający z monitorowania stanu zbiornika”, a dokładnie dodanie pozycji jak niżej:

„*Przedmiot zamówienia*: Dzierżawa zbiornika na ciekły tlen medyczny o pojemności ....

*j.m.* : miesiąc

*szacowane zapotrzebowanie*: 12”.

Jest to bardzo istotna część z punktu widzenia faktu, że Zamawiający nie dysponuje własnym zbiornikiem na ciekły tlen, a zatem polegać musi na urzędzeniu Wykonawcy, to jest jego dzierżawie, która musi być odpowiednio uwzględniona w zapotrzebowaniu, umowie i wycenie.

**Odp. do pytania 2**

Zamawiający wyjaśnia, że na okres niniejszego zamówienia dysponuje (dzierżawi) zbiornik kriogeniczny od firmy Messer Polska.

**Pytanie 3**

**projekt umowy §3**

Prosimy o dokonanie zmiany w §3 pkt. 2 który brzmi : „Termin sukcesywnych dostaw wynikający z monitorowania stanu zbiornika przez Wykonawcę w godzinach wskazanych w §2 ust. 1 lub ustalanych na bieżąco przez Strony” na „Termin sukcesywnych dostaw wynikający z monitorowania stanu zbiornika przez Wykonawcę możliwy 24h/7 dni w tygodniu”.

Ze względu na logistykę zestawów transportujących tlen medyczny nie możliwe jest sztywne ustalenie godzin dostaw a rozładunek Tlenu Ciekłego nie wymaga obecności pracownika szpitala. Jedynie wymagane jest podpisanie Dowodu Dostawy przez osobę wskazaną, a szpital jest czynny i dostępny całodobowo.

Całodobową ciągłość dostaw tlenu do poszczególnych komórek organizacyjnych Zamawiającego wymagana przez zamawiającego w pkt 1 §3 PROJEKTOWANEGO POSTANOWIENIA UMOWY PCZSzp/ZP/ZO/130/6/2024

wymusza wręcz całodobową możliwość tankownia Tlenem Ciekłym Medyczny dzierżawionego przez szpital zbiornika.

Zmiana tych zapisów leży w interesie Zamawiającego, aby całość była spójna oraz zgodna ze stanem faktycznym.

**Odp. do pytania 3**

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

**Pytanie 4**

**Podpisanie umowy**

Czy Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, podpisaną przez osobę/osoby upoważnione kwalifikowany podpisem elektronicznym, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę/osoby umocowane (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

**Odp. do pytania 4**

Zamawiający nie stawia ograniczeń w zakresie reprezentacji Wykonawcy w procesie zawarcia umowy.

**Pytanie nr 5**

**Projekt umowy § 7 pkt. 2**

Wnosimy do Zamawiającego o zmianę zapisów odnośnie kar umownych w następującym zakresie (proponowane zapisy):

W przypadku, gdyby u Zamawiającego wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę powstała szkoda przewyższająca karę umowną Zamawiający niezależnie od przysługującej mu kary umownej z tytułów przewidzianych w umowie może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w pełnej wysokości na zasadach ogólnych prawa cywilnego, **jednak maksymalnie do wysokości całkowitego wynagrodzenia brutto należnego z umowy.**

**Odp. do pytania**

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

**Pytanie 6**

**pakiet 6**

Czy mieszanina gazów N<sub>2</sub>O 50% + O<sub>2</sub> 50% (przeznaczona do leczenia krótkotrwałego bólu o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu, kiedy pożądanym jest szybki początek i ustąpienie działania przeciwbólowego) ma być dostarczana w lekkich butlach aluminiowych 10l o pojemności 2,8 m<sup>3</sup> gazu z zaworem zintegrowanym wyposażonym w przepływomierz umożliwiający ustawienie przepływu co najmniej w 12 różnych zakresach przepływu wyrażonych w l/min (w tym wartość początkowa - 0 l/min)?

**Odp. do pytania 6**

Zamawiający nie wprowadza dodatkowych wymagań w zakresie pakietu 6.

W dodatku nr 2 wprowadza się zmianę w zakresie opisu dla pakietu 6 – w załączeniu zmieniony dodatek.

**Pytanie 7**

**pakiet 6**

Czy w celu zwiększenia komfortu pracy personelu medycznego oraz bezpieczeństwa prowadzonej terapii mieszaniną 50% tlen medyczny/ 50% podtlenek azotu medyczny wszystkie jednorazowe elementy niezbędne do podawania tejże mieszaniny (ustnik, zawór wydechowy z filtrem lub inny równoważny sprzęt jednorazowy, ewentualnie dopuszczony przez Zamawiającego) mają być zapakowane wspólnie w jednym najmniejszym dostępnym opakowaniu jednostkowym – 1 pojedynczy komplet? i pochodzić od producenta, który jest jednocześnie wytwórcą zaworu dozującego do podawania opisanej powyżej mieszaniny?

**Odp. do pytania 7**

Zamawiający nie wprowadza dodatkowych wymagań w zakresie pakietu 6.

Wyjaśnienia zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania dnia 03.04.2024 r.