



Znak: AE/ZP-27-15/23

Tarnów, 2023-03-14

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 215.000 EURO) na dostawy sprzętu laboratoryjnego.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy pkt. 22.1 SWZ – Projektowane postanowienia umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł netto”?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 13 i 14.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie automatycznych nakłuwaczy do osobnego pakietu?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 18.** Czy Zamawiający dopuści próbówki Eppendorf z dnem soczewkowym, spełniające pozostałe wymagania?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 22.** Czy Zamawiający dopuści kamery Pentasquare z siatką do ilościowej analizy elementów komórkowych w osadzie moczu, z PMMA - 10 miejscowe (na 10 badań) o pojemnościach : 0,5 ul na całej siatce, 0,1 ul wewnątrz każdego z 5 kwadratów o boku 1 mm, 0,0111 ul wewnątrz każdego z 45 małych kwadratów o boku 0,333 mm?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści próbówki do moczu o pojemności 10 ml, spełniające pozostałe wymagania?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1 i 2.** Czy w celu zapewnienia odpowiedniego przeznaczenia poszczególnych elementów Zamawiający wymaga aby produkty z pozycji 1, 2 pochodziły od jednego producenta?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1.** Prosimy zamawiającego o dopuszczenie produktu o parametrach: żyłki mikrotomowe przeznaczone do skrawania wstążeczkowego bardzo twardego materiału tkankowego - długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°; materiał wykonania – stal nierdzewna - krawędzie tnąca dodatkowo hartowana, ostrze żyłki platerowane platyną z dodatkową powłoką żywiczną, wyposażone w dwa otwory mocujące o wymiarach 8 x 2 mm zlokalizowane w odległości 24 mm od końców żyłki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyłki dla szerokości (licząc do środka otworu), dodatkowo w celu zapewnienia o autentyczności produktu, nazwa producenta naniesiona na każdym ostrzu. Dozownik zawierający 50 ostrzy.
8. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1.** Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie: czy wymaga się, aby ostrze przeznaczone do cięcia tkanek zmrożonych nie posiadały żadnych powłok?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający wymaga szkiełek nakrywkowych wykonanych ze szkła borosilikatowego D 263 M.
10. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie żyłek mikrotomowych do cięcia bardzo twardych tkanek zatopionych w parafinie; długość - 80 mm, grubość 0.25 mm, wysokość - 8 mm, kąt ostrza 34°; wykonane z stali nierdzewnej pokrytych teflonem wykazujące niski stopień kompresji skrawków podczas krojenia; noże z dwoma otworami mocującymi o wymiarach 7 x 2 mm zlokalizowanymi w odległości 20 mm od końców żyłki (licząc od środka otworu). Żyłki pozwalające przy jednorazowej próbie (jednorazowym wyciągnięciu nowego ostrza z opakowania, schłodzeniu, i jednorazowym skrojeniu materiału tkankowego zatopionego w parafinie) na uzyskanie na całej powierzchni skrawka materiał bez widocznych uszczerbków, szram, zarysowań, skaz.
11. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1-4.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kasetek histopatologicznych z przykrywką, z 120 otworami w podstawie i przykrywce o wymiarach 2x2mm.
12. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 3.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kasetek w kolorze różowym lub zielonym zamiast pomarańczowego.





13. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 5.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kasetek biopsyjnych białych z przykrywką połączoną na zawiasie z wewnętrzną komorą o wymiarach 20 x 17mm na materiał; wielkość otworków siateczki w komorze 0,35x0,35mm, poza komorą osobne otwory zewnętrzne do lepszej penetracji odczynników.
14. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 6.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kasetek biopsyjnych różowych z przykrywką połączoną na zawiasie z wewnętrzną komorą o wymiarach 20 x 17mm na materiał; wielkość otworków siateczki w komorze 0,35x0,35mm, poza komorą osobne otwory zewnętrzne do lepszej penetracji odczynników
15. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 7.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kasetek biopsyjnych białych z 168 otworami w podstawie i 164 otwory w przykrywce, otwory o wymiarach 1x1mm.
16. **Dotyczy pkt. 22 SWZ – Projektowane postanowienia umowy.** Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu/wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień?
17. **Dotyczy pkt. 22.13 SWZ – Projektowane postanowienia umowy.** Prosimy o modyfikację zapisów pkt. 22.13 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.
18. **Dotyczy pkt. 22 SWZ.13 – Projektowane postanowienia umowy.** Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy wpkt.22.13, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści: Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości netto umowy.
19. **Dotyczy pkt. 22 SWZ – Projektowane postanowienia umowy.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 300 zł. netto”?
20. **Dotyczy pkt. 22.14 SWZ – Projektowane postanowienia umowy.** Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rewizji swojego stanowiska w zakresie kar umownych i stosownego ograniczenia ich wysokości, zakresu stosowania itp., tak by wprowadzić zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą i pozbawienia kar umownych charakteru rażąco wygórowanych dokonując złagodzenia ich rangi do 10%?
21. **Dotyczy pkt. 22 SWZ – Projektowane postanowienia umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna suma kar umownych nie przekroczyła poziomu 20% wartości netto umowy?
22. **Dotyczy pkt. 22 SWZ – Projektowane postanowienia umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli wyłączającej odpowiedzialność Stron na wypadek wystąpienia tzw. siły wyższej? Wykonawca proponuje następującą treść ww. klauzuli: „Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: kataklizmy lub analogiczne zdarzenia wywołane przez siły naturalne, wojnę, strajki, ataki terrorystyczne, zdarzenia medyczne i epidemiologiczne, inne zdarzenia losowe, działania producentów, gwałtowną dekonjunkturę, inne nieprzewidziane zdarzenia polityczne, w tym akty władzy państwowej, akty organów unijnych, a także okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, które wpływają w jakikolwiek sposób na należyte wykonanie umowy.”
23. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie żyłek mikrotomowych do cięcia bardzo twardych tkanek zatopionych w parafinie o poniższych parametrach: długość – 80 mm, grubość – 0,25 mm, wysokość – 8 mm, kąt ostrza – 35°, materiał wykonania – stal nierdzewna, nóż wyposażony w dwa otwory mocujące o wymiarach 8x2 mm zlokalizowane w odległości 20 mm od końców żyłki licząc od środka otworu. Żyłki





pozwalające przy jednorazowej próbki na uzyskanie całej powierzchni skrawka, bez widocznych uszczerbków, szram, zarysowań czy też skaz.

24. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 2.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie żyłek mikrotomowych przeznaczonych do cięcia tkanek zamrożonych w kriostacie wykonanych ze stali nierdzewnej.

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad 1, 16-22** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie zmian w zapisach **pkt 22 SWZ** Projektowane postanowienia umowy. W sprawach nie uregulowanych w Umowie zastosowanie będą miały przepisy Prawa zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

**Ad 2** Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 2 poz. 13-14** do osobnego pakietu.

**Ad 3** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie 2 poz. 18** probówek Eppendorf z dnem soczewkowym, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

**Ad 4** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie 2 poz. 22** opisanych w pytaniu kamer do osadu moczu.

**Ad 5** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie 11 poz. 2** probówek do moczu o pojemności 10 ml, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

**Ad 6** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby asortyment zaoferowany w **Pakiecie Nr 9 poz. 1 i 2** pochodził od jednego producenta.

**Ad 7** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz. 1** żyłek mikrotomowych opisanych w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ..

**Ad 8** Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 9 poz. 1** Zamawiający określił w SWZ

**Ad 9** Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie N 1 poz. 1** szkiełek nakrywkowych spełniających wymagania SWZ, w tym mają być odpowiednie do nakrywarki firmy Termo Model CTM 6, nie sklejać się w opakowaniu.

**Ad 10** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz. 1** żyłek mikrotomowych opisanych w pytaniu.

**Ad 11** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 5 poz. 1-4.**

**Ad 12** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 5 poz. 3.**

**Ad 13** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 5 poz. 5.**

**Ad 14** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 5 poz. 6.**

**Ad 15** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 5 poz. 7.**

**Ad 23** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie nr 9 poz. 1** żyłek do mikrotomu opisanych w pytaniu.

**Ad 24** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie nr 9 poz. 2** żyłek do mikrotomu opisanych w pytaniu.

Otrzymują:  
Platforma Zamawiającego  
a/a

Zastępca Dyrektora

*mgr Danuta Nosek*

