



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 18.03.2024 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 10/2024

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na dostawę materiałów medycznych oraz sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby OIOM i bloków operacyjnych na okres 4 miesięcy dla 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 9

- 1) **Zadanie 5, poz.1:** Czy Zamawiający dopuści zestaw wykonany z włókniny 2-warstwowej PP+PE o gramaturze 60g/m², chłonność 600%, wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne 69,7N, poprzeczne 45,6N, wytrzymałość na wypychanie na sucho 109kPa na mokro 99,4kPa, odporność na przenikanie cieczy 196cm H₂O?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ze względu na niską wartość wypychania na sucho i mokro oraz niską odporność na przeciekanie cieczy.
- 2) **Zadanie 5, poz.1:** Czy Zamawiający dopuści serwetę 90cm x 75cm z przylepcem na dłuższym boku?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
- 3) **Zadanie 5, poz.1:** Czy Zamawiający dopuści kleszczyki niebieskie plastikowe z tolerancją rozmiaru +/- 1 cm?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.
- 4) **Zadanie 5, poz.2:** Czy Zamawiający dopuści serwetę z przylepcem 150cm x 180cm?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ze względu na mały rozmiar serwety.
- 5) **Zadanie 5, poz.2:** Czy Zamawiający dopuści serwetę 90cm x 75cm z przylepcem na dłuższym boku?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
- 6) **Zadanie 5, poz.2:** Czy Zamawiający dopuści serwetkę do rąk w rozmiarze 30cm x 30cm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
- 7) **Zadanie 5, poz.3:** Czy Zamawiający dopuści zestaw wykonany z włókniny 2-warstwowej PP+PE o gramaturze 60g/m², chłonność 600%, wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne 69,7N, poprzeczne 45,6N, wytrzymałość na wypychanie na sucho 109kPa na mokro 99,4kPa, odporność na przenikanie cieczy 196cm H₂O?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ze względu na niską wartość wypychania na sucho i mokro oraz niską odporność na przeciekanie cieczy.
- 8) **Zadanie 5, poz.4:** Czy Zamawiający dopuści zestaw wykonany z włókniny 2-warstwowej PP+PE o gramaturze 60g/m², chłonność 600%, wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne 69,7N,



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

poprzeczne 45,6N, wytrzymałość na wypychanie na sucho 109kPa na mokro 99,4kPa, odporność na przenikanie cieczy 196cm H₂O?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza ze względu na niską wartość wypychania na sucho i mokro oraz niską odporność na przeciekanie cieczy.

9) Zadanie 6, poz.5: Czy Zamawiający dopuści igły Touchy 18gx90mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

10) Zadanie 6, poz.5: Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu blister-pack?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

11) Zadanie 6, poz.6: Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego z igłą Touchy 18Gx90mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

12) Zadanie 6, poz.7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 6 pozycje 7 i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

KOMENDANT

płk mgr Krzysztof Jurkowski

IB 91/ 810 59 82