



**SZPITAL ŚW. ŁUKASZA**  
w Bolesławcu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu  
ul. Jeleniogórska 4  
59-700 Bolesławiec

Forma prawna:  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej

NIP: 6121542507  
KRS: 0000024307  
REGON: 000310338

Nr w rej. ZOZ:  
000000001137

T.: 75 738 00 00  
E.: sekretariat@szpitalboleslawiec.pl

Bolesławiec, dnia 13 grudnia 2022 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**  
**e-mail: platforma zakupowa**

**Dotyczy: zapytań do treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1933) na „Dostawę kardiomonitorów modułowych z modulem transportowym oraz stacji centralnego monitorowania dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu”. Znak sprawy 46/PN/2022.**

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Działając zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 r., poz. 1933), Zamawiający przekazuje poniżej treść wniesionych pytań oraz odpowiedzi w tym zakresie.

**1) Dotyczy poz. 25 OPZ**

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitorzy z wbudowanymi portami wymienionymi w SWZ ale bez portu RS-232 (istnieje natomiast możliwość dokupienia takiego portu w przypadku potrzeby już po zakupie)?.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** kardiomonitorzy z wbudowanymi portami wymienionymi w SWZ ale bez portu RS-232.

**2) Dotyczy poz. 54 OPZ**

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitorzy z zakresem pomiarowym tętna od min. 30 do 240 ud./min.?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** kardiomonitorzy z zakresem pomiarowym tętna od min. 30 do 240 ud./min.

**3) Dotyczy poz. 66 OPZ**

Czy Zamawiający zaakceptuje pomiar PPV zamiast pomiaru SPV?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **akceptuje** pomiar PPV zamiast pomiaru SPV.