



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM

NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271



32 281 02 71
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 25.04.2024 r.

DZP – 9/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa wyrobów medycznych dla Pracowni Bronchoskopii i Endoskopii

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1 – dot. Pakiet nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie igieł o długości 230 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 – dot. Pakiet nr 4, poz. 4

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 32 mm, długość oczka 62 mm, długość robocza 240 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 – dot. Pakiet nr 4, poz. 6

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie kleszczy o długości 3,5 mm, rozwarcie 5,0 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 – dot. Pakiet nr 4, poz. 7

Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie kleszczy o długości 4,0 mm, śr. 2,4 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 – dot. Pakiet nr 4, poz. 8

Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie klipsownicy o średnicy narzędzia 2,6 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 – dot. Pakiet nr 4, poz. 9

Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści zaoferowanie klipsownicy ładowanej, dostarczanej z trzema klipsami do dołączenia do klipsownicy, średnica klipsownicy 2,72 mm, rozwarcie ramion klipsa 11 mm, stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni lub 135 stopni (do wyboru), klipsownica obrotowa, bez mechanizmu wielokrotnego przymknięcia?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Pytanie nr 7 – dot. Pakiet nr 4, poz. 10

Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści zaoferowanie kleszczy o średnicy 2,4 mm, rozwarcie 7,0 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 – dot. Pakiet nr 4, poz. 11

Czy Zamawiający w pozycji 11 dopuści zaoferowanie balonów napełnianych do średnicy 8,5-12-15 mm lub 12-15-18 mm , rozmiary do wyboru, w komplecie 3 strzykawki o oznaczonej średnicy napełnienia balonu?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 – dot. Pakiet nr 4, poz. 12

Czy Zamawiający w pozycji 12 dopuści zaoferowanie szczotki o długości 250 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10 – dot. Pakiet nr 4, poz. 13

Czy Zamawiający w pozycji 13 dopuści zaoferowanie szczotki o długości 250 mm, średnice główek 5 mm i 12 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 11 – dot. Pakiet nr 4, poz. 14

Czy Zamawiający w pozycji 14 dopuści zaoferowanie ustników o wymiarach 21 mm x 26 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12 – dot. Pakiet nr 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów z sześcioma gumkami, przedostatnia w kolorze zielonym sygnalizująca pozostanie 1 opaski.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13 – dot. Pakiet nr 7, poz. 4

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie stentów z poszerzonym końcem proksymalnym działającym jako pierścień antymigracyjny, długość stentu w zakresie 80-150 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14 – dot. Pakiet nr 5

Czy zamawiający dopuści - Nasadka w rozmiarze 9,4-13mm reszta opisu zgodna z SIWZ

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Zatwierdził

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
dr n. med. Janusz Kuśmierz