

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą krzeseł ewakuacyjnych dla Gminy- Miasto Płock.

Termin realizacji 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

Zakres zamówienia:

Krzeseło powinno zapewnić możliwość sprawnej i bezpiecznej ewakuacji osób między innymi z niepełnosprawnością ruchową w przypadku konieczności natychmiastowego opuszczenia budynku.

Zamówienie obejmuje: sprzedaż, dostarczenie i wniesienie we wskazane przez Zamawiającego miejsce.

Liczba krzeseł: 2 sztuki

Jeden (operator) bezpiecznie i łatwo będzie mógł ewakuować osobę o ograniczonej zdolności poruszania się, po schodach w dół oraz dwóch operatorów przeniesie osobę schodami w górę a także przez przeszkody.

Opis i specyfikacja techniczna krzeseł ewakuacyjnych:

- ↗ montowane na ścianie;
- ↗ fabrycznie nowe krzesło
- ↗ wymiary krzesła rozłożonego: od ok. 1080x1050mm do ok. 1630x525mm
- ↗ konstrukcja aluminiowa;
- ↗ Waga: ok.15 – 33 kg;
- ↗ maksymalne obciążenie: 210 kg;
- ↗ łatwe w obsłudze, zamontowane koła przeznaczone do użytku wewnętrznego i zewnętrznego oraz funkcja przenoszenia;
- ↗ silnik posiadający tzw. „sprzęgło” co umożliwi korzystanie z krzesła po wyjęciu/rozładowaniu baterii
- ↗ w komplecie instrukcja obsługi w języku polskim oraz haki/uchwyty montażowe

- ↗ Krzesło musi posiadać certyfikat techniczny dopuszczający do użytkowania dla wyrobów medycznych - np ISO, TÜV NORD, lub inny przyjęty w UE.

Krzesło ewakuacyjne powinno być wyposażone w:

- ↗ uchwyty do przenoszenia po schodach i przez przeszkody a także do transportu;
- ↗ regulowane pasy zabezpieczające osobę przewożoną;
- ↗ regulowane oparcie z zabezpieczeniem na głowę;
- ↗ stabilne, wygodne siedzisko;
- ↗ solidny, wygodny uchwyt;
- ↗ blokowane tylne koła;
- ↗ podnózek z hamulcem schodowym;
- ↗ hamulec zabezpieczający;
- ↗ kontrolowane tarcie pasy o wysokiej wytrzymałości;
- ↗ znak fluorescencyjny „Krzesło ewakuacyjne” do oznaczenia miejsca przechowywania krzesła
- ↗ pokrowiec ochronny

Pozostałe wymagania:

W ramach dostawy Wykonawca przeprowadzi instruktaż obsługi krzesła dla 4 przedstawicieli Zamawiającego.

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy.

Ponadto Wykonawca musi skalkulować w ramach oferty obowiązkowe przeglądy i serwisowanie zgodnie z wymogami utrzymania gwarancji i raport/certyfikat wystawiony po przeglądzie przez serwisanta.