



WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU



DYREKTOR tel. 56 679 35 00

NIP: 956-19-49-580, REGON: 000316068, BDO: 000014564

ul. Św. Józefa 53-59, 87-107 Toruń 9

NACZELNY LEKARZ tel. 56 679 35 01

skrytka pocztowa 7, www.wszcz.torun.p

Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH tel. 56 654 33 77

tel. 56 679 31 00, fax 56 654 40 54, 56 659 61 28

Toruń, dnia ~~10.10.~~ 10.10.-2023 r.

W.Sz.Z: TZ-280-103/23

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na **dostawę bronchoskopów jednorazowego użytku wraz z monitorem**

W związku z otrzymanymi zapytaniem do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej Pzp, udziela poniższych odpowiedzi.

Pytanie 1:

Pakiet 1 poz.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

Bronchoskop jednorazowy dla jednego pacjenta Broncoflex Agile, sterylny:

- Pole widzenia 87,5°
- Rozmiar: Agile
- Zakres regulacji: do góry 220°, do dołu 220°
- Kanał roboczy o średnicy 1,4 mm, wejście do kanału roboczego umieszczone poniżej rękojeści bronchoskopu
- Max. średnica zewnętrzna części roboczej 3,9mm
- Możliwość odsysania i wprowadzenia narzędzi poprzez kanał roboczy
- Port kanału roboczego wykonany z PU (poliuretan)
- W komplecie zatyczka portu narzędziowego z silikonu pełniąca rolę przewodnika
- Końcówka dystalna wykonana HPP (polimer wysokiej wydajności) mieści kamerę, źródło światła oraz wyjście kanału roboczego w kształcie elipsy
- W celu szybkiej i łatwej identyfikacji w trakcie procedury bronchoskopy oznaczone kolorystycznie: kolor szary
- Rękojeść endoskopu wykonana z ABS (kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy), koloru czarnego
- Matowa powierzchnia rękojeści
- Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowany pojedynczo, opakowanie PET i PET i Tyvek
- Bronchoskopy kompatybilne z monitorem Screeni, który Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu w ramach bezpłatnego użyczenia

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2:

Pakiet 1 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

Bronchoskop jednorazowy dla jednego pacjenta Broncoflex Vortex, sterylny:

- Pole widzenia 87,5°
- Rozmiar: Vortex
- Zakres regulacji: do góry 200°, do dołu 200°
- Kanał roboczy o średnicy 1,8 mm, wejście do kanału roboczego umieszczone poniżej rękojeści bronchoskopu

- Max. średnica zewnętrzna części roboczej 5,6mm
- Możliwość odsysania i wprowadzenia narzędzi poprzez kanał roboczy
- Port kanału roboczego wykonany z PU (poliuretan)
- W komplecie zatyczka portu narzędziowego z silikonu pełniąca rolę przewodnika
- Końcówka dystalna wykonana HPP (polimer wysokiej wydajności) mieści kamerę, źródło światła oraz wyjście kanału roboczego w kształcie elipsy
- W celu szybkiej i łatwej identyfikacji w trakcie procedury bronchoskopy oznaczone kolorystycznie: kolor szary
- Rękojeść endoskopu wykonana z ABS (kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy), koloru czarnego
- Matowa powierzchnia rękojeści
- Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowany pojedynczo, opakowanie PET i PET i Tyvek
- Bronchoskopy kompatybilne z monitorem Screeni, który Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu w ramach bezpłatnego użyczenia

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3:

Pakiet 1 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie monitora do bronchofiberoskopów jednopacjentowych Broncoflex Vortex i Agile z jednostką dokumentacji, ekran LCD 10-11 cali, kolorowy, dotykowy, rozdzielczość wyświetlacza HD, zasilanie sieciowe lub z wewnętrznego akumulatora, czas pracy na akumulatorze 3 godz, możliwość zapisywania filmów i zdjęć, wbudowana pamięć minimum 16GB, złącze USB umożliwiające transfer plików do przenośnej pamięci, uruchomienie systemu i gotowość do pracy po max. 15 sekundach od włączenia, uchwyt umożliwiający zamocowanie monitora na statywie - stojaku (np. do kroplówek), dwa uchwyty do podwieszenia opakowań fiberoskopów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4:

Pakiet 1 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy ujście kanału roboczego ma posiadać dużą powierzchnię odsysania min. 9 mm² (dla średnicy wżernika 5,6mm) i miało kształt elipsy, co bezpośrednio przekłada się na wyższą wydajność i siłę ssania, a zatem ułatwia wykonanie odsysania wydzieliny z drzewa oskrzelowego i procedury BAL?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wskazane rozwiązanie.

Pytanie 5:

Pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje bronchofiberoskopu j.u. z portem narzędziowym służącym do odsysania, podawania płynów, wprowadzania narzędzi endoskopowych umieszczonym poniżej uchwytu, co zwiększa jego dostępność oraz aby ten port zabezpieczony był zatyczką na uwięzi?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wskazany bronchofiberoskop.

Pytanie 6:

Pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje aby w ramach zamówienia dostarczyć kompatybilny z bronchoskopami uchwyt do BAL ułatwiający zamontowanie probówek do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego o różnej pojemności?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dostarczenie wskazanego uchwyty.

Zmiany wynikające z powyższych odpowiedzi należy uwzględnić w składanych ofertach.

Z poważaniem

W trybie art 52 ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych
z up. Dyrektora Wojewódzkiego
Szpitala Zespołowego w Toruniu

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia

Anna Wutrych-Krajewska