



Poznań, 23 września 2024 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ
WETERYNARII

Dominika Kmet

Nasz znak: AD-O.272.16.2024

Dot. sprawy nr: -

pismo z dnia: -

WYJAŚNIENIE treści SWZ

Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii działając zgodnie z treścią art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu laboratoryjnego.

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, pakiet I, załącznik nr 2 do SWZ

Pytanie nr 1: „Czy Zamawiający dopuści aby urządzenie było wywzorcowane w trzech punktach tj. 10% objętości, 50% objętości oraz 100% objętości. Wzorcowanie standardowe wykonywane przez akredytowane laboratorium PCA jest wykonywane w 3 wyżej wymienionych punktach.”

Odpowiedź nr 1: Zamawiający wszystkie istotne, minimalne parametry wskazał w załączniku nr 2 do SWZ tj. w opisie przedmiotu zamówienia do niniejszego postępowania, gdzie opisano wymagania dotyczące wzorcowania urządzenia.

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, pakiet II, załącznik nr 3 do SWZ

Pytanie nr 2: „Czy Zamawiający dopuści aby urządzenie było wywzorcowane w trzech punktach tj. 10% objętości, 50% objętości oraz 100% objętości. Wzorcowanie standardowe wykonywane przez akredytowane laboratorium PCA jest wykonywane w 3 wyżej wymienionych punktach.”



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań
tel.: (61) 868-93-47, fax: (61) 868-45-31, e-mail: sekretariat@wiw.poznan.pl, www.wiw.poznan.pl

Odpowiedź nr 2: Zamawiający wszystkie istotne, minimalne parametry wskazał w załączniku nr 3 do SWZ tj. w opisie przedmiotu zamówienia do niniejszego postępowania, gdzie opisano wymagania dotyczące wzorcowania urządzenia.

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, pakiet III, załącznik nr 4 do SWZ

Pytanie nr 3: „Czy Zamawiający dopuści aby urządzenie było wywzorcowane w trzech punktach tj. 10% objętości, 50% objętości oraz 100% objętości. Wzorcowanie standardowe wykonywane przez akredytowane laboratorium PCA jest wykonywane w 3 wyżej wymienionych punktach.”

Odpowiedź nr 3: Zamawiający wszystkie istotne, minimalne parametry wskazał w załączniku nr 4 do SWZ tj. w opisie przedmiotu zamówienia do niniejszego postępowania, gdzie opisano wymagania dotyczące wzorcowania urządzenia.

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, pakiet IV, załącznik nr 5 do SWZ

Pytanie nr 4: „Czy Zamawiający dopuści aby urządzenie było wywzorcowane w trzech punktach tj. 10% objętości, 50% objętości oraz 100% objętości. Wzorcowanie standardowe wykonywane przez akredytowane laboratorium PCA jest wykonywane w 3 wyżej wymienionych punktach.”

Odpowiedź nr 4: Zamawiający wszystkie istotne, minimalne parametry wskazał w załączniku nr 5 do SWZ tj. w opisie przedmiotu zamówienia do niniejszego postępowania, gdzie opisano wymagania dotyczące wzorcowania urządzenia.

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII

lek. wet. Hanna A. Kuczi



Sporządziła: D. Bartoszevska



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań
tel.: (61) 868-93-47, fax: (61) 868-45-31, e-mail: sekretariat@wiw.poznan.pl, www.wiw.poznan.pl

