



Znak sprawy: SZPZLO/Z-11/2022

Warszawa 22.03.2022r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Modyfikacja treści SWZ.

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy pn. „Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem dwóch aparatów ultrasonograficznych.”

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2022-03-14 pod nr 2022/BZP 00084515

Działając w oparciu o art. 137 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania poprzez dodanie w zakresie wymogów technicznych obu kupowanych aparatów ultrasonograficznych.

Dostawca może dostarczyć własną stację roboczą do obsługi sprzętu, jednak musi spełnić poniższe wymagania (przy zachowaniu parametrów nie gorszych niż wymienione poniżej):

- w przypadku systemu operacyjnego z rodziny Microsoft Windows najnowsza dostępna wersja, jest to Windows 10 lub 11 w wersji PRO
- komputer musi zostać przyłączony do domeny Active Directory Zamawiającego
- komputer będzie miał zainstalowane oprogramowanie antywirusowe ESET, dla systemu Windows jak i Linux (licencję zapewni Zamawiający).
- Wykonawca musi podać konkretne uprawnienia konieczne do działania oprogramowania w domenie Active Directory. Niedopuszczalne jest wymaganie konta administratora do poprawnego działania oprogramowania.



Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer



- Wykonawca musi podać konkretne ustawienia programu ESET konieczne do poprawnego działania oprogramowania, niedopuszczalne jest wymaganie wyłączenia oprogramowania antywirusowego lub jego kluczowej części (np zapory sieciowej).
- dostęp zdalny do stacji roboczej lub urządzenia będzie dostępny na żądanie, za każdorazową zgodą Zamawiającego.
- dostęp zdalny realizowany będzie za pomocą protokołu VNC lub RDP po zestawieniu tunelu VPN.
- dostęp do VPN będzie spersonalizowany dla konkretnego pracownika wykonawcy, wykonawca zobowiązany jest do podania listy pracowników uprawnionych do serwisowania urządzenia.
- dostęp do tunelu VPN realizowany będzie za pomocą oprogramowania FortiClient firmy Fortinet.

Dopuszczalne jest połączenie zdalne za pomocą programu AnyDesk używanego obecnie przez Zamawiającego jednak Zamawiający nie gwarantuje takiego rozwiązania przez cały czas trwania umowy.

Zamawiający wymaga połączenie z systemem archiwum diagnostyki obrazowej Zamawiającego.

Niedopuszczalne jest przekierowywanie portów lub instalacja na urządzeniu oprogramowania pozwalającego na nienadzorowany dostęp zdalny.

Zamawiający posiada system obsługi diagnostyki obrazowej RIS/PACS firmy MEDINET Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

Wykonawca musi zapewnić połączenie oraz komunikację dwustronną pomiędzy dostarczonym urządzeniem a systemem diagnostyki obrazowej.

Dostarczony sprzęt musi posiadać co najmniej:

- zgodność oprogramowania obsługującego aparat ze standardem DICOM 3.0,
- obsługa protokołów: DICOM Store, DICOM QUERY/RETRIVE, DICOM WORKLISTS,
- możliwość przekazywania informacji do systemu MediCom RIS o personelu wykonującym badanie w tagach DICOM.

Urządzenie musi mieć możliwość otrzymywania worklisty z systemu zewnętrznego. Urządzenie musi mieć możliwość automatycznego jak i „na żądanie” wysyłania zdjęć do systemu RIS/PACS po ich wykonaniu.

Jeżeli rozwiązanie posiada lokalną bazę danych (pacjentów, wykonanych badań), rozwiązanie musi posiadać opcję zabezpieczenia danych przed nieautoryzowanym dostępem, co najmniej w zakresie nadania loginu i hasła dla każdego z użytkowników.

Dostawca zapewnia:

- dostawę niezbędnych licencji oprogramowania MediCom (dostawca MEDINET Systemy Informatyczne Sp. z o.o.),





Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer



- integracja oferowanego urządzenia z systemem MediCom RIS/PACS, w tym zapewnienie szkoleń dla personelu pracowni SZPZLO Warszawa- Wawer
- wszelkie koszty związane z dostawą licencji, pracami integracyjnymi i szkoleniem pokrywa Dostawca.

Po wykonaniu integracji wykonawca zgłasza gotowość odbioru do zamawiającego. Zamawiający w przeciągu 3 dni roboczych zobowiązany jest do podpisania protokołu odbioru lub wskazania problemów technicznych. W przypadku usunięcia zgłoszonych problemów, zamawiający każdorazowo zastrzega sobie 3 dni robocze na sprawdzenie poprawności działania integracji.

Szkolenia administratorów Zamawiającego będą się odbywać w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00 – termin szkolenia musi być uzgodniony nie później niż na 7 dni przed szkoleniem.

Szkolenia lekarzy ustalane będą indywidualnie.

Powyższa modyfikacja Specyfikacji Warunków Zamówienia winna być uwzględniona i wyceniona przez Wykonawców w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.

W związku z dokonaną przez Zamawiającego powyższą modyfikacją **Zamawiający dokonuje zmiany terminów składania i otwarcia ofert. Nowy termin tych czynności ustalony zostaje na dzień 29 marca 2022 roku.** Godziny składania i otwarcia pozostają bez zmian tj. odpowiednio 10:00 i 10:30.

Kierownik Zamawiającego



Adres siedziby: 04-564 Warszawa ul.Strusia 4/8
Telefon: (22) 590 09 24 ; *Telefon/fax:* (22) 590 09 23
www.zoz-wawer.waw.pl e-mail: sekretariat@zoz-wawer.waw.pl
NIP: 952-17-54-367 ; REGON: 013076183 ; nr KRS 0000089156

