



SZPITAL ŚW. ŁUKASZA
w Bolesławcu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 6121542507
KRS: 0000024307
REGON: 000310338

T.: 75 738 00 00
E.: sekretariat@szpitalboleslawiec.pl

Forma prawna:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

Nr w rej. ZOZ:
000000001137

Bolesławiec, 14 października 2022 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania
e-mail: platforma zakupowa

Dotyczy: zapytań do treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) na „Sukcesywne dostawy artykułów jednorazowego użytku (medycznych i niemiedycznych) oraz drobnego sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu”. Znak sprawy 40/PN/2022.

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści specyfikacji warunków zamówienia. Działając zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść wniesionych pytań oraz odpowiedzi w tym zakresie.

1) Dotyczy Zadania nr 34, poz. 1

Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w pozycji nr 1 również staplera o parametrach: „Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowanym przegubem w ramieniu, który stanowi integralną część rękojeści. Przegub umożliwiający obustronne zgięcie (artykulację) ramienia. Konstrukcja rękojeści umożliwiająca jednoręczną obsługę zgięcia ramienia. Rękojeść przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o długości 45 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 34 cm. Opakowanie zawiera 3 szt.”? Uzasadnienie: Pozwoli to na wykonanie procedur z trudniejszym dojściem w polu operacyjnym oraz zwiększy możliwość wykonywania zabiegów w prężnie rozwijającym się szpitalu. Zamawiający będzie decydował o wyborze staplera.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie staplera o parametrach opisanych powyżej.

2) Dotyczy Zadania nr 34, poz. 2

Czy jeśli Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe pytanie nr 1 to czy zezwoli również dodatkowo na zaoferowanie w Pakiecie 34 poz. 2 ładunków kompatybilnych ze staplerem dopuszczonym w pozycji nr 1? Opis proponowanego ładunku: „Jednorazowy ładunek liniowy w kolorze niebieskim do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 45 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki standardowej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 3,6 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ładunek posiada chwytłą powierzchnię, z wysuniętymi łozami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. (12szt./op.)” Zamawiający będzie decydował o wyborze ładunku kompatybilnego ze staplerem z pozycji nr 1.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie w Pakiecie 34 poz. 2 ładunków kompatybilnych ze staplerem dopuszczonym w pozycji nr 1.

3) Dotyczy Zadania nr 34, poz. 3

Czy jeśli Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe pytanie nr 1 to czy zezwoli również dodatkowo na zaoferowanie w Pakiecie 34 poz. 3 ładunków kompatybilnych ze staplerem dopuszczonym w pozycji nr 1? Opis proponowanego ładunku: "Jednorazowy ładunek liniowy w kolorze złotym do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 45 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki średniogrubiej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 3,8 mm, po zamknięciu 1,8 mm. Ładunek posiada chwytłą powierzchnię, z wysuniętymi łozami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. (12szt./op.)" Zamawiający będzie decydował o wyborze ładunku kompatybilnego ze staplerem z pozycji nr 1.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie w Pakiecie 34 poz. 3 ładunków kompatybilnych ze staplerem dopuszczonym w pozycji nr 1.

Odpowiedzi udzieliła: Natalia KUNERT- St. Referent ds. Administracji i Zaopatrzenia