



DZP.281.78B.2024

Katowice dn. 17.09.2024 r.

SZANOWNI WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym (z możliwością negocjacji) p.n.: **Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji**

DYREKTOR

mgr Renata
Wachowicz

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37

sekretariat@uck.katowice.pl

Informujemy, że w trakcie w/w postępowania do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1: Dotyczy Części nr 4, pozycja 1:

Sposób wykonania substancji wskaźnika nie ma wpływu na ocenę właściwości cyklu sterylizacji. Czy – wobec powyższego - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testu Bowie Dick o innym sposobie wykazania zmiany tj. poprzez jednoznaczny zmianę barwy wskaźnika z niebieskiej na czarną?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 2: Dotyczy Części nr 8, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści dokument z przeprowadzonego badania parametrów punktu końcowego w 3 temperaturach dla przykładowej serii oferowanego testu. Jednocześnie prosimy o odstąpienie od wymogu przeprowadzania takich badań dla każdej serii i umieszczania ich na opakowaniu. Badania każdej serii przeprowadzane są w przypadku testów biologicznych zawierających żywe mikroorganizmy gdzie poszczególne serie mogą nieznacznie się różnić, natomiast w przypadku testów chemicznych każda seria kalibrowana jest w ten sam sposób na konkretne parametry.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 3: Dotyczy Części nr 8, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści testy w których tył wskaźnika jest jednokolorowy – srebrny?

Odpowiedź:

Zamawiający niniejszym wykreśla z opisu przedmiotu zamówienia wymóg dotyczący kolorów tyłu wskaźnika w związku z czym wskazany w zapytaniu tył wskaźnika jest dopuszczony.

W związku z powyższym zmiana ulega treść formularza asortymentowo cenowego (załącznik nr 4 do SWZ) w zakresie części 8 zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika.

Pytanie nr 4:

Dotyczy wzoru umowy § 5, ust.1, punkt d):

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie przewidzianej kary do 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 5: dotyczy Części 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści włókninę celulozową w arkuszach do sterylizacji o gram. 60g/m². Kolor niebieski, Zgodną z normą EN 868-2 i ISO 11607-1. Antyrefleksyjna, antystatyczna i nieszeleszcząca. Nie wykazuje działania cytotoksycznego. Bariera mikrobiologiczna zgodnie z DIN 58953-6. Grubość 220µm. Zawartość chlorków max. 0,03% i siarczanów max. 0,12%. Wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 200 kPa; wytrzymałość na rozciąganie na sucho: wzdłuż 2,3kN/m, poprzek 1,0kN/m; na mokro: wzdłuż 2,0kN/m, poprzek 0,8kN/m. Wewnętrzne opakowanie foliowe chroniące przed wilgocią. Termin ważności 5 lat?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6: dotyczy Części 3

(umowa § 2 ust. 4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę przedmiotu umowy o terminie przydatności wynoszącym 9 miesięcy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w zakresie części 3 okres przydatności do użycia wynoszący 9 miesięcy w związku z czym zmianie ulega treść załącznika nr 4 do SWZ (wzór umowy) w zakresie części 3 zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika (w zakresie części 3).

Pytanie nr 7: dotyczy Części 3

(umowa § 4, ust.2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację brzmienia § 4 ust. 2 do jednego z niżej proponowanych postanowień?

„Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia uzasadnionej reklamacji uzupełni braki ilościowe, wymieni wadliwy przedmiot zamówienia na wolny od wad lub na zgodny ze złożoną ofertą i/lub umową.”,

lub

„Zamawiający posiada prawo do złożenia reklamacji w terminie 3 dni roboczych od momentu stwierdzenia braków ilościowych, wadliwości lub niezgodności przedmiotu zamówienia ze złożoną ofertą i/lub umową albo braku oznakowania dostarczonego przedmiotu zamówienia w sposób określony w § 2 ust. 3 niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrzenia złożonej reklamacji w terminie 3 dni roboczych od dnia jej otrzymania. W przypadku jej uznania Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia jej uznania uzupełni braki ilościowe, wymieni wadliwy przedmiot zamówienia na wolny od wad lub na zgodny ze złożoną ofertą i/lub umową.”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 8: dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego – załącznik nr 4 (część 6)

Prosimy o dopuszczenie wskaźników biologicznych szybkiego odczytu o parametrach lepszych od opisanych w SWZ - z ostatecznym wynikiem do 20 minut. Testy walidowane w zakresie temperatur 121-134°C o populacji spor 10⁶. Posiadające etykietę z numerem referencyjnym, nr lot, datą ważności oraz testem chemicznym typu 1. Wskaźnik procesu z kontrastowym odczytem, zmieniający kolor z różowego na brązowy. Aktywacja czynnika w fiolce poprzez przekręcenie nakrętki i wstrząśnięcie fiolką - nie wymaga użycia dodatkowego przyrządu.

Wraz z pierwszą dostawą wskaźników wykonawca dostarczy kompatybilny inkubator. Urządzenie pozwalające na inkubację wskaźników biologicznych oraz posiadające detektor fluorescencyjny zapewniające odczyt wyniku do 20 minut. Każde miejsce na fiolkę posiada wskaźnik LED informujący użytkownika o statusie inkubacji. Urządzenie wyposażone w ekran LCD z menu w j. polskim. Alarmy tekstowe oraz dźwiękowe. Inkubator posiada zamykane klapy zabezpieczające miejsca do umieszczenia fiolek przed zabrudzeniem oraz zalaniem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 9: dotyczy paragraf nr 5 ust. 2

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie łącznego limitu kar do poziomu 20% wynagrodzenia. Ze względu na aktualną linię orzeczniczą sądów powszechnych, limit kar umownych, którego wysokość w stosunku do wartości umowy oscyluje w granicach kilkudziesięciu procent, jest uznawany za nadmierny w rozumieniu art. 484 § 2 k.c. (np. wyrok SO w Rzeszowie z dnia 25.09.2019 r.; sygn. akt: VI Ga 173/13, w którym za niewspółmierną uznano karę umowną w wysokości 43% wynagrodzenia).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

UWAGA

**Zamawiający niniejszym przesuwą termin składania ofert:
z 19.09.2024 r. godz. 10⁰⁰ na 23.09.2024 r. godz. 10⁰⁰**

oraz przesuwam termin otwarcia ofert
z 19.09.2024 r. godz. 10³⁰ na 23.09.2024 r. godz. 10³⁰

jednocześnie zmianie ulega termin związania ofertą
z 18.10.2024 r. na 22.10.2024 r.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Agata Chojuj
Kierownik Działu Zamówień Publicznych