



DZP/PN/82/2024

Zawiercie, 17.10.2024 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy przetargu pn.: „Dostawa materiałów i sprzętu jednorazowego”.

Zamawiający informuje o zmianie odpowiedzi na pytanie nr 10 z dnia 11.10.2024 r.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający w **Pakiecie 13 poz. 1** dopuści:

Spektrum działania: B,F w czasie do 15 sekund, V w czasie do 1 minuty?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Wymaga to odnotowania przez Wykonawcę (załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy) w postaci * i przypisu.

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Monika Standerska

Z-CA KIEROWNIKA
Działu Zamówień Publicznych

Elżbieta Właderna-Bedrijczuk

Maroszel