



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno
sekretariat: tel. 52 315 25 15, fax 52 315 25 33
e-mail: sekretariat@mpcz.pl
<https://spzoz-mogilno.pl/>

Nr sprawy 12Espzoz2023

Mogilno, dnia 17.05.2023r.

**Wykonawcy,
którzy złożyli pytania**

WYJAŚNIENIA

ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: nr 12Espzoz2023 – Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów endoskopowych

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Dotyczy zadanie 2 pozycja 1 i 2

Pytanie 1

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje 300 szt. karnistów po 5L?

Ad. Do zadania poz. 1 – 5l; do zadania poz. 2 – 1 l.

Dotyczy zadanie 2 pozycja 1

Pytanie 2

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje preparatu w karnistrze 5L + aktywator?

Ad. TAK, Zamawiający oczekuje preparatu w karnistrze 5L + aktywator.

Pakiet 2, poz. 1 i 2

Pytanie 3

W związku z brakiem wskazania wielkości opakowań prosimy o wskazanie ilości wymaganego produktu w litrach koncentratu oraz o możliwość podania ceny netto za 1 litr koncentratu, co umożliwi złożenie porównywalnych ofert w postępowaniu.

Ad. Do zadania poz. 1 – 5l; do zadania poz. 2 – 1 l.

Pakiet 2, poz. 1 i 2

Pytanie 4

Z uwagi na małą wartość cen jednostkowych, gdy ilość podano w litrach, prosimy o wyrażenie zgody na podanie cen z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Umożliwi to porównanie ofert. Ceny za opakowanie, wartość netto i wartość brutto pakietu zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (sygn. akt UZP/ZO/0- 2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupu jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.
Ad. TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 2, poz. 1,2,3

Pytanie 5

W przypadku wyrażenia zgody na różne wielkości opakowań, prosimy o określenie, w jaki sposób należy podać ilość opakowań po przeliczeniu, czy wpisać ilość ułamkową, czy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań, czy zgodnie z zasadami matematyki do 0,5 w dół, powyżej 0,5 w górę?

Ad. Do pełnych opakowań.

Do zadania nr 2 poz. 1, 2, 3

Pytanie 6

Czy zamawiający w celu zapewnienia kompatybilności oczekuje zaoferowania preparatów pochodzących od tego samego producenta?

Ad. TAK, Zamawiający oczekuje zaoferowania preparatów pochodzących od tego samego producenta.

Do zadania nr 2 poz. 2:

Pytanie 7

Uprzejmie proszę o wskazanie pojemności.

Ad. 1 litr i 5 litrów.

Do zadania nr 2 poz. 2:

Pytanie 8

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie, czy zamawiający oczekuje zaoferowania produktu posiadającego badania skuteczności zarodnikobójczej wg aktualnie obowiązującej normy dla obszaru medycznego EN 17126?

Ad. TAK, Zamawiający oczekuje zaoferowania produktu posiadającego badania skuteczności zarodnikobójczej wg aktualnie obowiązującej normy dla obszaru medycznego EN 17126.

Do zadania nr 2 poz. 3:

Pytanie 9

Uprzejmie proszę o możliwość zaoferowania pasków testowych w op. a'14 sztuk z przeliczeniem ilości op.

Ad. TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 10

Prosimy o wydzielenie z Zadania/części nr 1 poz. 8 do oddzielnego zadania. Wydzielenie pozycji z pakietu pozwoli na zwiększenie konkurencyjności, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie Wykonawców oraz pozwoli Państwu na pozyskanie bardziej korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11

Prosimy Zamawiającego o przedstawienie planowanego harmonogramu dostaw dot. zadania/ części nr 1 poz. 8. Informacja dot. harmonogramu dostaw pozwoli Wykonawcy na prawidłowe skalkulowanie kosztów.

Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że jednorazowe zamówienie na wkłady (zadania/ części nr 1 poz. 8) będzie opiewało na minimum 50 szt.? Oryginalne, zbiorcze opakowanie wkładów zawiera 50 szt. Dostarczanie jednorazowo 50 szt. w jednym opakowaniu zbiorczym, ułatwi Zamawiającemu przechowywanie wkładów.

Ad. Zamawiający potwierdza, minimum 50szt.

Pytanie 13

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego jakiego systemu ssącego używa w zadaniu/ części nr 1 poz. 8?

Ad. SSAK MEVACS M-30 ; SSAK MEVACS M-38.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjno
Technicznych

Jarosław Głowacki

/podpis na oryginale/

Otrzymują:

1. wszyscy uczestnicy
2. a/a