

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

w Poznaniu

im. prof. Ludwika Bierkowskiego



Dział Zamówień Publicznych

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań

tel. 61-846-47-70,

www.szpitalmswia.poznan.pl

zamowienia@szpitalmswia.poznan.pl

Poznań, dnia 02.10.2019 roku

ZP/p/2374-31-...8/13/19

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora”.
Nr postępowania: ZP/p/31/19

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Nr 1

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Poznaniu, im. prof. Ludwika Bierkowskiego, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Zestaw zapytań nr 1

Pytanie 1

Dotyczy Części Nr 1 - Załącznik Nr 3 do SIWZ.

Prosimy o wyjaśnienie jaka jest planowana ilość kalibracji : 1200/rok czy 4000/rok. W Załączniku Nr 3 podane są obie te wartości, co jest wzajemnie sprzeczne.

Odpowiedź Zamawiającego

W załączniku nr 3 do SIWZ zamawiający modyfikuje zapis:

Było	Jest
Odczynniki- 25000oznaczeń/rok Kalibratory- 1200 oznaczeń/ rok Liczba kalibracji- 4000/rok	Odczynniki- 25000oznaczeń/rok Kontrole 1200- oznaczeń/rok Liczba kalibracji- 400/rok

mf

Pytanie 2

Dotyczy Części Nr 1 - Załącznik Nr 3 do SIWZ.

Czy podana ilość oznaczeń (75000 w ciągu 3 lat) obejmuje również oznaczenia kontroli ?

Odpowiedź Zamawiającego

Podane ilości oznaczeń 75000/3lata nie obejmują oznaczeń kontroli.

Pytanie 3

Dotyczy Części Nr 1 - Załącznik Nr 3 do SIWZ.

Czy Zamawiający wymaga uwzględnienia w ofercie dodatkowej ilości odczynników i materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do wykonania planowanej liczby oznaczeń kontrolnych? Jeśli tak, to prosimy o podanie planowanej ilości oznaczeń kontroli.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wymaga uwzględnienia dodatkowych ilości odczynników i materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do wykonania 1200 oznaczeń/rok.

Pytanie 4


Dotyczy Części Nr 1 - Załącznik Nr 3 do SIWZ.

Czy Zamawiający wymaga uwzględnienia w ofercie również materiału kontrolnego do kontrolnych oznaczeń glukozy ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wymaga uwzględnienia w ofercie materiału kontrolnego.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.


DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
w Poznaniu im. prof. Ludwika Blerkowskiego
dr n. med. Witold Pstrąg-Bieleński

Wyk. w 1 egz.

1/ strona internetowa

2/ a/a

Druk: A. Szyłko


SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
mgr inż. Aleksandra Szyłko

06800 | dr n. med. Anna Blacha
DIAGNOSTA LABORATORYJNY
specjalista laboratoryjnej
diagnostyki medycznej

