



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 19.06.2020 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 19/2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 3

Pytanie 1, Pakiet 93 poz.3

Czy zamawiający dopuści serwetę przylepną trójwarstwową o wymiarze 150x240 cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2, Pakiet 93 poz.4

Czy zamawiający dopuści serwetę przylepną trójwarstwową o wymiarze 75x90 cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3, Pakiet 93 poz.5

Czy zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepną jednokomorową o rozmiarze 40x35 cm pakowaną osobno oraz zestaw do protezy biodra z włókniny trójwarstwowej laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej w następującym składzie:

1. serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 300x175 cm, wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna) i wyposażona w organizatory przewodów, rozmiar 300x175 cm, 1 szt.
2. serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x260 cm z wycięciem "U" o wymiarach 7x102 cm, wzmocniona (dodatkowa warstwa chłonna) w strefie krytycznej, rozmiar 200x260 cm, 1 szt.
3. serweta chirurgiczna, rozmiar 75x90 cm, 1 szt.
4. serweta na stolik, rozmiar 150x190 cm, 1 szt.
5. osłona na kończynę, rozmiar 32x120cm, 1 szt.
6. taśmy samoprzylepne, rozmiar 9x49 cm, 1 szt.
7. ręczniki chłonne, rozmiar 18x25 cm, 4 szt.
8. wzmocniona osłona na stolik Mayo, rozmiar 79x145 cm, 1 szt.
9. wzmocniona serweta na stolik - (owinięcie zestawu), rozmiar 150x190 cm, 1 szt.

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4, Pakiet 93 poz.6

Czy zamawiający dopuści sterylny zestaw do tarczycy wykonany na całej powierzchni z włókniny dwuwarstwowej laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej w następującym składzie:

1. serweta chirurgiczna górna o wymiarach 260x150 cm z samoprzylepnym wycięciem U (20x65 cm), rozmiar 260x150 cm, 1 szt.
2. serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 175x230 cm z samoprzylepnym wycięciem U (20x20 cm), rozmiar 175x230 cm, 1 szt.
3. taśmy samoprzylepne, rozmiar 9x49, 1 szt.
4. ręczniki chłonne, rozmiar 18x25 cm, 4 szt.
5. osłona na stolik MAYO, rozmiar 79x145 cm, 1 szt.
6. serweta na stolik - (owinięcie zestawu), rozmiar 150x190 cm, 1 szt.


Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5, Pakiet 113 poz.1

Czy zamawiający dopuści Igła Veresa jednorazowego użytku długość 120 mm z dźwiękową, wizualną i wyczuwalną informacją zwrotną. Ostrze bezpieczne chowające się. Zawór włącz/wyłącz insuflację?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Pytanie 6, Pakiet 118 poz.1

Czy zamawiający dopuści taśmę samoprzylepną jałową pakowaną a' 1, rozmiar 9x49cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7, Pakiet 118 poz.2

Czy zamawiający dopuści sterylną kieszeń samoprzylepną, jednokomorową na narzędzia w rozmiarze 35 x 40 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza po spełnieniu reszty wymagań SIWZ.

Pytanie 8, Pakiet 118 poz.4

Czy zamawiający dopuści serwetę trójwarstwową?

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9, Pakiet 118 poz.5

Czy zamawiający dopuści serwetę trójwarstwową?

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.


Pytanie 10, Pakiet 118 poz.5

Czy zamawiający dopuści serwetkę chłonną w rozmiarze 37,5x45 cm?

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

KOMENDANT


płk mgr inż. Krzysztof Pietraszko

M.J. 91/810 59 82