



**Regionalne
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Krakowie**

Kraków, 04.12.2019r

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania ZP-15/19

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dzierżawę separatorów komórkowych wraz z zestawami i zakup zestawów do pobierania krwi i jej składników,
nr sprawy: ZP-15/19

Pytanie:

1. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia dla Części III

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w dzierżawie urządzeń używanych, starszych niż 2018 rok. Separatory komórkowe mają być przedmiotem dzierżawy, a nie sprzedaży w związku z tym serwis i naprawa urządzeń obciąża jedynie wykonawcę. Oferowane urządzenia są w pełni sprawne, znajdują się pod stałą opieką serwisową i posiadają ważny przegląd?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się

Pytanie:

2. Dotyczy pkt. A.1a) opisu przedmiotu zamówienia dla Części III

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania urządzenia, które nie posiada opinii IHIT, natomiast od wielu lat jest używane w rutynowej pracy w wielu centrach krwiodawstwa na terenie Polski..

Zgodnie z uzyskaną od Instytutu Hematologii i Transfuzjologii informacją badaniom podlega aparatura, która nie była stosowana jeszcze w rutynowej pracy centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, natomiast sprzęt stosowany od lat w polskiej służbie krwi powinien być brany pod uwagę w procedurze przetargowej i nie wymaga dodatkowo opinii IHIT, nieniejszy dokument możemy przedłożyć wraz z ofertą

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się

Pytanie:

3. Dotyczy pkt. B.5 opisu przedmiotu zamówienia dla Części III

Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę zapisu pkt. B.5 na następujące brzmienie:

Minimalny termin przydatności do użycia: 12 miesięcy.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wyraża zgodę

Pytanie:

4. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia dla Części II

Dotyczy pkt. 1 dla części II opisu przedmiotu zamówienia, Załącznik do pkt. D, ppkt. 1 SIWZ oraz §1 ust. 1 e) umowy dla części II

1. Czy Zamawiający uzna za ważną wcześniej wydaną opinię konstrukcyjną wystawioną Zamawiającemu dla takiego samego typu co do masy i wymiarów, marki i modelu urządzenia co urządzenie oferowane?

2. Prosimy o potwierdzenie, iż powyższy wymóg odnosi się do urządzenia oferowanego w Części II.

Odpowiedź:

Ad1, Ad2 – Tak

Pytanie:

5. Dotyczy §1 ust. 4

Prosimy o potwierdzenie, iż w §1 ust. 4 wzoru umowy dla Części II i III zostanie wpisany termin zaoferowany w ofercie wykonawcy, zgodnie z podanym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej to jest:

2.2.) -20% (2 punkty) - termin realizacji dostaw. Do 5 dni od złożenia zamówienia 2 pkt, do 8 dni 1 pkt, do 10 dni – 0 pkt. Dni świąteczne inne niż niedziela lub sobota nie będą liczone.

Odpowiedź:

Tak, potwierdza się

Jolanta Zatorska