

### **Pytania i odpowiedzi**

Dotyczy: *Dostawy odczynników i materiałów zużywalnych na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251, sprawa nr ZP/39/2023 – pakiet nr 1 i 13*

#### **Pytanie 1 - dotyczy: SWZ Rozdział IX Termin wykonania zamówienia Część nr 1-32 - pakiet nr 1 i 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w części nr 1 oraz 13 umowa była realizowana w okresie 12 miesięcy, a nie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy jak opisał to Zamawiający.

Nasze zapytanie podyktowana jest faktem, że 24 miesięczny okres realizacji zamówienia jest dość długim okresem, wymagającym utrzymania na stałym poziomie cen na zaoferowany przedmiot zamówienia.

Wykonawca nie jest w stanie, w tak długim okresie, przewidzieć zmienności kursów walut oraz utrzymać cen.

Jednocześnie deklarujemy możliwość renegotjowania umowy po 12 miesięcznym czasie jej obowiązywania - w przypadku niepełnego wykorzystania.

**Odpowiedź** : Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie 2 - dotyczy: SWZ Rozdział VIII Przedmiotowe środki dowodowe – składane z ofertą pkt. 1 - pakiet nr 1 i 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby karta katalogowa/ dokument informacyjny potwierdzający opis parametrów technicznych oferowanego produktu/odczynnika (umożliwiająca/y weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SWZ) wygenerowany elektronicznie z oficjalnego portalu/strony producenta był w języku angielskim?

**Odpowiedź** : Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie 3 - dotyczy: Wzór - Umowa nr ZP/ /2023 & 7 pkt 1 ppkt. c) - pakiet nr 1 i 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar za niedostarczenie towaru będącego przedmiotem umowy w terminie o którym mowa w § 3 ust.6 do wysokości 0,2 % wartości netto zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki?

**Odpowiedź** : Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie 4 - dotyczy: Wzór - Umowa nr ZP/ /2023 & 7 pkt 1 ppkt. d) - pakiet nr 1 i 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar za zwłokę w wymianie towaru na wolny od wad lub uzupełnienie braku do wysokości 0,2% wartości netto nie wymienionego towaru lub braku uzupełnienia, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na wymianę o którym mowa w § 4. pkt. 3?

**Odpowiedź** : Zamawiający nie wyraża zgody. **Pytanie 5 - dotyczy: Wzór - Umowa nr ZP/ /2023 & 7 pkt. 6 - pakiet nr 1 i 13**

#### **Pytanie 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w pkt 5 jak poniżej :

„W przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę zamówienia w terminie o którym mowa w § 3 ust. 6 umowy gdy opóźnienie przekroczy 10 dni, lub niemożności wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający może dokonać zakupu tych produktów od podmiotów trzecich i odmówić spóźnionej dostawy (zakup interwencyjny). W takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu u innego dostawcy, a ceną wynikającą z umowy.”

**Odpowiedź** : Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie 6 –dotyczy: Załącznik nr 1 -pakiet nr 13, punkty 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie kompatybilnego z oferowanym zestawem odczynników, oprogramowania umożliwiającego przeprowadzenie analizy danych uzyskanych w procesie sekwencjonowania bibliotek NGS, obejmujących sekwencje kodujące genów BRCA1 i BRCA 2 pod kątem obecności mutacji typu SNV, indel oraz CNV –oprogramowania dostarczanego w postaci pakietów dla 24 prób, każdy w ilości pakietów zapewniających analizę do 384 prób w okresie do 24 miesięcy trwania umowy? Producent oferowanego rozwiązania dostarcza wspomniane w/w oprogramowanie w pakietach 24-próbkowych

#### **Odpowiedź** :

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie kompatybilnego z oferowanym zestawem odczynników, oprogramowania umożliwiającego przeprowadzenie analizy danych uzyskanych w procesie sekwencjonowania bibliotek NGS, obejmujących sekwencje kodujące genów BRCA1 i BRCA 2 pod kątem obecności mutacji typu SNV, indel oraz CNV –oprogramowania dostarczanego w postaci pakietów dla 24 prób, każdy w ilości pakietów zapewniających analizę do 384 prób w okresie do 24 miesięcy trwania umowy

**Pytanie 7**

Dotyczy pakietu 21 punktu 3 czy zamawiający dopuści opakowania po 25 reakcji ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza opakowań po 25 reakcji

**Pytanie 8**

Dotyczy pakietu 21 punktu 9 czy zamawiający dopuści opakowania po 25 reakcji ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza opakowań po 25 reakcji

**Pytanie 9**

Dotyczy pakietu 21 punktu 10 czy zamawiający dopuści opakowania po 25 reakcji ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza opakowania po 25 reakcji

**Pytanie 10**

Dotyczy pakietu 21 punktu 11 czy zamawiający dopuści opakowania po 25 reakcji ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza opakowania po 25 reakcji

**Pytanie 11**

Dotyczy pakietu 21 punktu 12 czy zamawiający dopuści opakowania po 60 reakcji ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza opakowania po 60 reakcji

**Pytanie 12**

Dotyczy pakietu 21 punktu 15 czy zamawiający dopuści opakowania po 110 reakcji ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza opakowania po 110 reakcji

**Pytanie 13**

Dotyczy pakietu 21 punktu 15 czy zamawiający dopuści zestaw PCR bez medium transportowego i zestawu do izolacji w jednym opakowaniu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zestaw PCR bez medium transportowego i zestawu do izolacji w jednym opakowaniu

**Pytanie 14**

Dotyczy pakietu 21 punktu 16 czy zamawiający dopuści opakowania po 25 reakcji ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza opakowania po 25 reakcji

**Pytanie 15**

Dotyczy pakietu 21 punktu 17 czy zamawiający dopuści opakowania po 25 reakcji ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza opakowań po 25 reakcji

**Pytanie 16**

Dotyczy pakietu 21 punktu 18 czy zamawiający dopuści opakowania po 25 reakcji ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza opakowania po 25 reakcji

**Pytanie 17**

Dotyczy pakietu 21 punktu 23 czy zamawiający dopuści opakowania po 25 reakcji ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza opakowania po 25 reakcji

**Pytanie 18**

Dotyczy pakietu 21 punktu 24 czy zamawiający dopuści opakowania po 25 reakcji ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza opakowania po 25 reakcji

**Pytanie 19**

Dotyczy pakietu 21 punktu 25 czy zamawiający dopuści opakowania po 25 reakcji ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza opakowania po 25 reakcji

**Pytanie 20**

Dotyczy pakietu 21 punktu 26 czy zamawiający dopuści opakowania po 50 izolacji ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza opakowania po 25 reakcji