

Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce, Dział Zamówień Publicznych  
tel.: 41/36-74-072 fax.: 41/36-74-481

IZP.2411.171.2024.JG

Kielce, dn. 30.07.2024 r.

**WSZYSCY WYKONAWCY  
WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SWZ**

**Dot. IZP.2411.171.2024.JG: Zakup wraz z dostawą materiałów zużywalnych do stacji pipetujących oraz pipety automatyczne wraz z końcówkami dla Zakładu Diagnostyki Molekularnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SWZ wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

**Pytanie nr 1**

Czy w pozycji 3 Zamawiający wymaga probówek o poj. 5ml niskowiążących DNA(tzw lobind ) czy o klasie czystości pod kątem pracy z DNA/RNA (tzw. PCR Clean)? W ofercie producenta, które zamierzamy zaproponować, probówki niskowiążące DNA pakowne są po 200szt, natomiast o kłacie czystości do PCR(PCR Clean) po 250szt. Uprzejmie prosimy o odpowiedź.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga probówek niskowiążących DNA.**

Powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i należy je uwzględnić w składanej ofercie. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

*Kierownik Działu Zamówień Publicznych  
Mariusz Klimczak*