



Szpital św. Anny w Miechowie
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów
tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342
REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869
http://www.szpital.miechow.pl,
e-mail: sekretariat@szpital.miechow.pl

Miechów, dnia 11 czerwca 2024 r.

/wszyscy uczestnicy postępowania/

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: **Dostawa odzieży ochronnej jednorazowego użytku, pojemników jednorazowego użytku oraz wyrobów do utrzymania czystości do magazynu gospodarczego Szpitala św. Anny w Miechowie: 15/TP/2024**

W związku z wniesieniem pytań, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)

1.

Grupa 8, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z włókniny o gramaturze min. 25 g/m kw., wymiary 160 x 210 cm?

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza.

2.

Grupa 8, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rolki celulozowe z perforacją co ok. 37 cm, długości 50 m, z przeliczeniem zamawianej ilości tj. 320 szt.?

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza.

3.

Grupa 8, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze niebieskim? Czy Zamawiający oczekuje fartucha z rękawem zakończonym gumką czy mankietem?

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza fartuch w kolorze niebieskim oraz rękaw zakończony gumką lub mankietem.

4.

Grupa 8, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze żółtym?

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza.

5.

Grupa 8, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści piżamy wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze min. 30 g/m kw., w kolorze ciemno niebieskim, spodnie w gumkę (wygodne szczególnie dla pacjentów o ograniczonej ruchomości)?

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza.

6.

Grupa 8, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści trójelementowy zestaw pościeli (poszwa, poszewka i prześcieradło), wykonane z włókniny o gramaturze min. 25 g/m kw.?

Ad. 6 Zamawiający dopuszcza powyższą gramaturę, pozostałe parametry pozostają bez zmian.

7.

Grupa 8, poz. 9 i 10

Czy Zamawiający dopuści nieprześwitujące spodenki / szorty do kolonoskopii wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze min. 28 g/m kw., bez zakładki, rozmiar L?

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza.

8.

Grupa 8, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści majtki wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 40 g/m kw., nieprześwitujące?

Ad. 8 Zamawiający dopuszcza.

9.

Grupa 8, poz. 14

Czy Zamawiający dopuści koszule rozcięte z całości z tyłu, wiązane na dwie pary troków?

Ad. 9 Pozostaje jak w SWZ.

10.

Pytanie 1 grupa nr 3: Zamawiający w grupie nr 3 postawił wymóg aby żel zawarty w gąbkach posiadał Raport Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego. Prosimy zamawiającego o PODTRZYMANIE TEGO ZAPISU. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1223/2009 gdzie w rozdziale nr 3 (OCENA BEZPIECZEŃSTWA, DOKUMENTACJA PRODUKTU), w artykule 10 i 11 są opisane wymagania dotyczące Raportu Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego który jest niezbędnym dokumentem potrzebnym do sprzedawania produktu kosmetycznego w Polsce i UE. Sam wpis do CPNP (portal wyrobów kosmetycznych) nie świadczy o dopuszczeniu wyrobu kosmetycznego do sprzedaży w Polsce i UE.

Ad.10 Zamawiający podtrzymuje powyższy zapis, pozostaje jak w SWZ.

11.

Pytanie 2 grupa nr 3: Czy zamawiający w trosce o zachowanie najwyższego bezpieczeństwa podczas stosowania myjek wymaga aby żel(mydło) którym są nasączone gąbki w grupie nr 3 posiadał aktualny Raport Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego (zgodnie z ustawą o kosmetykach), był hypoalergiczny z informacją o hypoalergiczności żelu na pojedynczym opakowaniu handlowym?

Ad.11 Zamawiający wymaga posiadania aktualnego Raport Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego.

12.

Prośba o wyjaśnienie, dotyczy grupy 11, pozycja 2 i 3. Czy w związku z tym, fartuchy i zarękawki nie będą stosowane jako ochrona przed czynnikiem gorącym Zamawiający odstąpi od wymogu I klasy palności w pozycji 2 i 3?

Ad.12 Pozostaje jak w SWZ.

13.

Prośba o dopuszczenie, dotyczy grupy 11, pozycja 3. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zarękawków wykonanych z dużej gęstości polietylenu, zakończonych z obu stron gumką, certyfikowanych jako środki ochrony indywidualnej zgodnie z EU 2016/425, termin ważności 10 lat od daty produkcji, oddychająca, hydrofobowa włóknina Tyvek o gramaturze 41,5 g/m²?

Ad.13 Pozostaje jak w SWZ.

14.

Dotyczy umowy - prosimy do paragrafu 8 dopisać na końcu ustęp o treści: Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy. lub

o dopisanie na końcu paragrafu 8 ustęp o treści: "W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.2% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w

płatności.
lub

Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.

Ad.14 Pozostaje jak w SWZ.

15.

Grupa 9 – „Pojemnik o wysokości 35 do 40 centymetrów”

Prosimy o dopuszczenie pojemnika na odpady medyczne o wysokości 30cm i pojemności 10 l, z przykrywą z otworem wrzutowym posiadającym wycięcie umożliwiające bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki, pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

Wymiary zaproponowanego przez nas pojemnika nieznacznie różnią się od wymaganych przez Zamawiającego, nie wpływają one niekorzystnie na funkcjonalność oraz przeznaczenie pojemnika.

Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen.

Ad.15 Pozostaje jak w SWZ.

16.

Grupa 9 – „Pojemnik o wysokości 35 do 40 centymetrów”

Prosimy o dopuszczenie pojemnika na odpady medyczne o wysokości 28 cm i pojemności 20 L, z zachowaniem pozostałych wymogów zgodnie z SWZ.

Wymiary zaproponowanego przez nas pojemnika nieznacznie różnią się od wymaganych przez Zamawiającego, nie wpływają one niekorzystnie na funkcjonalność oraz przeznaczenie pojemnika.

Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen.

Ad.16 Pozostaje jak w SWZ.

17.

Pozycja 1- Prosimy o dopuszczenie strzygarki z trzyzakresową głowicą: 45° w lewo, 0° i 45° w prawo, pozwala to na bezpieczne operowanie strzygarką w trudnodostępnych miejscach na ciele, kompatybilną z dwoma rodzajami ostrzy i ładowarką kontaktową spełniającą pozostałe zapisy SWZ.

Ad.17 Pozostaje jak w SWZ.

18.

Pozycja 2-Prosimy o dopuszczenie ostrzy uniwersalnych o szerokości 36mm kompatybilnych z oferowaną w pozycji 1 strzygarką, spełniających pozostałe zapisy SWZ.

Ad.18 Pozostaje jak w SWZ.

19.

Pozycja 3-Prosimy o dopuszczenie ostrzy uniwersalnych do każdej części ciała o szerokości 36mm w przypadku gdy strzygarka posiada trzyzakresową obrotową głowicę umożliwiającą operowanie strzygarką w trudnodostępnych miejscach, spełniających pozostałe zapisy SWZ, kompatybilnych z oferowaną w pozycji 1 strzygarką.

Ad.19 Pozostaje jak w SWZ.

20.

Pozycja 4-Prosimy o dopuszczenie ostrzy neuro o szerokości 36 mm kompatybilnych z oferowaną w pozycji 1 strzygarką, pakowane: 1szt / blister; 25 blisterów/ pudełko. Prosimy o dopuszczenie dostarczenia 2 opakowań po 25 szt.

Ad.20 Pozostaje jak w SWZ.

21.

Grupa 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania myjek jednorazowych w postaci rękawicy o wymiarach min. 20x12cm, Nie mniejsza niż 50g/m², wykonana z włókna poliestrowego i wiskozy, nasączona o neutralnym PH, przebadane dermatologicznie, nie wymaga aktywacji woda .
Opakowanie po 10 sztuk.

Ad.21 Pozostaje jak w SWZ.

22.

Dotyczy **Grupa nr 8, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści podkład celulozowy w rozmiarze szerokość 50cm, perforacja 50 cm, długość 50m z przeliczeniem ilości do pełnych rolek w górę? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Ad.22 Zamawiający dopuszcza.

23.

Dotyczy **Grupa nr 8, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści podkład o długości 50m z przeliczeniem ilości do pełnych rolek w górę? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Ad.23 Zamawiający dopuszcza.

24.

Dotyczy **Grupa nr 8, poz. 3**

W związku z pojawiającymi się zapytaniami Wykonawców dotyczącymi błędnego wymogu uznania fartucha jako ŚOI prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga fartucha zarejestrowanego jako wyrób medyczny.

Fartuch niesterylny stosowany w środowisku medycznym ze względu na swoją konstrukcję i właściwości nie spełnia wymagań w odniesieniu do środka ochrony osobistej kategorii I. Wynika to z wymagań zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425.

Ad.24 Pozostaje jak w SWZ.

25.

Dotyczy **Grupa nr 8, poz. 3**

Czy Zamawiający wymaga fartuch o gramaturze min.22 g/m²? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Ad.25 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

26.

Dotyczy **Grupa nr 8, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze niebieskim? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Ad.26 Zamawiający dopuszcza.

27.

Dotyczy **Grupa nr 8, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany w całości z włókniny podfoliowanej? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Ad.27 Pozostaje jak w SWZ.

28.

Dotyczy **Grupa nr 8, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze żółtym? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Ad.28 Zamawiający dopuszcza.

29.

Dotyczy **Grupa nr 8, poz. 4**

Czy Zamawiający wymaga fartuch w rozmiarze uniwersalnym XL? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Ad.29 Zamawiający wymaga rozmiar uniwersalny.

30.

Dotyczy **Grupa nr 8, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści ubranie tylko w kolorze niebieskim? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Ad.30 Zamawiający dopuszcza.

31.

Dotyczy **Grupa nr 8, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny SMS o gramaturze 40 g/m²? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Ad.31 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

32.

Dotyczy **Grupa nr 8, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści ubranie tylko w kolorze niebieskim? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Ad.32 Zamawiający dopuszcza.

33.

Dotyczy **Grupa nr 8, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści ubranie o gramaturze min. 35 g/m²? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Ad.33 Pozostaje jak w SWZ.

34.

Dotyczy **Grupa nr 8, poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści majtki wykonane z włókniny polipropylenowej? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Ad.34 Zamawiający dopuszcza.

35.

Dotyczy **Grupa nr 8, poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści majtki bez rozcięcia z tyłu? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Ad.35 Pozostaje jak w SWZ.

36.

Dotyczy **Grupa nr 8, poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii wykonane z włókniny polipropylenowej posiadające rozcięcie z tyłu? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Ad.36 Zamawiający dopuszcza.

37.

Dotyczy **Grupa nr 8, poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii z otworem w tylnej części bez zakładki? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Ad.37 Zamawiający dopuszcza.

38.

Dotyczy **Grupa nr 8, poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii wykonane z włókniny polipropylenowej? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Ad.38 Zamawiający dopuszcza.

39.

Dotyczy **Grupa nr 8, poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii wykonane z włókniny SMS o gramaturze min. 28 g/m²? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Ad.39 Zamawiający dopuszcza.

40.

Dotyczy **Grupa nr 8, poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii z otworem w tylnej części bez zakładki? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Ad.40 Zamawiający dopuszcza.

41.

Dotyczy **Grupa nr 8, poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści majtki z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m²? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Ad.41 Zamawiający dopuszcza.

42.

Dotyczy **Grupa nr 8, poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii wykonane z włókniny polipropylenowej? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Ad.42 Zamawiający dopuszcza.

43.

Dotyczy **Grupa nr 8, poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze M/L i XL/XXL? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Ad.43 Zamawiający dopuszcza.

44.

Dotyczy **Grupa nr 8, poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści koszulę rozciętą z tyłu, wiązaną na 2 pary troków z pasie i przy szyi? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Ad.44 Pozostaje jak w SWZ.

45.

GRUPA 8:

Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarach min. 130x200 cm?

Ad.45 Zamawiający dopuszcza.

46.

GRUPA 8:

Poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści podkłady w roli z perforacją co 50 cm?

Ad.46 Zamawiający dopuszcza.

47.

GRUPA 8:

Poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści rolki o długości 50mb z przeliczeniem wymaganej ilości?

Ad.47 Zamawiający dopuszcza.

48.

GRUPA 8:

Poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści fartuch w całości podfoliowany, w kolorze żółtym?

Ad.48 Pozostaje jak w SWZ.

49.

GRUPA 8:

Poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści komplety z włókniny SMMS o gramaturze 40 g/m²?

Ad.49 Zamawiający dopuszcza.

50.

GRUPA 8:

Poz. 5 i 6 Czy Zamawiający dopuści kolor tylko niebieski?

Ad.50 Zamawiający dopuszcza.

51.

GRUPA 8:

Poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści komplety z włókniny SMMS?

Ad.51 Zamawiający dopuszcza.

52.

GRUPA 8:

Poz. 8 – Czy Zamawiający dopuści kaptcie w rozmiarze uniwersalnym?

Ad.52 Pozostaje jak w SWZ.

53.

GRUPA 8:

Poz. 14 – Czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze uniwersalnym?

Ad.53 Pozostaje jak w SWZ.

54.

GRUPA 8:

Poz. 14 – Czy Zamawiający dopuści koszulę z rozciąłym tyłem, wiązaną na troki?

Ad.54 Pozostaje jak w SWZ.

55.

Pakiet 10

Pozycja nr 1

Prosimy o dopuszczenie dozownika łokciowego o pojemności 1000ml do uzupełniania z kanistra .

Ad.55 Pozostaje jak w SWZ.

56.

Grupa 3

Czy Zamawiający dopuści grubość min. 0,3 cm?

Ad.56 Pozostaje jak w SWZ.

57.

Grupa 3

Czy Zamawiający dopuści gramaturę nie mniejszą niż 100 g/m²?

Ad.57 Pozostaje jak w SWZ.

58.

Grupa 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'24 sztuki?

Ad.58 Zamawiający dopuszcza.

59.

Grupa 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „należy dołączyć do oferty instrukcje użytkowania w języku polskim” i dopuści w zamian za to graficzną instrukcję obsługi umieszczoną na opakowaniu handlowym?

Ad.59 Zamawiający dopuszcza.

60.

Grupa 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „należy dołączyć do oferty raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne na min. 50 osobach”?

Ad.60 Zamawiający dopuszcza.

61.

Grupa 5

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania czepka nasączonego szamponem z odżywką zawierającego w składzie m.in. witaminę E, simetikon, prowitaminę B5, aloes?

Ad.61 Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry jak w SWZ.

62.

Grupa 17

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opaski do unieruchomienia kończyn dostępnej w rozmiarach 3cm x 12cm, 4cm x 17cm, 7cm x 22cm, 7cm x 25cm, 7cm x 30cm wraz z zintegrowaną tasiemką o długości 150cm do zamocowania między innymi do ramy łóżka?

Ad.62 Zamawiający dopuszcza.

63.

Grupa 17

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania 200 sztuk pojedynczych opasek czy też 200 kompletów zawierających 2 sztuki? Jeśli Zamawiający ma na myśli pojedyncze sztuki, to czy dopuści stosowne przeliczenie sztuk na komplety a'2 sztuki i wycenę właśnie za komplet?

Ad.63 Zamawiający ma na myśli pojedyncze sztuki, dopuszczamy stosowne przeliczenie sztuk.

64.

Pytanie nr 1 dotyczy Grupy nr 9 poz. 1:

Czy Zamawiający w pozycji „Pojemnik o pojemności 3,5 l” dopuści pojemnik o pojemności 3,5-4 l spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Ad.64 Zamawiający dopuszcza.

65.

Pytanie nr 2 dotyczy Grupy nr 9 poz. 1:

Czy Zamawiający w pozycji „Pojemnik o wysokości 35 do 40 centymetrów” dopuści pojemnik o wysokości 30 cm?

Ad.65 Zamawiający nie dopuszcza.

66.

Pytanie nr 3 dotyczy Grupy nr 15 poz. 1-2:

Czy Zamawiający dopuści opaski wykonane z PVC?

Ad.66 Zamawiający nie dopuszcza.

67.

Pytanie nr 4 dotyczy Grupy nr 15 poz. 1-2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę opasek za op. A.100 szt. z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości do pełnych opakowań?

Ad.67 Zamawiający dopuszcza.

68.

Zadanie 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści worek na zwłoki o grubości 0,15mm?

Ad.68 Zamawiający dopuszcza.

69. Zadanie 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z polietylenu?

Ad.69 Zamawiający dopuszcza.

70. Zadanie 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarze 71cm x 116cm?

Ad.70 Zamawiający dopuszcza.

71. Grupa 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści badania aplikacyjne na 25 osobach?

Ad.71 Pozostaje jak w SWZ.

72. Grupa 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści myjkę o gramaturze 90g?

Ad.72 Pozostaje jak w SWZ.

73. Grupa 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści myjkę pakowaną a'10sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Ad.73 Zamawiający dopuszcza.

74. Grupa 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie maski medycznej wiązanej na troki, wykonanej z trzech warstw niepylącej włókniny polipropylenowej Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II– poziom filtracji bakterii BFE $\geq 98\%$?

Ad.74 Pozostaje jak w SWZ.

75. Grupa 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie maski medycznej mocowanej na gumki, wykonanej z trzech warstw niepylącej włókniny Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ IIR– poziom filtracji bakterii BFE 99,9%?

Ad.75 Pozostaje jak w SWZ.

76. Grupa 7 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną bez dodatkowego oznaczenia zewnętrznej strony maski?

Ad.76 Pozostaje jak w SWZ.

77. Grupa 7 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści czepek typu beret o średnicy ok.47cm?

Ad.77 Pozostaje jak w SWZ.

78. Grupa 7 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści czepek typu beret wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 18g/m²?

Ad.78 Pozostaje jak w SWZ.

79. Grupa 8 pozycja 1

Czy Zamawiający zgodzi się na prześcieradło w rozmiarze 160cm x 210cm?

Ad.79 Zamawiający dopuszcza.

80. Grupa 8 pozycja 2

Czy Zamawiający zgodzi się na podkład z perforacją co 37,5cm?

Ad.80 Zamawiający dopuszcza.

81. Grupa 8 pozycja 2

Czy Zamawiający zgodzi się na podkład w roli o długości 50m z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Ad.81 Pozostaje jak w SWZ.

82. Grupa 8 pozycja 3

W związku pojawiającymi się zapytaniami Wykonawców dotyczącymi błędnego wymogu uznania fartucha jako ŚOI prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga fartucha zarejestrowanego jako wyrób medyczny.

Fartuch niesterylny stosowany w środowisku medycznym ze względu na swoją konstrukcję i właściwości nie spełnia wymagań w odniesieniu do środka ochrony osobistej kategorii I. Wynika to z wymagań zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425.

Jeśli zamawiający wymaga produktu będącego Środkiem Ochrony Indywidualnej objętego stawką VAT jak dla asortymentu będącego środkiem ochrony indywidualnej to prosimy o określenie kategorii zagrożeń, zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, przed którymi te produkty mają chronić użytkowników?

Ad.82 Pozostaje jak w SWZ.

83. Grupa 8 pozycja 4

Czy Zamawiający zgodzi się na jednorazowy, niejałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z podfoliowanej na całości włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Kolor niebieski. Występujący w rozmiarze L i XL?

Ad.83 Zamawiający nie dopuszcza.

84. Grupa 8 pozycja 5

Czy Zamawiający zgodzi się na piżamy wykonane z włókniny typu SMS tylko w kolorze niebieskim?

Ad.84 Zamawiający dopuszcza.

85. Grupa 8 pozycja 6

Czy Zamawiający zgodzi się na ubranie operacyjne wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m²?

Ad.85 Zamawiający nie dopuszcza.

86. Grupa 8 pozycja 8

Czy Zamawiający zgodzi się na klapki w rozmiarze uniwersalnym?

Ad.86 Zamawiający nie dopuszcza.

87. Grupa 8 pozycja 9, 10

Czy Zamawiający zgodzi się na spodenki z nieprzezroczystej włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m²?

Ad.87 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

88. Grupa 8 pozycja 9, 10

Czy Zamawiający zgodzi się na spodenki z otworem w części tylnej bez zakładki?

Ad.88 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

89. Grupa 8 pozycja 11

Czy Zamawiający zgodzi się na majtki wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m²?

Ad.89 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

90. Grupa 8 pozycja 12

Czy Zamawiający zgodzi się na spodenki z otworem w części tylnej?

Ad.90 Zamawiający nie dopuszcza.

91. Grupa 8 pozycja 12

Czy Zamawiający zgodzi się na spodenki z nieprzezroczystej włókniny polipropylenowej o gramaturze 45g/m²?

Ad.91 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

92. Grupa 8 pozycja 14

Czy Zamawiający zgodzi się na koszule w rozmiarze uniwersalnym?

Ad.92 Zamawiający nie dopuszcza.

93. Grupa 8 pozycja 14

Czy Zamawiający zgodzi się na koszule wiązaną z tyłu w talii oraz na szyi?

Ad.93 Zamawiający nie dopuszcza.

94. Zadanie 9, pozycja 1 pojemnik o wysokości 35-40cm

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 30cm?

Ad.94 Zamawiający nie dopuszcza.

95. Zadanie 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę opasek za opakowanie a'100 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem?

Ad.95 Zamawiający dopuszcza.

96. Zadanie 13, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę opasek za opakowanie a'120 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem?

Ad.96 Zamawiający dopuszcza.

97. Zadanie 13, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści miskę o pojemności 4l z odpornością na temperaturę do 35 stopni?

Ad.97 Zamawiający nie dopuszcza.

98. Zadanie 13, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem?

Ad.98 Zamawiający dopuszcza.

99. Zadanie 13, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści miskę o pojemności 1l z odpornością na temperaturę do 35 stopni?

Ad.99 Zamawiający nie dopuszcza.

100. Zadanie 13, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'200 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem?

Ad.100 Zamawiający dopuszcza.

101. Zadanie 13, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'300 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem?

Ad.101 Zamawiający dopuszcza.

102. Zadanie 13, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'200 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem?

Ad.102 Zamawiający dopuszcza.

103. Zadanie 15, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści wycenę opasek za opakowanie a'100 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem?

Ad.103 Zamawiający dopuszcza.

104. Grupa 19 pozycja 1

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie myjki o parametrach: Jednorazowa myjka do mycia ciała nasączona jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana w całości z poliestru, o rozmiarze 20cm x 20cm, gramaturze 100g/m². Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015 (certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2021 rok na brak zawartości *Pseudomonas aeruginosa*, *Candida albicans*, *Staphylococcus aureus* oraz *Escherichia coli*. Opakowanie jednostkowe a'12 sztuk z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem. Produkt pozbawiony lateksu. Termin ważności: 5 lat od daty produkcji, wyrób należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania. Opakowanie foliowe?

Ad.104 Pozostaje jak w SWZ.

105. Grupa 3

Czy zamawiający dopuszcza/wymaga jednorazowej gąbki, nasączonej żelem dermatologicznym i hypoalergicznym - myjącym o neutralnym dla skóry pH 5,5, przeznaczona do higieny ciała i miejsc intymnych bez konieczności użycia bieżącej wody, hypoalergiczny żel na gąbkach ma delikatny przyjemny zapach i właściwości myjące oraz pielęgnacyjno-ochronne, myjki jednorazowe i wygodne w użyciu wystarczy zwilżyć myjkę niewielką ilością wody i kilkakrotnie ścisnąć, po umyciu ciało wytrzeć do sucha, bez konieczności spłukania, na skórze pozostaje delikatna warstwa ochronno-pielęgnacyjna, przebadana i testowana dermatologicznie, 24 szt w opakowaniu, wymiary 12x20cm; 0,6 cm grubości ± 7%, włókno poliestrowe - 100 g/m² ± 5%, o wadze 2,5-3 g; bez sztucznych konserwantów?

Ad.105 Pozostaje jak w SWZ.

106. Grupa 7, poz. 2-3

Czy zamawiający dopuści czepek pakowany po 100 szt. w opakowaniu foliowym, do transportu zbiorczo pakowany w karton; Opakowanie foliowe umożliwiające wyjmowanie pojedynczej sztuki oraz zmniejszenie powierzchni magazynowania.

Ad.106 Zamawiający dopuszcza.

107. Czy zamawiający dopuści datę ważności – przydatności do użycia minie niż 5 lat, jeżeli zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, wykonawca rozumie, że Zamawiający nie widzi potrzeby dłuższego magazynowania zamówionych towarów. Należy wskazać, iż dostarczony przedmiot umowy do ostatniego dnia terminu ważności jest pełnowartościowy i dopuszczony do obrotu, w związku z tym prosimy o dopuszczenie produktów z krótszym terminem przydatności niż 5 lat. W przypadku nie dopuszczenia przez zamawiającego krótszego terminu przydatności prosimy o wyjaśnienie z jakiej zatem przyczyny wyznacza wymóg takiego akurat okresu ważności zamówionych towarów?

Ad.107 Zamawiający dopuszcza.

108. Grupa 7, poz. 2

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret z włókniny PP, jednowarstwowej, przewiewnej, nieperforowanej, o gramaturze min. 16 g/m²?

Ad.108 Zamawiający nie dopuszcza.

109. Grupa 7, poz. 3

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret z włókniny PP, jednowarstwowej, przewiewnej, nieperforowanej?

Ad.109 Pozostaje jak w SWZ.

110. Grupa 8, poz. 1

Czy zamawiający dopuści prześcieradło w kolorze niebieskim?

Ad.110 Zamawiający dopuszcza.

111. Grupa 8, poz. 2

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 m, perforacja co 38 cm?

Ad.111 Zamawiający nie dopuszcza.

112. Grupa 8, poz. 2

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 m, perforacja co 38 cm?

Ad.112 Zamawiający nie dopuszcza.

113. Grupa 8, poz. 2

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 m, perforacja co 34 cm? Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Ad.113 Pozostaje jak w SWZ.

114. Grupa 8, poz. 3

Czy zamawiający dopuści kolor niebieski?

Ad.114 Zamawiający dopuszcza.

115. Grupa 8, poz. 4

Czy zamawiający dopuści kolor niebieski?

Ad.115 Zamawiający dopuszcza.

116. Grupa 8, poz. 7

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 25 g/m², wykonany z włókniny PP?

Ad.116 Zamawiający nie dopuszcza.

117. Grupa 8, poz. 7

Czy zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/? m², wykonana z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej, z etykietą zgodną z przepisami regulującymi oznakowanie wyrobów medycznych?

Ad.117 Zamawiający dopuszcza.

118. Grupa 8, poz. 1

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 25 g/m²?

Ad. 118 Zamawiający dopuszcza.

119. Grupa 8, poz. 1

Czy zamawiający dopuści wymiar 210 cm x 130 cm?

Ad.119 Zamawiający dopuszcza.

120. Grupa 8, poz. 1-4,6-7,

Czy zamawiający wydzieli poz.1-4,6-7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie

konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Ad.120 Pozostaje jak w SWZ.

121. Grupa 15, poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Ad.121 Zamawiający dopuszcza.

122. Pakiet 4, pozycja 3

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu aplikator gąbkowy oraz szczoteczkę do zębów z możliwością odsysania, saszetkę z roztworem 0,12% chlorheksydy (min. 7 ml). Zestaw stosowany w profilaktyce VAP o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP.

2/ Czy Zamawiający oczekuje, aby opakowanie umożliwiło przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania, co minimalizuje ryzyko kontaminacji saszetki z płynem?

Ad.122 Pozostaje jak w SWZ.

123. Pakiet 7 Poz.1

-prosimy zamawiającego o dopuszczenie maski chirurgicznej z trokami w kolorze niebieskim, wykonana z min. 3 warstw z oddychającej włókniny SMS (polipropylenowej), wyposażona w sztywnik ułatwiający dopasowanie się maski do kształtu twarzy, skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) 98,9%. Zgodne z normą EN14683 – Typ II. Szerokość maski min. 17 cm, wysokość maski min. 9 cm. Wyraźnie oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy. Opakowanie po 50 szt. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem?

Ad.123 Pozostaje jak w SWZ.

124. Pakiet 7, Poz.2

-prosimy zamawiającego o dopuszczenie czepka chirurgicznego typu beret, bezlateksowy, z elastyczną gumką, wykonany z włókniny o strukturze Cluster-Keyback, składającej się z min. 70 % z wiskozy oraz mieszaniny polimerowej, o gramaturze 25 g/m². Dostępne w rozmiarze M ± 53 cm, w kolorze zielonym lub niebieskim. Produkowany zgodnie z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. Pakowany po 100 szt.?

Ad.124 Pozostaje jak w SWZ.

125. Pakiet 7, Poz.3

-prosimy zamawiającego o dopuszczenie czepka chirurgicznego, furażerka z napotnikiem, do krótkich włosów, oddychający z możliwością wywijania, wiązany na troki, z włókniny polipropylenowej SMS, o gramaturze 10 g/m². Górna, część oddychająca czepka o długości min. 20 cm. Chłonny materiał wzmocniony siatką w części bocznej o wysokości min. 12 cm, o gramaturze 47 g/m². Długość czepka min. 30 cm. Czepek w rozmiarze standardowym, w kolorze niebieskim. Produkowany zgodnie z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. Pakowany po 100 szt.?

Ad.125 Pozostaje jak w SWZ.

126. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z grupy 11 do osobnej grupy?

Ad.126 Pozostaje jak w SWZ.

podpis elektroniczny