



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI
☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790
✉ pocza@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

WYKONAWCY

Łódź, dnia 29.11.2023 r.

ZP/ 132/2023

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę specjalistycznych, jednorazowych obłożen operacyjnych, fartuchów oraz bielizny na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi.

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710) w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1

Dot. Pakietu nr 1, poz.2

Czy Zamawiający dopuści produkt bez identyfikacji po rozpakowaniu (bez nazwy producenta lub wytwórcy)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 2

Dot. Pakietu 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkłady w rozmiarze 100 x 150 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3

Dot. Pakietu 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści gramaturę 60 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4

Dot. Pakietu 2, poz. 1 , 2 , 3

Czy Zamawiający dopuści 3 etykiety TAG?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5

Dot. Pakietu 2, poz. 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia raportu walidacji Raport walidacji procesu sterylizacji jest dokumentem wewnętrznym wytwórcy w związku z tym prosimy o odstąpienie złożenia dokumentu wraz z ofertą. Prosimy o dopuszczenie złożenie certyfikatu jakości produktu z którego wynika, że wymagania dla rozwoju, walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji dla wyrobów medycznych są spełnione.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 6

Dot. Pakietu 7, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękaw zakończony elastycznym poliestrowym mankietem?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 7

Dot. Pakietu 7, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 14 x 250 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 8

Dot. Pakietu 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z laminatu o gramaturze 60g/m² (+/-2g)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 9

Dot. Pakietu 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwety o wymiarach 100 x 150 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 10

Dot. Pakietu 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół Mayo wykonaną z folii PE niepiaskowanej o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 11

Dot. Pakietu 3, poz. 1


Czy Zamawiający dopuści obłożenie do zabiegów laryngologicznych z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m². Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O, odporność na rozerwanie sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Skład:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 280 cm z otworem o średnicy 10 cm

2 x ręcznik chłonny z włókniny spunlace o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna włókninowa o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m², wzmocniona hydrofilową włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 37 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 77g/m²



200x280cm
1szt./pc.

30x30cm
2szt./pcs

10x50cm
1szt./pc.

150x190cm
1szt./pc.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 12**Dot. Pakietu 3, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z włókniny SMS 50g/2 ze wzmocnieniem w strefie krytycznej SM o gramaturze 80g/m², w rozmiarze 120 x 170 cm, z otworem przylepnym o średnicy 12 cm. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy.

Wytrzymałość na rozrywanie na sucho 205,6 Kpa, na mokro 199,4 kPa, serweta spełnia wymagania standardowe aktualnej normy 13795-1:2019.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 13**Dot. Pakietu 3, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści serwety z otworem o wymiarach 6 x 8 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 14**Dot. Pakietu 3, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 60g/m² i wytrzymałości na rozrywanie na sucho/mokro 109/99,4 kPa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 15**Dot. Pakietu 3, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw z serwetą typu U wzmocnioną o wymiarach 230cm x 260cm z wycięciem U 20cm x 100cm wykonana z dwuwarstwowego laminatu (PP+PE) z dodatkową warstwą wzmocnienia 75cm x 140cm w strefie krytycznej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 16**Dot. Pakietu 3, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw z serwetą na stolik do instrumentarium o wymiarach 150x190 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 17**Dot. Pakietu 3, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw z serwetą na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 18**Dot. Pakietu 3, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw z serwetą na głowę do zawijania tzn turban o wymiarach 100 cm x 100 cm (turban 60 cm x 90 cm)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 19**Dot. Pakietu 4, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw sterylny wzmocniony o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna z włókniny spunlace o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, warstwa chłonna 60 x 145 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, warstwa chłonna 65 x 190 cm

Serwety samoprzylepne (pozycja 1, 2, 3) wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 75 g/m² w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z dwoma poczwórnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 155 g/m². Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 207 cm H₂O. Spełnia wymagania aktualnej normy 13795-1:2019.

Opakowanie typu Header Bag wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 20

Dot. Pakietu 4, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji ginekologicznych o składzie:

1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm. W serwecie dodatkowa taśma samoprzylepna w rozmiarze 6cm x 38cm.

1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²

4 x ręcznik chłonny z włókniny spunlace o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm


1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O.

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m².

Spełnia wymagania standardowe aktualnej normy 13795-1:2019.



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 21

Dot. Pakietu 4 poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw z serwetą w kształcie litery „T” do cesarskiego cięcia o wymiarach 200/260cm x 310cm z otworem wypełnionym folią 30cm x 30 cm z wycięciem w kształcie gruszki w wymiarach 16 cm x 18 cm, z zintegrowanym workiem do przechwytywania płynów ze sztywnikiem oraz możliwością podłączenia ssaka 80cm x 80 cm, z organizatorami przewodów o odporności na przenikanie cieczy 283 cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 22

Dot. Pakietu 4 poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw z serwetami operacyjnymi z gazy 17-nitkowej 8-warstwowej z nitką RTG oraz taśmą w wymiarach 45cm x 45cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 23

Dot. Pakietu 4 poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw z ręcznikami celulozowymi o wymiarach 30x30cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 24

Dot. Pakietu 4 poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw z serwetą na stolik instrumentariuszki o wymiarach 190cm x 150cm z wkładem chłonnym o wymiarach 150cm x 65 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 25

Dot. Pakietu 4 poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw z naklejkami z informacją LOT, datą ważności oraz identyfikacji wytwórcy na etykiecie wewnątrz opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 26

Dot. Pakietu 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuszcza zestawy zapakowane w rękaw papierowo-foliowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 27

Dot. Pakietu 5, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę dla noworodka w rozmiarze 75 x 80 cm, chłonność 810%?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 28

Dot. Pakietu 7, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z ręcznikami z chłonnej włókniny spunlace? Fartuchy spełniają pozostałe wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 29

Dot. Pakietu nr 2, Poz. nr 1

Zamawiający dopuści możliwość zaferowania serwetki wykonanej z laminatu 2-warstwowego (polietylen-polipropylen) o minimalnej gramaturze 55 g/m² w rozmiarze 150 x 90 cm, pakowanej w opakowanie papierowo- foliowe z podwójną etykietą kontrolną do wklejenia do dokumentacji medycznej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 30

Dot. Pakietu nr 2, Poz. nr 2

Zamawiający dopuści możliwość zaferowania serwetki wykonanej z laminatu 2-warstwowego (polietylen-polipropylen) o minimalnej gramaturze 55 g/m² w rozmiarze 150 x 200 cm, pakowanej w opakowanie papierowo- foliowe z podwójną etykietą kontrolną do wklejenia do dokumentacji medycznej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 31

Dot. Pakietu nr 2, Poz. nr 3

Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety na stolik Mayo wykonanej z laminatu 2-warstwowego, w którym włókninowa warstwa chłonna posiada gramaturę min. 24 g/m², a folia ma grubość min. 45µm. Serweta pakowana w opakowanie papierowo- foliowe z nadrukowaną etykietą główną oraz podwójną samoprzylepną etykietą kontrolną do wklejenia do dokumentacji medycznej? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 32

Dot. Pakietu nr 5, Poz. nr 1

Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do dezynfekcji o następującym składzie:

6 x tampon włókninowy (tupfer), wielkość jajka (min. 30 x 20 cm przed zwinięciem)

1 x kleszczyki plastikowe 24 cm

1 x transparentna miseczka plastikowa 150 ml

Opakowanie typu sztywny blister

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33

Dot. Pakietu nr 5, Poz. nr 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety przylepnej w rozmiarze 75 x 90 cm wykonanej z laminatu 2-warstwowego (polietylen-polipropylen) o minimalnej gramaturze 55 g/m² z dodatkowym padem chłonnym w części krytycznej o łącznej gramaturze min. 110 g/m², pakowanej w opakowanie papierowo- foliowe z podwójną etykietą kontrolną do wklejenia do dokumentacji medycznej?

Odpowiedź: Nie dopuszcza.

Pytanie 34

PROJEKT UMOWY

§ 3, ust. 6- wnosimy o modyfikację zapisów umowy poprzez wykreślenie zapisów w/w ustępu i zastąpienie ich następującymi:

„W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę braku towaru, objętego danym zamówieniem, skutkującego brakiem możliwości zrealizowania konkretnego zamówienia, Wykonawca będzie uprawniony do dostarczenia Zamawiającemu wyrobów medycznych równoważnych do tych, które zostały wskazane w zamówieniu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca będzie zobowiązany do wskazania zamiennego wyrobu medycznego w terminie 24 godzin od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego“

Zgodnie z § 7, ust. 1 Zamawiający będzie naliczał kary umowne za niedostarczenie towaru w wyznaczonym terminie. Obciążenie wykonawcy różnicą kosztów zakupu interwencyjnego jest dodatkową karą finansową, która w dobie niestabilnych zachowań rynkowych może być rażąco wygórowana i prowadzić do nierównego traktowania stron umowy

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 35

PROJEKT UMOWY

§ 10, ust. 1- wnosimy o zmniejszenie zamówienia dodatkowego wynikającego z prawa opcji z 80% do 20 % ilości produktów (wielkości świadczenia) przedstawionych w SWZ.

Wniosek nasz motywujemy faktem, iż w dobie niestabilnych zachowań rynkowych oraz długości obowiązywania umowy zwiększenie ilości zamówienia o 80% może spowodować brak możliwości realizacji kontraktu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę

Pytanie 36

Dot. Pakietu 8

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie osłony w rozmiarze 76cm x 33cm spełniającej pozostałe wymagania SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 37

Dot. pakietu 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw sterylny, uniwersalny, wzmocniony na całej powierzchni, wykonany z laminatu 3-warstwowego o gramaturze 73 g/m², pragniemy poinformować, że zaoferowany laminat charakteryzuje się wysoką odpornością na przenikanie cieczy na poziomie 191 cmH₂O (wymagana w specyfikacji min. 100 cmH₂O), warstwa chłonna serwety na stół do instrumentarium na całej długości o szerokości 66 cm, warstwa chłonna serwety Mayo 76 cm x 85 cm, 4 ręczniczki do wytarcia rąk z włókniny kompresowej w rozmiarze 10 cm x 20 cm, organizator na przewody niewkomponowany w serwetę, dodany do zestawu w postaci taśmy medycznej 50 cm x 9 cm, posiadający przyklepic, do przyklejenia w dowolnym miejscu obłożenia, opakowanie papierowo-foliowe typu miękki blister. Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 38

Dot. pakietu 4, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji ginekologicznych dolnych, wzmocniony na całej powierzchni, wykonany z laminatu 3-warstwowego o gramaturze 73 g/m² o wysokich, przekraczających wymagane w SWZ parametrach nieprzemakalności i wytrzymałości, skład zestawu:

1. serweta ginekologiczna o rozmiarze 250 cm x 250 cm z zintegrowanymi nogawicami i ekranem anestezyjologicznym, w workiem z sitem, z otworem owalnym samoprzylepnym o rozmiarze 10 cm x 15 cm – 1 szt.
2. organizator w postaci taśmy medycznej lepnej 9 cm x 50 cm, niewkomponowany w serwetę główną, dający się przykleić w dowolnym miejscu do fartucha lub serwety głównej w trakcie zabiegu – 1 szt.,
3. ręczniki włókninowe chłonne o rozmiarze 20 cm x 40 cm – 2 szt.,
4. serweta na stół narzędziowy (owinięcie zestawu) 190 cm x 150 cm – 1 szt.,
5. serweta na stół Mayo w postaci worka 145 cm x 80 cm – 1 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 39

Dot. pakietu 4, poz. 3

Czy można zaoferować sterylne obłożenie pola operacyjnego do cięcia cesarskiego o wymiarach serwety głównej 325 cm x 250 cm w kształcie litery T, gramaturze 56 g/m², otwór o wymiarach 35 x 32 cm, wypełniony folią chirurgiczną z wycięciem w kształcie gruszki, serweta wyposażona w okalający otwór worek do przechwytywania płynów o wymiarach 89 cm x 76 cm wyposażony w sztywnik, podłączenie ssaka, a także organizator przewodów.

seton gazowy 1 cm x 5 m 4 warstwowy – 1 szt. ,

kompres gazowy/serweta gazowa 45 cm x 45 cm 17N 8W z RTG – 5 szt.,

ręczniki włókninowe, chłonne o rozmiarze 20 cm x 40 cm – 4 szt.,

serweta na stół (owinięcie zestawu) 150 cm x 190 cm z warstwą chłonną o szerokości 66 cm na całej długości serwety. Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 40

Dot. pakietu 5, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw sterylny do dezynfekcji pola, zapakowany w bezpieczne opakowanie typu torebka papierowo-foliowa? Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 41**Dot. pakietu 5, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw sterylny do dezynfekcji pola, zawierający: nerkę plastikową o pojemności 700ml – 1 szt., tufery gazowe kule 30 cm x 30 cm – 6 szt., korcang długi 24 cm, plastikowy, okienkowy – 1 szt. Całość zawinięta w serwetę o rozmiarze 60 cm x 50 cm do bezpiecznego rozłożenia na stole instrumentarium, całość zapakowana w torebkę papierowo-foliową. Pragniemy poinformować, że aktualnie dostarczamy wyżej opisany zestaw do Państwa szpitala na blok operacyjny. Zestaw cieszy się pozytywną opinią użytkowników.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 42**Dot. pakietu 5, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę dla noworodka wykonaną z miękkiej, delikatnej i przyjaznej dla skóry dziecka włókniny kompresowej o chłonności $\geq 800\%$ wg PN-EN 1644-1 (wartość równoważna do wymaganej w SWZ EN 1644-1>8g/m²). Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 43**Dot. pakietu 7, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch do procedur standardowych z dwoma rączniczkami do wytarcia rąk z wysokochłonnej włókniny kompresowej? Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 44**Dot. pakietu 7, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody o długości 250cm? Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 45**Dot. Pytania do SWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie pełnomocnictwa bez wskazania postępowania, którego dotyczy?

Odpowiedź: Z pełnomocnictwa musi wynikać co najmniej, iż pełnomocnik posiada pełnomocnictwo do podejmowania czynności w postępowaniach prowadzonych zgodnie z Pzp.

Pytanie 46**Dot. Pakietu nr 7 poz. 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartuchów wykonanych z włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m². Oznakowanie rozmiaru w postaci metki oraz dodatkowo różny kolor owinięcia w zależności od rozmiaru pozostałych, identyfikacja rozmiaru możliwa przed rozłożeniem. Rodzaj fartucha oznakowany na etykiecie głównej. Pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 47**Dot. Pakietu nr 7, poz. 2**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie osłony w rozmiarze 13x250 cm bez perforowanej końcówki. Osłona posiadająca 2 taśmy samoprzylepne do mocowania na przewodach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 48**Dot. Pakietu nr 7, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy fartuch chirurgiczny do procedur standardowych, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMMS o gramaturze min. 35g/m²? Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. indywidualne oznakowanie rozmiaru w formie naklejki na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia - papier i min. dwoma etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie włókninowe, 2 celulozowe ręczniczki. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795:2019 wymagania standardowe. Rękaw zakończony elastycznym mankietem dzianinowym, tylna część fartucha zachodząca na siebie. Troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie ich zgodnie z zachowaniem pełnej sterylności tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Pakowane pojedynczo. Dodatkowo 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji: 2 etykiety zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta i kod kreskowy oraz 2 etykiety zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta i kod QR. Dostępny w rozmiarach : M/L, XL, XXL

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 49

Dot. pakietu nr 7, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy fartuch chirurgiczny do procedur standardowych, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMMS o gramaturze min. 35g/m²? Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. indywidualne oznakowanie rozmiaru w formie naklejki na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia - papier i min. dwoma etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie włókninowe, 2 celulozowe ręczniczki. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795:2019 wymagania standardowe. Rękaw zakończony elastycznym mankietem dzianinowym, tylna część fartucha zachodząca na siebie. Troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie ich zgodnie z zachowaniem pełnej sterylności tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Pakowane pojedynczo. Dodatkowo 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji: 2 etykiety zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta i kod kreskowy oraz 2 etykiety zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta i kod QR. Dostępny w rozmiarach S/M, L, XL, XXL.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 50

Dot. Pakietu nr 7, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści osłonę o wymiarach 13 x 250 cm z foliową taśmą lepną na końcu osłony do zamocowania na przewodzie. Osłona wykonana z mocnej przezroczystej foli polietylenowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 51

Dot. Pakietu nr 3, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zestawu do chirurgii z decentralnym otworem. Skład zestawu:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm, z folii PE 50 µm z mikroteksturą ze wzmocnieniem z polipropylenu w części środkowej

1 x taśma przylepna, przezroczysta 8 x 40 cm

1 x ręcznik chłonny z mikrością 20 x 30 cm

1 x serweta o wymiarach 220 x 240 cm +/- 1cm z decentralnym przylepnym otworem Φ 12 cm wykonana z chłonnego na całej powierzchni trójwarstwowego laminatu o gramaturze max. 66 g/m². pozbawionego pyłających i łatwopalnych włókien celulozy (współczynnik pylenia ≤ 1,9 log₁₀). Laminat odporny na przenikanie płynów min. 200 cm H₂O, wytrzymały na rozrywanie na mokro/sucho (min. 190 kPa). I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające min.: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta, w tym dwie etykiety zawierają dodatkowo kod EAN. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 52**Dot. pakietu nr 3, poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie serwety pediatrycznej 196x274cm z przylepnym otworem 15x15cm, ze wzmocnieniem chłonnym wokół otworu 48x52cm, ze zintegrowaną matą antypoślizgową na instrumenty 25x47cm i trzema podwójnymi uchwytami na przewody, wykonana w części okrywającej pacjenta z trilaminatu (o gramaturze max. 66g/m²), pozbawiona pyłących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy (współczynnik pylenia ≤ 1,9 log₁₀ gramaturze min. 140g/m² i wytrzymałości na rozerwanie na sucho i mokro min. 570kPa. Serweta spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 53**Dot. Pakietu nr 3, poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie serwety pediatrycznej 112x152cm z przylepnym otworem 8x10cm, ze wzmocnieniem chłonnym wokół otworu 47x51cm, wykonana w części okrywającej pacjenta z trilaminatu (o gramaturze max. 66g/m²), pozbawiona pyłących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy (współczynnik pylenia ≤ 1,9 log₁₀ gramaturze min. 140g/m² i wytrzymałości na rozerwanie na sucho i mokro min. 570kPa. Serweta spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 54**Dot. Pakietu nr 3, poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie sterylnej serwety 75x90 cm z przylepnym otworem 6x8 cm wykonana z bilaminatu o gramaturze max. 58g/m², odpornego na penetrację płynów >178 cmH₂O, o niskim współczynniku pylenia (≤ 1,7 log₁₀), o odporności na rozerwanie na sucho/mokro 145/149kPa i zdolności absorpcji >250%.. Serweta spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowana sterylnie w rozrywaną typu peel pouch, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 55**Dot. Pakietu nr 3, poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu otolaryngologicznego, Skład zestawu:
1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm z folii PE 50 µm z mikroteksturą ze wzmocnieniem z polipropylenu w części środkowej (owinięcie zestawu)
1 x serweta na stoli Mayo 80 x 142 cm
1 x serweta na głowę dwuczęściowa, przylepna typu „turban” 107 x 82,5 cm z wąskim przylepcem (2cm)
1 x serweta 196 x 279cm z przylepnym wycięciem U 6x63cm (wąskie paski klejące -2 cm), ze wzmocnieniem chłonnym 43 x 51 cm, ze zintegrowaną matą antypoślizgową na narzędzia 25 x 46 cm, zintegrowane 2 podwójne organizatory przewodów, boki z folii PE. Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego laminatu, trójwarstwowego (polipropyleń, polietylen, polipropyleń) o gramaturze max. 66 g/m², dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów (> 200 cm H₂O), wytrzymałego na rozrywanie na mokro/sucho (min. 190 kPa), wytrzymałego na rozciąganie wzdłużne na mokro/sucho (min. 88 N) .Obszar krytyczny wzmocniony (gramatura łączna 140 g/m²), odporny na przenikanie płynów (> 200 cm H₂O), odporny na rozrywanie na mokro/sucho (> 570 kPa). Wszystkie serwety pozbawione pyłących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy (współczynnik pylenia ≤ 1,9 log₁₀). I klasa palności. W celu

ułatwienia aplikacji dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną, wąskie taśmy lepne < 2,5 cm. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające min.: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta, w tym dwie etykiety zawierają dodatkowo kod EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 56

Dot. Pakietu nr 7, poz.1

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny z rękawami klejonymi w obszarze krytycznym, zapewniającymi wysoką barierowość?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 57

Dot. Pakietu nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę ochronną na stół operacyjny, przeciwoleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo – brak możliwości tworzenia zagięć i pofałdowań pod pacjentem, samowygładzająca się. Rdzeń chłonny z wyraźnym pikowanym wzorem ułatwiającym rozpraszanie wilgoci. Wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej warstwy środkowej z SAP i spodniej pełnobarierowej, matowej (niebłyszczącej), teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

Parametry:

- chłonność 3750 – 4000 ml/m², (test potwierdzony badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym zg. ISO 9073-6), wskaźnik chłonności min. 2000 %
- gramatura podstawowa: 240 g/m² (+/- 10%), grubość folii polietylenowej min. 0,12 mm
- wymiary: 102 x 230cm, rdzeń chłonny otoczony z każdej strony dodatkowymi marginesami nieprzeziernego laminatu na całej szerokości podkładu.
- zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci min. 65 mm w czasie 1 minuty,
- pakowana po 20 sztuk/karton

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 58

Dot. Pakietu nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę ochronną na stół operacyjny, przeciwoleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo – brak możliwości tworzenia zagięć i pofałdowań pod pacjentem, samowygładzająca się. Rdzeń chłonny z wyraźnym pikowanym wzorem ułatwiającym rozpraszanie wilgoci. Wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej warstwy środkowej z SAP i spodniej pełnobarierowej, matowej (niebłyszczącej), teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

Parametry:

- chłonność 3750 – 4000 ml/m², (test potwierdzony badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym zg. ISO 9073-6), wskaźnik chłonności min. 2000 %
- gramatura podstawowa: 240 g/m² (+/- 10%), grubość folii polietylenowej min. 0,12 mm
- wymiary: 102 x 152cm, rdzeń chłonny otoczony z każdej strony dodatkowymi marginesami nieprzeziernego laminatu na całej szerokości podkładu.
- zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci min. 65 mm w czasie 1 minuty,
- pakowana po 20 sztuk/karton

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi wyjaśnia co następuje:

Uwaga

1. W przypadku dopuszczenia parametrów, zapisów innych niż opisane w SWZ, Zamawiający prosi, aby zaznaczyć, iż parametry, zapisy zostały dopuszczone w drodze udzielonych wyjaśnień treści SWZ z powołaniem odpowiedniego numeru odpowiedzi.
2. Powyższe wyjaśnienia oraz modyfikacje stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający na stronie internetowej: : https://platformazakupowa.pl/pn/csk_umed udostępnił:
- treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

Sekretarz Komisji Przetargowej
Agnieszka Bonczkowska