

Kraków, dn. 26.03.2021r.

wg rozdzielnika

NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-11/21

Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa narzędzi laryngologicznych (pakiet nr 1), lampy zabiegowej (pakiet nr 2) oraz autoklawu (Pakiet nr 3)”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA_3

I. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j.) udziela odpowiedzi na następujące pytania:

PYTANIA IX

Lampa zabiegowa mobilna

Ad. 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy ze sterowaniem w postaci przycisków oraz z pokrętłem regulującym natężenie światła.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Ad. 23

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy o temperaturze barwowej 4900K.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Odpowiedzi do pytań wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Otrzymują:

- ✓ strona internetowa prowadzonego postępowania
- ✓ a/a