

OZNACZENIA

Ciepota
wyd. w
dan

1.01	Aparat rentgenowski AXIOM	665	200
1.02	Stół pacjenta	530	200
1.04	Zawieszenie sufitowe monitorów	275	135
1.06	Stół konsoli kontrolnej	60	-
1.07	Dystrybutor zasilania	29	100
1.08	Monitory systemu	23	250
1.09	System obrazowania	87	700
1.10	Konsola kontrolna	2	-
1.12	Angio generator	150	1000
1.13	Szafa systemowa	235	900
1.14	Wymiennik ciepła	42	2400
1.15	Szafa kablowa	120	-
AES	Podłoże antyelektrostatyczne / opis p. 6.7/		
D0	Drzwi ochronne / opis p. 8.2/		
00	Okienko ochronne / opis p. 8.4/		
⊗	Lampka sygnalizacyjna / opis p. 6.4/		
⋄	Znak ostrzegawczy / rys. 4.4/		
△	Rzędna wysokościowa		

SP20Z Szpital Kliniczny Nr 1 im. N. Barlickiego

Łódź, Kopcińskiego 22
Rentgenowska Pracownia Badań Naczyniowych
OCHRONA RADIOLÓGICZNA

Rzut parteru Rozstawienie aparatów Skala 1:50

APA SAŁASIŃSCY

Autor opracowania

inż. Krzysztof Sałasinski

Łódź, październik 2005

Rys. 1/4

