



WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BYDGOSZCZY

ul. ks. R. Markwarta 7, 85-015 Bydgoszcz, tel. 052 323 04 13, fax. 052 323 04 50
NIP 554-22-12-161 REGON 001044962 KRS 0000002035
www.wspr.bydgoszcz.pl e-mail sekretariat@wspr.bydgoszcz.pl

DOZP.240.11.2019

Bydgoszcz, dnia 25 listopada 2019 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Dostawę sprzętu medycznego na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy”

Numer ogłoszenia: 623986-N-2019; data zamieszczenia: 18.11.2019 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający udziela wyjaśnień i modyfikuje treść SIWZ w niżej wskazanym zakresie:

Pytanie nr 1

Załącznik 2, pasy do unieruchomienia pacjenta - nadgarstek – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny opaskę do unieruchomienia kończyn wykonaną z miękkiej pianki obłożonej delikatnym, przyjaznym dla skóry materiałem (wewnętrzna część pasa wykonana z bawełny zewnętrzna z pianki)

- Mocowanie opaski za pomocą paska z rzepem (pasek posiada klamrę)
- Możliwość regulacji długości
- Dodatkowa zintegrowana tasiemka mocująca o długości 105 cm z zintegrowanym uchwytem do jej zaczepienia

- Możliwość założenia na kostce lub dłoni pacjenta

- Zestaw zawiera 2 opaski

Przeznaczony dla jednego pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Sporządził/a: *Monika Świerblewska*



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

