

Znak sprawy: ZP.261.3.2024.IW

Dzierżoniów 28.03.2024r.

ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. na podstawie art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści SWZ.

W związku z wyjaśnieniami dotyczącymi treści SWZ z dnia 28.03.2024 Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ, załącznika nr 1A do SWZ oraz projektu umowy, przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia **4.04.2024r.** i tym samym zmianie ulega treść zapisów w odpowiednim zakresie w następujących dokumentach:

1. W projekcie umowy (Załącznik nr 2 do SWZ) zmianie ulega § 10 pkt 3c, który otrzymuje brzmienie:
„c) dostarczenie przedmiotu dostawy do serwisu, z zastrzeżeniem ust. 4”.
2. W załączniku nr 1A do SWZ:
 - a) w pkt XVII poz. 15 zmianie ulega zapis w tabeli, który otrzymuje brzmienie:
„Żywotność akumulatora min 400 cykli w przeciągu 3 lat lub min. 2 lata bez ograniczenia ilości cykli ładowania.”
 - b) w pkt XVII poz. 10 zmianie ulega zapis w tabeli, który otrzymuje brzmienie:
„Płyta ścienna do montażu w karetkce spełniająca standardy PN EN 1789 umożliwiającą ładowanie zaraz po wpięciu ssaka.”
 - c) w pkt XI poz. 9.2. zmianie ulega zapis „waga transportera do 28 kg”, który otrzymuje brzmienie:
„Waga całego zestawu łącznie (nosze+transporter) nie może przekraczać 51 kg.”
 - d) w pkt X poz. 1.2) zmianie ulega zapis w tabeli, który otrzymuje brzmienie:
„Oświetlenie halogenowe regulowane umieszczone w suficie nad noszami punktowe (min. 2 szt.) lub min. 4 szt. bez regulacji.”
 - e) w pkt XI poz. 4.b) zmianie ulega zapis w tabeli, który otrzymuje brzmienie:
„sufitowy punkt poboru tlenu, z regulacją przepływu tlenu przez przepływomierz zamontowany obok przedniego fotela na ścianie prawej przedziału medycznego lub przy punkcie poboru tlenu”
3. W SWZ zmianie ulega zapis w rozdziale XIX pkt 1, który otrzymuje brzmienie:
„1. Termin składania ofert do dnia **4.04.2024r. do godz. 9:00**”
4. W SWZ zmianie ulega zapis w rozdziale XX pkt 1, który otrzymuje brzmienie:
„1.Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **4.04.2024r. o godzinie 9:15** za pośrednictwem Platformy Zakupowej.”
5. W SWZ zmianie ulega zapis w rozdziale XVIII pkt 1, który otrzymuje brzmienie:„Wykonawca jest związany ofertą przez okres **30 dni, tj. do dnia 3.05.2024r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

Zamawiający dokonał zmiany w ogłoszeniu.

Wszystkie zmiany i modyfikacje stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

PREZES ZARZĄDU
Maciej Smolarz

