



Poznań, 13 kwietnia 2023 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ
WETERYNARII

Andrzej Żarnecki

wg rozdzielnika

Nasz znak: AD-O.272.7.2023

Dot. sprawy nr: -

pismo z dnia: -

WYJAŚNIENIE treści SWZ

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu, działając zgodnie z treścią art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników do wykrywania i ilościowego oznaczenia GMO kompatybilnych z posiadaniem przez zamawiającego urządzeniem ABI 7500 Fast Real Time PCR System, zestawów do izolacji DNA przeżuwaczy z materiałów paszowych i mieszanek paszowych metodą Real - Time PCR, uniwersalnej mieszaniny reakcyjnej do przeprowadzania reakcji Real - Time PCR, materiałów diagnostycznych, odczynników chemicznych, odczynników do chromatografii i absorpcji atomowej, odczynników do analizy aminokwasów, kolumnienek do chromatografii, pożywek mikrobiologicznych, zestawów do izolacji genomowego DNA z tkanek do UPPZ metodą Real-Time PCR, testów immunoenzymatycznych oraz zestawów do wykrywania wirusowego RNA w kierunku wirusa grypy ptaków (AIV) „BC”.

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, pakiet VIII, załącznik nr 9 do SWZ

Pytanie nr 1: „Pakiet VIII, poz. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę kolumnienek o objętości 3 ml?”

Odpowiedź nr 1: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumnienek o objętości 3ml.

z up. Wielkopolskiego
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

KIEROWNIK
Zespołu ds. Administracyjnych

mgr Lidia Zwierzchowska-Cerek

Sporządziła: D. Bartoszevska



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań
tel.: (61) 868-93-47, fax: (61) 868-45-31, e-mail: sekretariat@wiw.poznan.pl, www.wiw.poznan.pl