

RCKiK.DOP.SZ-3321/57/20

Lublin dnia 10 listopada 2020 r.

### DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę zestawów do pobierania materiału do badań w kierunku COVID-19**

W związku z zapytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły od Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

#### Dotyczy: załącznik nr 1

Czy Zamawiający dopuści zestawy do pobierania i transportu próbek, które posiadają zewnętrzną torebkę BIOHAZARD z możliwością zapisu na etykiecie parametrów dotyczących próbki ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści.

Czy Zamawiający z uwagi na fakt, że produkty w poz. 1 są oferowane w Polsce tylko przez jedną firmą, wydzieli „torebka typu Biohazard o wymiarach 170x250mm z dodatkowa kieszenią na dokumenty” i utworzy z nich odrębny pakiet? Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu. SIWZ w obecnym kształcie narusza następujące zapisy ustawy Pzp:

a. naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. zasady równego traktowania wykonawców oraz prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję;

b. naruszenie art. 29 ust. 1, 2 i 3 ustawy poprzez określenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję, a jednocześnie „sam w sobie” stanowi czyn nieuczciwej konkurencji polegający na zróżnicowanym traktowaniu klienta oraz wymuszaniu na klientach wyboru określonego kontrahenta oraz wymuszaniu zakupu u określonego przedsiębiorcy;

c. naruszenie art. 3 ust. 1 i art. 15 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję a jednocześnie „sam w sobie” stanowi czyn nieuczciwej konkurencji polegający na zróżnicowanym traktowaniu klienta oraz wymuszaniu na klientach wyboru określonego kontrahenta oraz wymuszaniu zakupu u określonego

przedsiębiorcy

d. naruszenie art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 14, poz. 114 z późn.zm.).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

2) Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgodę na w/w, czy Zamawiający dopuszcza wpisanie w kolumnie "nr katalogowy" dwóch numerów katalogowych dotyczących dwóch zaoferowanych wyrobów, składających się na opisany zestaw?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

3) Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wymazówki przeznaczona do pobierania materiału z nosa czy z nosogardzieli?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania wymazówki przeznaczona do pobierania materiału z nosogardzieli.

Zmiany wchodzi z dniem podpisania. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych  
Regionalnego Centrum  
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
w Lublinie  
mgr Grzegorz Fiedorowicz