



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 30.09.2022 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 25/2022

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych oraz sprzętu medycznego jednorazowego użytku do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 15

Dotyczy Zadania 6

Poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z antystatycznej włókniny SSMMS powyżej 40 g/ m2. Fartuch posiada przy szyi zapięcie na rzepy o wym. 9,5 x 3 cm i 5 x 3 cm umożliwiające regulację obwodu fartucha wokół szyi użytkownika. Zapakowany z 2 ręcznikami do rąk, dodatkowe wewnętrzne opakowanie- papier krepowy. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z antystatycznej włókniny SSMMS powyżej 40 g/ m2 z dodatkowymi wzmocnieniami w strefie krytycznej. Fartuch posiada przy szyi zapięcie na rzepy o wym. 9,5 x 3 cm i 5 x 3 cm umożliwiające regulację obwodu fartucha wokół szyi użytkownika. Mankiety w całości z dzianiny poliestrowej posiadającej certyfikat antyalergicznego OEKO- TEX ® Standard 1000. Zapakowany z 2 ręcznikami do rąk, dodatkowe wewnętrzne opakowanie papier krepowy. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Poz. 3


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha urologicznego zbudowanego w górnej części klatki piersiowej i na rękawach z antystatycznej włókniny SSMMS, dodatkowo w rękawach nieprzemakalne wzmocnienia z laminatu dwuwarstwowego. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z antystatycznej i repelentnej wobec alkoholu włókniny SSMMS wzmocnionego w strefie krytycznej laminatem dwuwarstwowym, przedłużonego i poszerzonego w rozmiarze XL-XL.

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Poz.5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletu chirurgicznego z antystatycznej włókniny SSMMMS (100% polipropylen) 35 g/ m²? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Poz.5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletu chirurgicznego zgodnego z SWZ z tą różnicą, że z antystatycznej włókniny SSMMS (100% polipropylen)?

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

KOMENDANT


płk mgr Krzysztof Jurkowski

BD 91/ 810 59 82