



Szczecin, dnia 14.09.2020

**Dotyczy: ZAPYTANIA OFERTOWEGO RPoZP 31/2020/ TESTY DIAGNOSTYCZNE**

**Pytania i odpowiedzi nr 2**

**Dotyczy: Zadania nr 3**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu zgodnie z załączoną metodyką (załącznik nr 1 do pytań)?

**Odp.: Zamawiający NIE DOPUSZCZA testu immunochromatograficznego do przedmiotu zamówienia. Na podstawie zaleceń European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases z 2016 roku, diagnostyka zakażeń Clostridium difficile powinna opierać się na oznaczeniu metodą wysoce czułą (EIA) toksyny A/B.**

**Dotyczy: Zadania nr 4**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu zgodnie z załączoną metodyką (załącznik nr 2 do pytań), który w opakowaniu zawiera 25 oznaczeń? Jeśli tak, prosimy o podanie ilości wymaganych opakowań.

**Odp.: Zamawiający NIE DOPUSZCZA testu o parametrach załączonych w metodyce, ponieważ opakowanie Influ A&B Respi – Strip, zawiera 25 sztuk pasków testowych, których stabilność po otwarciu butelki wynosi 15 tygodni, co jest nieekonomiczne dla zamawiającego biorąc pod uwagę ilość wykonywanych testów w roku.**

**KOMENDANT**

  
płk mgr inż. Krzysztof Pietraszko