



Nr sprawy: 41/PNE/SW/2023

Sosnowiec, 28.08.2023r.

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn „Dostawa odczynników oraz dostawa odczynników wraz z najmem aparatu.”

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu zgodnie z art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, prosimy o uwzględnienie w Załączniku nr 8 - Opisie Przedmiotu Zamówienia, wszelkich dopuszczeń Zamawiającego w danych częściach oraz pozycjach, poprzez wpisanie którego zestawu i pytania dopuszczenie dotyczy.

ZESTAW 1

Pytanie 1

Dotyczy Części 1, poz. nr 8 formularza asortymentowo – cenowego:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie doszło do omyłki pisarskiej w poniższym zapisie:

„Buliony, odczynniki oraz materiały zużywalne do badań. Zamawiający dopuszcza możliwość rozszerzenia tabeli asortymentowo-cenowej o odpowiednie pozycje umożliwiające wycenę wszystkich materiałów zużywalnych oraz odczynników niezbędnych do wykonania badań z poz. 1-8”

i dotyczy on badań z pozycji od 1 do 7?

Odpowiedź:

Tak, doszło do omyłki pisarskiej. Zapis dotyczy badań z pozycji od 1 do 7. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 8 do SWZ.

Pytanie 2

Dotyczy Części 1, pkt 10 parametrów granicznych aparatu i właściwości podłoży:

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie z systemem eksperckim interpretującym zgodnie z wytycznymi EUCAST 2022 (V12) z aktualizacją do wyższych wersji w bieżącym roku kalendarzowym oraz sukcesywną aktualizacją do wyższych wersji w kolejnych latach trwania kontaktu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści oprogramowanie z systemem eksperckim interpretującym zgodnie z wytycznymi EUCAST 2022 (V12) z aktualizacją do wyższych wersji w bieżącym roku kalendarzowym oraz sukcesywną aktualizacją do wyższych wersji w kolejnych latach trwania kontakt.

Pytanie 3

Dotyczy Części 1, pkt 14 parametrów granicznych aparatu i właściwości podłoży:

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od konieczności bezpłatnego zapewnienia tonerów do drukarki.

Prosimy o modyfikację ww. załącznika tak, aby istniała możliwość wliczenia tego kosztu w koszt dzierżawy aparatu, np. poprzez modyfikację parametru na: „Zamawiający wymaga zapewnienia w cenie dzierżawy aparatu toneru do drukarki przez cały okres obowiązywania umowy.”

Uzasadnienie: Zamawiający nie powinien wymagać świadczenia nieodpłatnego, gdyż z art. 2 pkt 13 PZP wynika, że zamówienie publiczne to odpłatna umowa tym samym odpowiednio świadczenie nieodpłatne jest niedopuszczalne, a





wszystkie części oferty powinny zostać wycenione.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający odstąpieni od konieczności bezpłatnego zapewnienia tonerów do drukarki i zgadza się na wliczenie tego kosztu w koszt dzierżawy aparatu - „Zamawiający wymaga zapewnienia w cenie dzierżawy aparatu toneru do drukarki przez cały okres obowiązywania umowy” i modyfikuje załącznik nr 8 do SWZ.

Pytanie 4

Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ oraz Rozdziału X pkt. 1.1a) i 1.1c) SWZ:

Prosimy o potwierdzenie, że wymienione zapisy dotyczą tylko wyrobów medycznych i w przypadku zaoferowania wyrobu nie będącego wyrobem medycznym (np. materiały zużywalne w Części 1), wykonawca złoży oświadczenie, że zaoferowany produkt nie jest wyrobem medycznym. W związku z tym zwracamy się z prośbą o dopisanie do wymogu w Rozdziale X pkt. 1.1a) i 1.1c) SWZ oraz w Oświadczeniu zapisu: „dotyczy wyrobów medycznych.”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wymienione zapisy dotyczą tylko wyrobów medycznych i w przypadku zaoferowania wyrobu nie będącego wyrobem medycznym (np. materiały zużywalne w Części 1), wykonawca złoży oświadczenie, że zaoferowany produkt nie jest wyrobem medycznym i modyfikuje SWZ, załącznik nr 5 do SWZ.

Pytanie 5

Dotyczy Rozdziału X pkt. 1.1c) SWZ:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że wymóg dostarczenia do oferty certyfikatu/ deklaracji zgodności dotyczy jedynie wyrobów medycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wymóg dostarczenia do oferty certyfikatu/ deklaracji zgodności dotyczy jedynie wyrobów medycznych.

Pytanie 6

Dotyczy §2 ust. 7 wzoru umowy (Zał. nr 7a do SWZ):

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie asortymentu z terminem przydatności do użycia nie krótszym niż 6 miesięcy licząc od daty dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu z terminem przydatności do użycia nie krótszym niż 6 miesięcy licząc od daty dostawy i modyfikuje załącznik nr 7a do SWZ.

Pytanie 7

Dotyczy §4 ust. 1.3) wzoru umowy (Zał. nr 7a do SWZ):

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisów dotyczących szkolenia z napraw urządzenia.

Zapis, który mógłby zostać wprowadzony przez Zamawiającego do umowy spowodowałby, że uzyska on pełny dostęp do ingerencji w urządzenia będące przedmiotem postępowania, a co za tym idzie wytwórca utraci pewność, że urządzenia, za które ponosi on prawną odpowiedzialność nie ulegają modyfikacji i są konserwowane i naprawiane w sposób właściwy. Z tego też powodu pełna odpowiedzialność za występowanie incydentów medycznych zostanie zdjęta z wytwórcy i przejmie ją użytkownik – podmiot dokonujący ingerencji w urządzenie. Producent w okresie gwarancji nie przewiduje udzielania uprawnień naprawczych i przeglądowych podmiotom zewnętrznym (poza autoryzowanym serwisem). Należy zwrócić uwagę, że wszelkie naprawy czy przeglądy okresowe, powinny być wykonywane przez przeszkolonych pracowników autoryzowanego serwisu. Natomiast w trakcie instalacji pracownik serwisu może przeszkolić służby szpitalne z obsługi oraz reagowania na sytuacje awaryjne jak również przekazać im podstawowe informacje o konserwacji.

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na wykreślenie zapisów dotyczących szkolenia z napraw urządzenia.



Pytanie 8

Dotyczy §8 ust. 4 wzoru umowy (Zał. nr 7a do SWZ):

Zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu wymiany wadliwego Towaru do 72 godzin w dni robocze.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 9

Dotyczy §8 ust. 6 wzoru umowy (Zał. nr 7a do SWZ):

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zgłaszanie awarii w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8-17, a w dni wolne od pracy wyłącznie mailowo.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 10

Dotyczy §8 ust. 7 wzoru umowy (Zał. nr 7a do SWZ):

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na przystąpienie do naprawy w dni robocze.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 11

Dotyczy §8 ust. 7 wzoru umowy (Zał. nr 7a do SWZ):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy analizatora do 5 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części z zagranicy do 14 dni roboczych od dnia przystąpienia do naprawy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 12

Dotyczy §8 ust. 8 wzoru umowy (Zał. nr 7a do SWZ):

Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu na: „W przypadku zgłoszenia po raz trzeci awarii (wady) modułu/ podzespołu Urządzenia, Wykonawca na swój koszt wymieni dany wadliwy moduł/ podzespół na nowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 13

Dotyczy §9 ust. 1.2) oraz §9 ust. 6 wzoru umowy (Zał. nr 7a do SWZ):

Zwracamy się z prośbą o naliczanie kar od wartości niezrealizowanej części wynagrodzenia umownego brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 14

Dotyczy §9 ust. 1.4) wzoru umowy (Zał. nr 7a do SWZ):

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na naliczanie kar za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 15

Dotyczy §9 ust. 3 wzoru umowy (Zał. nr 7a do SWZ):

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie łącznej maksymalnej wysokości kar do 30% wynagrodzenia brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.



Pytanie 16

Dotyczy §9 ust. 6 wzoru umowy (Załącznik nr 7a do SWZ):

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zwrotu „bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy” i umieszczenie zwrotu „po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 17

Dotyczy §9 ust. 6 pkt. 1) i 2) wzoru umowy (Załącznik nr 7a do SWZ):

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na „trzykrotna zwłoka” (pkt. 1) oraz „trzykrotnie nie wymieni wadliwego Towaru” (pkt. 2).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

ZESTAW 2

Pytanie 1

Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz. 10 wyrazi zgodę na zastąpienie zestawu do hemoperfuzji z kolumną węglową typu Adsorba Kit C 300 na zestaw Oxiris, który jest wskazany do stosowania u pacjentów w stanie krytycznym o masie ciała równej lub większej niż 30 kg do hemoperfuzji i/lub w zabiegach nerkozastępczych? Zestaw Adsorba Kit C 300 jest aktualnie niedostępny w sprzedaży, został wycofany z obrotu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe.

**Z poważaniem
p.o. Dyrektor
ds. Ekonomicznych
i Zarządzania Majątkiem
Agnieszka Kozak**