



Znak: AE/ZP-27-42/23

Tarnów, 2023-06-26

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 215.000 EURO) na dzierżawę automatycznego systemu w technologii multiplex PCR do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania mechanizmów oporności wraz z dostawami materiałów niezbędnych do prowadzenia badań w tym zakresie oraz wymazówki i podłoża transportowe stanowiące dodatkowe wyposażenie niezbędne do wykonywania testów w technologii multiplex PCR; testów do wykrywania wirusów: grypy A i B, RSV, Adeno.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego w odpowiedziach z dnia 22.06.2023 opublikowane zostały tylko małe fragmenty zadanych pytań.

Odpowiadając na powyższe pytanie Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udostępniła treść zapytań złożonych przez Wykonawców wraz z komentarzami do nich cytując odpowiedzi na powyższe pytania udzielone w dniu 22.06.2023 r.

1. **Dotyczy pkt 22.14 SWZ – Projektowane postanowienia umowy.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w razie odstąpienia od umowy i rozwiązania/wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy?
2. **Dotyczy pkt 22.26 SWZ – Projektowane postanowienia umowy.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku nie wykonania zamówienia przez Wykonawcę z jego winy, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu na wykonanie zamówienia nie krótszego niż 3 dni robocze może dokonać zakupu towarów od innych Wykonawców na koszt Wykonawcy związanego z Zamawiającym niniejszą umową bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych, a złożenie zamówienia przestaje wiązać Strony”
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 pkt 12 Załącznika Nr 4.** Czy Zamawiający zmodyfikuje punkt dopisując w dni robocze: „Wstawienie aparatu zastępczego na czas naprawy – przy naprawie trwającej powyżej 72 godziny w dni robocze”.
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 pkt 11 Załącznika Nr 4.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie naprawy i serwisu aparatu do 48 godzin w dni robocze oraz odstąpi od wykonywania przeglądu gdyż zgodnie z zaleceniami producenta nie jest on wymagany?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 pkt 22 Załącznika Nr 4.** Czy Zamawiający odstąpi od dostarczenia do dostawy instrukcji używania i wyrazi zgodę na udostępnienie strony internetowej Wykonawcy gdzie będą całodobowo dostępne dokumenty do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego? Uzasadnienie: Strona internetowa oferenta została stworzona po to, aby ułatwić klientom dostęp do potrzebnych informacji oraz usprawnić procesy związane z dostawami produktów oraz chronić środowisko przed wielokrotnym drukowaniem instrukcji.
6. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.: 2, 5, 6.** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie z Pakietu nr 1 odrębnego, nowego pakietu dla poniższych testów:



2.	Panel do wykonywania bakterii atypowych i wirusów z górnych dróg oddechowych (wymaz z nosogardzieli); wykrywane wirusy: Covid-19, Influenza A i B, wirusy Parainfluenza, Rotawirusy/ Enterowirusy, RSV oraz bakterie atypowe	sztuka	60
5.	Panel do wykrywania bakterii i wirusów z płynu mózgowo-rdzeniowego: Neisseria meningitidis, Haemophilus Influenzae, CMV, Enterowirus	sztuka	6
6.	Panel do wykrywania bakterii, wirusów i pasożytów jelitowych: bakterie, pasożyty, wirusy - powodujące zakażenie układu pokarmowego	sztuka	72

Wydzielenie nowego pakietu dla powyższych testów diagnostycznych pozwoli Zamawiającemu na zebranie większej ilości konkurencyjnych ofert i przedstawi adekwatną sytuację rynkową. Co więcej, wyodrębnienie nowego pakietu dla wskazanych testów diagnostycznych umożliwi dotarcie do większej ilości dostawców a co za tym idzie uzyskanie lepszej ceny, lepszej jakości i poznanie nowych dostępnych w Polsce rozwiązań.

7. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści system wykorzystujący technologię multipleks RT-PCR, którą również cechuje podwyższona czułość i specyficzność oznaczeń i również pozwala na wykrywanie wielu patogenów jednocześnie? Co więcej, system z technologią RT-PCR daje Zamawiającemu możliwość podglądu wartości Ct, EP oraz krzywych amplifikacyjnych dla każdego wykrytego podczas testu patogenu, jak i dla kontroli wewnętrznej – informacje te są wyświetlane na ekranie instrumentu tuż po zakończeniu testu, są również dostępne w raporcie z wynikiem badania. Uzyskanie informacji o wartościach Ct bezzwłocznie po zakończeniu testu może mieć znaczenie kliniczne w przypadku koinfekcji, zwłaszcza u pacjentów z grupy ryzyka. Wartości Ct są szczególnie ważne dla pacjentów pediatrycznych, gdzie w oparciu o dane literaturowe koinfekcje to nawet 30% pozytywnych wyników.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 -2 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów **pkt 22 SWZ.**

Ad. 3 Zamawiający, działając na podstawie art.286 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w Załączniku Nr 4 do SWZ w pozycji „Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 1 poz. 1” w pkt.12 w kolumnie „Parametry wymagane” **zapis o treści:**

„Wstawienie aparatu zastępczego na czas naprawy – przy naprawie trwającej powyżej 72 godziny.“

zmienia na zapis o treści:

„Wstawienie aparatu zastępczego na czas naprawy – przy naprawie trwającej powyżej 72 godziny w dni robocze.“

Ad. 4 Zamawiający, działając na podstawie art.286 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w Załączniku Nr 4 do SWZ w pozycji „Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 1 poz. 1” w pkt.11 w kolumnie „Parametry wymagane” **zapis o treści:**

„Naprawa i serwis aparatu ujęty w cenie dzierżawy - do 48 godzin od zgłoszenia awarii do jej usunięcia, w tym przeglądy i kalibracja aparatu jeżeli wymaga tego do prawidłowej pracy“

zmienia na zapis o treści:



„Naprawa i serwis aparatu ujęty w cenie dzierżawy - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii do jej usunięcia, w tym przeglądy i kalibracja aparatu jeżeli wymaga tego do prawidłowej pracy.“
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w pkt.11 w pozycji „Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 1 poz. 1” Załącznika Nr 4 do SWZ w kolumnie „Parametry wymagane” Zamawiający określił „...w tym przeglądy i kalibracja aparatu jeżeli wymaga tego do prawidłowej pracy.”

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza dostarczenie instrukcji używania poprzez udostępnienie strony internetowej Wykonawcy gdzie będą całodobowo dostępne dokumenty do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego.

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 1 poz.: 2, 5, 6** do odrębnego nowego pakietu.

Ad. 7 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 1 poz. 1**

W załączeniu Załącznik Nr 4 do SWZ po zmianie treści SWZ.

Otrzymują:
Platforma Zamawiającego
a/a

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala Im. E. Szczeklika
w Tarnowie
Marek Kuta

