


<p>DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIwersYTETU JagielloŃskiego ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków tel. +48 12-663-39-03 e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl ; www.przetargi.uj.edu.pl</p>	
---	---

Kraków, dnia 25.01.2024 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy aparatury naukowo-badawczej w postaci zamrażarki na potrzeby Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ numer postępowania 80.272.463.2023.

Wyjaśnienie treści SWZ

Szanowni Państwo,

Zamawiający przedstawia poniżej wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający pojemność 700-720 litrów określa jako minimum wymagane?

Odpowiedź:

Parametry są podane jako zakres. Przedmiot zaoferowany przez wykonawcę musi się mieścić w podanym zakresie dotyczącym pojemności.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający zakres od -86°C do - 50°C określa jako minimum i czy dopuszcza zakres szerszy jako lepszy parametr?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza szerszy zakres.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o wymiarach maksymalnych 1100x938x1966 mm +/- 10%?

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o wymiarach o 10 cm szerszą i o 15 cm głębszą z zachowaniem wysokości 1966 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 3 i 4:

Ze względu na ograniczoną powierzchnię laboratorium, Zamawiający nie dopuszcza większych parametrów niż te opisane w SWZ

Z poważaniem,
Krystyna Kucharczyk-Gondek