



SZPITAL SPECJALISTYCZNY
w PIŁE
im. Stanisława Staszica
64-920 Piła, ul. Rydygiera Ludwika 1

Sekretariat (067) 210 62 00
Centrala (067) 210 66 66
Fax (067) 212 40 85
e-mail: sekretariat@szpital.pila.pl
www.szpitalpila.pl



Piła, dn. 04.03.2024 roku

FZP.IV-241/10/24

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**WYROBY MEDYCZNE J.U. DO APTEKI SZPITALNEJ**”. Szpital Specjalistyczny w Piłe informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1.

Pytanie 1 – dot. opisu przedmiotu zamówienia, pakiet 3: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie z jakim wstrzykiwaczem kontrastu mają być kompatybilne zestawy wkładów.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga kompatybilności z systemem do wstrzyknięć Optivantage DH.

Pytanie nr 2.

Pytanie 2 – dot. opisu przedmiotu zamówienia, pakiet 3, poz. 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o składzie: Jednorazowe, sterylne złącze do podawania kontrastu, kompatybilne ze wstrzykiwaczami, długość 150 cm , wytrzymałość do 350 PSI 375 PSI.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3.

Modyfikacja odpowiedzi do pytania 135 zawartego w Wyjaśnieniach z dnia 28.02.2024 roku.

Pakiet 21 poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na układ oddechowy „rura w rurze”, gdzie powietrze wydychane ogrzewa powietrze wdychane?

Z brzmienia:

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Na brzmienie:

Odpowiedź: Pakiet 21 nie zawiera pozycji 2.