



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 27.10.2021 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 33/2021

Dotyczy: trybu podstawowego na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych wraz z dzierżawą aparatów oraz pasków wysyconych gradientem do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w celu dostosowania do obowiązujących przepisów.

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 2

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 1 pozycji – Tabela II Podłoża do badań mikrobiologicznych i utworzy oddzielne zadanie?
Uzasadnienie: Wydzielenie w/w pozycji zwiększy konkurencyjność ofert oraz pozwoli na udział w postępowaniu większej liczbie Oferentów.
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 1 Pozycji – Tabela III Testy i materiały eksploatacyjne do badań mikrobiologicznych i utworzy oddzielne zadanie?
Uzasadnienie: Wydzielenie w/w pozycji zwiększy konkurencyjność ofert oraz pozwoli na udział w postępowaniu większej liczbie Oferentów.
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 1 pozycji – Tabela IV Szczepy wzorcowe i krążki do szczepów do badań mikrobiologicznych i utworzy oddzielne zadanie?
Uzasadnienie: Wydzielenie w/w pozycji zwiększy konkurencyjność ofert oraz pozwoli na udział w postępowaniu większej liczbie Oferentów.
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
4. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu 2 aparatu do barwienia GRAMA i zaoferowanie aparatu do barwienia metodą zanurzeniową oraz stworzenie nowego pakietu?
Uzasadnienie:
Wydzielenie w/w pozycji spowoduje dopuszczenie szerszego grona Firm do udziału oraz zaproponowanie konkurencyjnych cen przy zachowaniu pełnej jakości produktów wymaganych przez Zamawiającego.
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
5. Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie 2 aparat do barwienia metodą zanurzeniową?
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
6. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu 2 aparatu do posiewu krwi i stworzenie nowego pakietu?
Uzasadnienie:
Wydzielenie w/w pozycji spowoduje dopuszczenie szerszego grona Firm do udziału oraz zaproponowanie konkurencyjnych cen przy zachowaniu pełnej jakości produktów wymaganych przez Zamawiającego.
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
7. Czy Zamawiający w pakiecie 3 wymaga pozytywnej opinii KORLD dla wszystkich pasków MIC ?”
Odp. Tak, Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski posiadały pozytywną opinię KOLD. Zgodnie z zapisami załącznika nr 2 do SWZ – Oferty Wykonawcy w pkt 13 Wykonawca oświadcza, że zaoferowane paski MIC posiadają pozytywną opinię oraz że zobowiązuje się do ich udostępnienia na każde wezwanie Zamawiającego.
8. Czy Zamawiający w pakiecie 3 wymaga pasków MIC na nośniku bibułowym?
Odp. Tak.
9. Czy Zamawiający w pakiecie 3 w pozycjach 37-46 wyraża zgodę na zaoferowanie produktu pakowanego po 10 szt. W opakowaniu zbiorczym ?
Uzasadnienie: Wykonawca zgodnie z przeliczeniem proponuje Zamawiającemu po 1 op., co w całości pokryje zapotrzebowanie Zamawiającego, z zachowaniem pozostałych parametrów.
Odp. Tak.

KOMENDANT

plk mgr inż. Krzysztof Pietraszko

I.B. 91/ 810 59 82